

广州市政府采购

招标文件



项目编号：GZYC-HW-1809

项目名称：广州医科大学附属口腔医院医疗设备采购项目

项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2018年6月

温馨提示：投标特别注意事项

一、以政府采购投标担保函或投标保证金代替投标保证金的，请于规定时间前将政府采购投标担保函或投标保证金递交至我公司办公室。

二、投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、与投标无关或未按规定递交投标文件的人员不得进入开标现场。

四、投标时必须提交有效的营业执照副本复印件。

五、请正确填写《开标一览表》。

六、加“★”号的条款必须一一响应。

七、投标文件必须按顺序编制页码。

八、本项目招标文件以纸质发售文件为准。

九、我公司为招标代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

十、为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据财政部进一步推广信用担保机制的精神，本项目欢迎投标人使用融资担保手段，广东省财政厅确定以下各专业担保机构作为各地融资授信的承办机构，如有需要的投标人可与我司联系或直接与以下机构联系：

地区	担保机构名单	地址	联系电话
省直	中国投资担保有限公司	北京市海淀区西三环北路 100号金玉大厦九楼	010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459
广州	广东省融资再担保公司		83063201/13660420475
东莞	东莞市金鼎融资担保公司	东莞市东城区君豪商业中心 9楼	0769-23326888

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目 录

第一部分 投标邀请函.....	3
第二部分 投标人须知.....	6
第三部分 采购人需求.....	9
第四部分 合同书格式.....	26
第五部分 开标、评标和定标.....	34
第六部分 投标文件格式.....	43

第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司受广州医科大学附属口腔医院的委托，对广州医科大学附属口腔医院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：GZYC-HW-1809

二、采购项目名称：广州医科大学附属口腔医院医疗设备采购项目

三、采购预算（人民币）：725.2万元

四、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

子包号	采购内容	数量	最高限价 (人民币)
一	微流控细胞芯片实验室	1 套	145 万元
	显微切割仪	1 套	
二	高内涵细胞成像分析仪	1 套	475.2 万元
	实时荧光定量 PCR 仪	1 套	
	小动物活体成像仪	1 套	
三	植牙临床导引仪	1 台	80 万元
四	根管显微镜 1	1 台	25 万

经政府采购管理部门同意，本项目子包一、二、三、四为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人须以包为单位，对包内所有招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，不得缺漏。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、投标人资格条件：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，并具有相应的经营范围和能力；
3. 如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明；（按国家规定执行）
4. 食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或备案证明文件；（按国家规定执行）
5. 提供检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（有效期内）和投标人出具的《公平竞争承诺书》原件（见参考模版）；

6. 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商；（以招标代理机构于投标截止日前一天在两个网站的信用记录查询结果为准，处罚期限届满的除外）

7. 本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的投标人应当在2018年6月15日8时30分起至2018年7月4日17时00分止（法定节假日除外）到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼），招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。投标人必须携带以下相关资料到代理机构所在地购买招标文件（复印件必须加盖公章）：

- 1) 有效的营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件；（原件核查）
- 2) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若经办人为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书）、法定代表人身份证复印件及投标人授权代表身份证原件和复印件（若经办人为法定代表人，则只需提供法定代表人身份证原件和复印件）；
- 3) 如投标人为代理经销商，须提供《医疗器械经营许可证》或备案证明复印件；如投标人为制造商，须提供《医疗器械生产许可证》或备案证明复印件；
- 4) 食品药品监督管理部门对投标产品有注册或备案要求的，投标人须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或备案证明复印件；
- 5) 提供《公平竞争承诺书》原件和检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（有效期内）原件及复印件；
- 6) 投标人在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询情况证明，提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章。
- 7) 提供财务报告、近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件；
- 8) 投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。（须提供书面声明原件，格式自定）

七、我公司只接受报名购买本招标文件的投标人投标。

八、投标人必须在2018年7月4日下午17:00前向招标代理机构递交《政府采购投标担保函》或《投标保证金》一份。（如果缴纳投标保证金的投标人则无需提交）

九、投标截止时间：2018年7月5日下午14:30时。（注14:00时开始受理投标文件）

十、投标文件送达地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼。

十一、开标评标时间：2018年7月5日下午14:30时。

十二、开标评标地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼。

十三、招标文件公示期：2018年6月15日至2018年6月22日五个工作日。

政府采购代理机构联系人：	周小姐	采购单位联系人：	黄小姐
电话：	020-32315557、32315530	电话	61359637
传真：	020-32315588	传真：	
联系地址：	广州市天河区林乐路侨林街 43-49号中旅商务大厦东塔 30 楼	联系地址：	广州市黄沙大道 31 号
邮编：	510610	邮编：	511455
开户行：	中信银行广州分行营业部		
账号：	7443020182600216969		

广东五洲采购电子商务有限公司

2018年6月14日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说明

（一）适用范围

1. 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。
2. 资金来源：财政性资金。

（二）定义

1. “采购人”是指：广州医科大学附属口腔医院。
2. “监管部门”是指：广州市财政局政府采购管理办公室。
3. “政府采购（招标）代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。
4. “招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
5. 合格的投标人
 - 1) 符合《政府采购法》第二十二条的规定；
 - 2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。
6. “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务

1. “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2. 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1. 投标邀请函；
2. 投标人须知；
3. 采购人需求；
4. 合同书格式；
5. 开标评标与定标；
6. 投标文件格式；
7. 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书须由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

2. 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前 15 天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或修改不足 15 天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3. 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人。

（四）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（五）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益。投标人不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时，对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，否则不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有相应的备份资料。

（六）询问、质疑、投诉

1. 询问

1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

1.2 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

2. 质疑

2.1 质疑期限

2.1.1 投标人认为采购文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内提出质疑。

2.1.2 投标人认为采购过程损害其权益的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出质疑。

2.1.3 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

2.2 提交要求

2.2.1 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

2.2.2 质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

2.2.3 投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

2.2.4 招标采购单位在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证

明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.3 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑或因举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的质疑者，将其情况反映给政府采购监督管理部门并承担由此产生的一切责任。

3. 投诉

3.1 质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

3.2 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

（七）投标文件

1. 投标文件的构成

1.1 投标人应按招标文件第六部分“投标文件格式”提供的格式完整填写。如投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2 投标文件数量：**6份（正本1份，副本5份）**。

1.3 唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）。

2. 投标文件的编写

2.1 投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其投标文件将被视为非实质性响应，按无效投标处理。

2.2 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料 and 实际情况提供所需资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、招标代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3 若投标人没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.4 招标文件中，凡标有“★”的条款均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”的条款为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.7 本次招标采用一次报价，一次评标定标的方式，投标人的报价必须是唯一固定的，

拒绝接受有选择性报价的投标，否则将作无效投标处理。

2.8 投标人应根据招标文件中采购人需求的要求，对照投标报价表格规定的填报内容进行逐项报价。投标人所报的投标价和所承诺的服务内容在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

2.9 本项目要求投标报价应包括投标人完成本项目要求时所需人员、设备、货物、采购、运输、安装、调试、税费、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必需产生但招标文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2.10 投标文件必须编页码，页码必须连续。

2.11 投标人须提供所投产品有效的彩页、产品性能技术参数介绍资料及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

3. 投标文件的标记和密封

3.1 投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2 投标文件封面标明“正本”或“副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司

项目名称：

项目编号：

子包号：

投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间 2018 年 7 月 5 日下午 14:30 之前不得启封

4. 投标文件的递交

4.1 投标人应于 2018 年 7 月 4 日下午 17:00 前向招标代理机构提交投标保证金或《政府采购投标担保函》\《投标保证金》一份，签署并提交《政府采购投标担保函》或《投标保证金》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务（已提交保证金的可无需再提交《政府采购投标担保函》或《投标保证金》）。【注：三种方式选其中一种提交】

4.2 所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.3 招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

- (1) 未按要求密封；
- (2) 未按招标文件要求提交投标保证金或《投标保证金》\《政府采购投标担保函》；
- (3) 投标截止时间后递交。

4.4 招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.5 招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5. 投标文件的修改与撤回

5.1 在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

5.2 在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

6. 投标有效期

★开标后不少于 90 天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金。同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

7. 招标文件的解释权

本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

8. 其它说明事项

8.1 招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

8.2 由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关投标人支持配合，投标样版请于采购结果公告后 7 天内取回，否则视同投标人不再认领，招标代理机构有权进行处理。

9. 投标保证金

9.1 投标人应向招标代理机构提交投标保证金（人民币）：

包一：10000.00 元；包二：40000.00 元；包三：8000.00 元；包四：2000.00 元。

备注：本项目也可以用《投标保证金》替代缴纳投标保证金的义务，《投标保证金》必须在规定时间前提交至我公司。按规定递交了《投标保证金》的投标人视为已经履行了缴纳投标保证金的义务，则无需再缴纳保证金。（格式详见本文件第六部分）

9.2 投标人须用对公账户向我司提交投标保证金，投标保证金为人民币，应于 2018 年 7 月 4 日 17:00 前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户（**此账户为保证金专用账户，只用作收取投标保证金**）：

收款单位名称：广东五洲采购电子商务有限公司

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司广州东方文德广场支行

账 号：4400-1400-9100-5300-0320

请在银行进账单事由栏中注明“GZYC-HW-1809 号投标保证金”

9.3 投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据招标文件的规定没收投标人的投标保证金。

9.4 投标保证金应在标书规定的截止时间前以投标人名义电汇至招标代理机构保证金专用帐户，并在递交投标文件时出示电汇回单，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中(以递交截止时间前保证金到账为准，保证金未能在截止时间前到账均按照未交投标保证金处理)。

9.5 投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目招标编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。投标人应按以上所述方式及规定的时间提交投标保证金，招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

9.6 凡没有及时交纳投标保证金的投标，视为非实质性响应投标，将无法通过初审。

9.7 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并按招标文件要求支付了中标服务费后予以退还。

9.8 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
- (2) 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求及投标文件中的承诺规定签订合同；
- (3) 投标人在投标文件中提供了虚假资料。

第三部分 采购人需求

一、招标范围

子包号	采购内容	数量	单项限价 (人民币)	最高限价 (人民币)
一	微流控细胞芯片实验室	1 套	45 万元	145 万元
	显微切割仪	1 套	100 万元	
二	高内涵细胞成像分析仪	1 套	250 万元	475.2 万元
	实时荧光定量 PCR 仪	1 套	65.2 万元	
	小动物活体成像仪	1 套	160 万元	
三	植牙临床导引仪	1 台	80 万元	80 万元
四	根管显微镜 1	1 台	25 万	25 万

经政府采购管理部门同意，本项目子包一、二、三、四为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人须以包为单位，对包内所有招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，不得缺漏。

二、招标要求

子包一 招标参数及要求

微流控细胞芯片实验室招标要求

- ▲1. 可同时进行 1~4 个平行样本实验；每个实验均为独立控制；
- ▲2. 微流管路接口：每个培养室具有 8 个转换接口（1 个供细胞加入，5 个供添加培养基及其它药物等，2 个用于废液收集）；通过灌流方式，对每个样本可同时进行 5 种不同药物条件处理；
- ▲3. 可进行 1mm 以上组织块和细胞外基质培养；
- ★4. 培养室底部为 170 μ m 玻璃，适合于包括激光共聚焦/相差在内的所有倒置显微镜；
- 5. 细胞样本体积：5-10 μ l 细胞悬浮液（动物细胞）；50 μ l 细胞悬浮液（细菌或酵母）；
- 6. 压力上样孔： \geq 8 个；压力范围：0~10 psi；压力精确度： \pm 0.25 psi；可设定的加样流速：5 μ l~65 μ l/小时；
- 7. 培养时间：可满足常规培养 1~3 天；超长培养可达 14 天；
- 8. 细胞培养方式：依赖微流控系统进行实时可控灌流培养；无需二氧化碳培养箱；
- ▲9. 温度控制：通过半导体加热气体进行温度控制；控制范围：室温~45 $^{\circ}$ C；升温时间：25 $^{\circ}$ C~37 $^{\circ}$ C \leq 10 min；降温时间：37 $^{\circ}$ C~25 $^{\circ}$ C \leq 15 min；控温精度： \pm 0.2 $^{\circ}$ C
- 10. 要求清洁干燥预混气体，气体成分及浓度比例依赖于具体实验设计灵活调控；
- 11. 微流控板类型适配哺乳动物细胞、细菌、酵母、藻类等；

12. 控制系统：基于 Windows 7 的控制软件，可依据实验需要设定长达数日的实验过程及步骤；

★13. 质保期 3 年，保修期外的维修，只收取零部件的费用，不收取差旅费和人工费；

14. 软件定期免费升级。

显微切割仪招标要求

1. 仪器性能

▲1.1 工作原理：自动化机械式显微切割；

1.2 最小切割精度：小于 150 μm ；

1.3 样品回收率：大于 90%；

1.4 样品纯度：大于 95%；

1.5 切割技术：铣磨技术；

2. 硬件配置

2.1 底座

2.1.1 高清摄像头：拍摄切片上组织标本的高清数字图像，并辨识显微切割头的尺寸以及切割头和采集管的安装情况；

2.1.2 高精度步进电动马达：由软件程序控制，驱动载物台同时沿水平方向的 X 轴和 Y 轴精确步进运动；

2.1.3 高亮度环形 LED 光源：为组织显微切割操作全过程提供照明；

2.2 高精度电动载物台

2.2.1 显微切割头和样品采集管架：用于放置和精确定位显微切割头和样品采集管；

2.2.2 切割液填充槽：用于盛装研磨液并给切割头填充切割液；

2.2.3 切片载架：可同时容纳至少 4 片切片，并由高精度步进电动马达驱动，可同时沿水平方向的 X 轴和 Y 轴精确步进运动；

▲2.3 显微切割头控制系统

★2.3.1 可伸缩背景板：黑色、白色和无色三种背景选项，以增强切片数字图像的可视性；

★2.3.2 显微切割头操控单元：夹取、固定和旋转显微切割头，并通过内置的吸液马达和线性致动器控制切割头吸取和释放切割液，以及在切割操作完成后将组织和切割液转移到采集管中；

★2.3.3 切割头压力传感器：感知并施加可调的压力于切割头，使切割头接触切片并切取目标组织和细胞；

▲2.3.4 条码读取器：读取并解析组织切片上的一维和二维条码；

3. 操作软件功能

- 3.1 账户管理；
- 3.2 切割工作信息存档管理；
- 3.3 切片样本信息存档管理；
- ▲3.4 定义“参考”图片；
- ▲3.5 定义目标切割区域；
- ▲3.6 定义切割路径；
- 3.7 实施目标区域样本切割；
- 3.8 自动生成切割工作报告和存档；
4. 配套耗材
- ▲4.1 切割耗材：至少提供三种不同尺寸和切割精度的专用显微切割头；
 - 4.1.1 250 μm 切割头，切割精度小于 150 μm ；
 - 4.1.2 550 μm 切割头，切割精度小于 250 μm ；
 - 4.1.3 800 μm 切割头，切割精度小于 250 μm ；
5. 电脑
- 5.1 CPU：不低于 i5；
- 5.2 内存：不小于 8G；
- 5.3 硬盘：不小于 512G；
6. 他特殊要求
- ★6.1 保质保期 3 年，保修期外的维修，只收取零部件的费用，不收取差旅费和人工费；
- 6.2 软件定期免费升级。

子包二 招标参数及要求

高内涵细胞成像分析仪招标要求

- ★1. 不低于 2040*2040 像素低噪音的 S CMOS 相机，光电转化效率 $QE>80\%$ ，相机像素尺寸不小于 $6.5\mu\text{m}^2$ ；
2. 具有两种自动聚焦，包括基于激光的硬件自动聚焦以及基于图像对比度的软件自动聚焦；
3. 具有标本底部厚度测量工具，可通过软件控制来测量孔板底部厚度；
4. 高亮度长寿命固态荧光光源：至少 7 个独立的单色光源组合成激发光源；
5. 配套物镜：荧光专用复消色差物镜，包括 2 x /0.1 NA，10 x /0.45 NA，40 x /0.6 NA。
长工作距离半复消色差物镜 20 x /0.45 NA；

- ★6. 20 倍，40 倍物镜均带有全自动球差校正环。可根据标本底部厚度进行球差校正时直接在软件上输入数值就好，无需手动取下物镜修改；
- 7. 10 倍，20 倍，40 倍都可以进行相差以及微分干涉成像；
- 8. 自动物镜转盘：其中至少 2 个物镜可以带自动调节球差校正环；
- 9. 自动分色镜转盘：2 位，至少配置两个四波段分色镜；
- 10. 自动激发光和发射光滤光片转盘：8 位激发光滤光片，8 位发射光滤光片；
- 11. 去卷积图像复原功能提高图像对比度和分辨率，提供多种成像方式：2D、2D Decon、2D Advanced Decon、2.5D Decon、3D；
- 12. 荧光信号弱的时候也能通过去卷积图像复原达到共聚焦成像的效果，提高图像对比度和分辨率；
- 13. 带有显微镜模式全屏显示成像视野；
- 14. 预览扫描功能和多视野图像无缝拼接；
- 15. 具有整孔成像功能（2 倍镜 96 孔板情况下）；
- 16. 透射光成像：使用长寿命 LED 光源；
- 17. 具有常规明场模式；
- 18. 具有相差成像模式；
- 19. 具有微分干涉成像模式；
- 20. 相差成像为数字相差成像，通过调整明场照明角度实现相差成像，可使用无相差环的荧光专业物镜，荧光透过率高。常规硬件相差物镜内有相差环占据物镜中心大部分空间，会挡掉很多荧光；
- 21. 适用孔板：符合 SBS 标准，至少适用 6, 12, 24, 48, 96, 384, 1536 孔板适用玻片：1"×3"标准玻片，可同时放至少 4 片；
- ★22. 扫描速度：双色荧光小于等于 90 秒/96 孔板，单色荧光 20min/1536 孔板；
- 23. 高内涵数据分析软件，三个级别的分析工具：针对常规实验预设分析模块、MTA 多目标分析模块、Developer 用户自定义分析；
- 24. 常规预设分析模块至少包括目标蛋白强度，细胞核转位，质膜转运，颗粒分析，细胞周期，细胞形态，双重区域分析，神经突生长，微核分析等分析模块；
- 25. 可以对钙离子信号进行高速测量定量分析；
- 26. 高级自定义分析软件为独立单独软件，用户可使用专门提供的工具编写自己的分析方法。可以对线虫，斑马鱼，复杂纤维分析等进行分析；
- 27. 带有专门的格式转换软件可以自由转换任何格式图片为高内涵软件可以分析的格式；
- 28. 配置有高级可视化分析工具；

29. 图像工作站需至少满足以下配置需求：处理器大于等于 3 GHz，内存大于等于 16GB，硬盘阵列(两块 1TB 硬盘)；配有 DVD 光驱：16X Lightscribe 和 16X/48X DVD-ROM；USB 连接键盘和 USB 连接光电滚轮鼠标；24 英寸 LCD 高分辨率显示器(对比率 1000:1)，屏幕分辨率可达 1920 x 1200，Windows 7 操作系统；

30. 详细配置：

30.1 主机，包括：控制计算机，显示器，键盘，鼠标，硬件自动聚焦，10 倍物镜，标准分光器模块，滤光片组模块，软件聚焦模块光源：7 色固态光源，10000 小时以上寿命大芯片 sCMOS：2040*2040，读出噪声：0.9e，动态范围大于 16bit；

30.2 玻片成像功能模块；

30.3 数据分析软件，单网使用

包括三级软件

第一级：细胞周期、颗粒形成、神经生长、目标分子强度等九个预设分析模块；

第二级：多目标分析模块；

第三级：Developer 自定义分析工具，高级可视化分析工具；

30.4 2 倍物镜 适合 96 孔板单孔整体成像；

30.5 20 倍物镜；

30.6 40 倍物镜；

31. 其他特殊要求

31.1 专业电脑工作站；

★31.2 保修 3 年；

31.3 软件免费升级；

实时荧光定量PCR仪招标要求

1. 通量：1-96 孔；

2. 反应体积：10-30ul；

3. 样品管：低位 0.2ml 单管/八连管/96 孔板，耗材开放；

4. 支持的试剂类型：SYBR，探针，HRM；

5. 热性能

▲5.1 热循环系统：≥6 个帕尔贴温控模块，96 孔；

5.2 温度范围：25.0-99.9℃；

5.3 升降温速率：升温≥6° C/s，降温≥3° C/s（中值），≥2.5° C/s(均值)；

★5.4 温控精度：典型退火、扩增和变性温度下，≤±0.2° C；

5.5 温度均一性： $\leq \pm 0.4^{\circ}\text{C}$ ；

★5.6 C_q 均一性：快速循环（5s $95^{\circ}\text{C}/10\text{s } 60^{\circ}\text{C}$ ）的 C_q 值标准差 <0.2 ；

★5.7 HRM T_m 温度均一性： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，标准差 $\leq 0.03^{\circ}\text{C}$ ；

6. 光学模块

★6.1 通道：配置 6 个卡夹，对应 6 个通道，SYBR/FAM 462.5 - 516.0nm，HEX 535.0 - 555.0nm，ROX 585.0 - 610.0nm，CY3 542.0 - 568.5nm，CY5 635.0 - 665.0nm，ATTO 425 435.0-475.0nm，可定制卡夹；

6.2 用户可自行更换卡夹；

★6.3 激发光源：每个光学模块下 8 个光谱优化的 LED，共 6 个模块；

★6.4 检测器：每个光学模块下 8 个光电二极管，共 6 个模块；

7. 灵敏度：对 $12-10^5$ 拷贝范围能够以 95% 的置信度区分 2 倍差异；

8. 动态范围：9 个数量级；

★9. 数据采集时间：96 孔板采集 6 个通道所有数据时间 $<3\text{s}$ ；

10. 运行模式

10.1 独立运行，触屏控制或外接鼠标控制；

10.2 通过 PC 控制，可直接连接或通过 LAN 连接（可同时连接并远程监控至少 20 台仪器）；

11. 多样化的输出数据格式：可导出 PDF 或 PPT 格式的 report，可输出实验数据至 Excel、text、RDML 文件（满足 MIQE 的要求）和 LIMS 数据（实验室信息管理系统）；

12. 在线诊断功能，开机健康自检确保仪器正常运行，诊断测试进行仪器详细检查；

13. 操作系统（外部电脑）：Win7 或 Win10；

★14. 保修期：3 年；

15. 配有 HRM 分析模块；

16. 软件免费升级；

小动物活体成像仪（小动物活体成像系统）招标要求

一、设备用途：

用近红外荧光法或生物发光法检测皮下，原位及转移性肿瘤；生物体内分布和药代动力学分析，荧光染料标记目标分子或药物，进而观察目标分子在体内的分布和清除过程；可以检测炎症或关节炎；结构成像，近红外标记的钙螯合复合物，显示活体动物骨骼的解剖学结构，辅助肿瘤的靶向探针更准确的定位。

二、设备技术参数：

1. 检测器：半导体制冷 CCD；

- ★2. 光源：两个固态红外激光器和一个 LED 白光光源，红外固态激光器波长分布集中，可避免漏光，背景低，信噪比高；
- ★2.1 700 nm 通道：固态红外激光器，激发光 685 nm，发射光 720 nm ；
- ★2.2 800 nm 通道：固态红外激光器，激发光 785 nm，发射光 820 nm ；
- 2.3 生物发光：发射光 450nm - 640nm ；
- 2.4 白光通道：LED 白光光源；
- 3. 采集速度：500 ms - 60 s，取决于相机的设置；
- ▲4. 设备生产厂家具备优化好的近红外荧光探针不少于 5 种：
- ★4.1 厂家配备近红外荧光表皮生长因子受体探针：表皮生长因子受体靶向探针，通过和表皮生长因子受体结合，可以示踪肿瘤的发生和转移等；
- 4.2 厂家配备近红外荧光 2 脱氧 D 葡萄糖探针：可以用来研究细胞系 A431, SW620, 3T3-L1 和 PC3LMN4 等不少于 4 种引起的肿瘤发生和转移以及糖尿病的研究；
- 4.3 厂家配备近红外荧光聚乙二醇探针：可以进行血管和肿瘤的标记；
- 4.4 厂家配备近红外荧光骨标探针：近红外荧光标记的钙螯合复合物。近红外染料探针能够显示活体动物骨骼的解剖学结构，辅助肿瘤的靶向探针更准确的定位，可以示踪骨骼癌转移和骨骼修复；
- 5. 图像显示：伪彩、灰度、单色（红、绿或蓝）、或者三个通道信号同时显示；
- 6. 成像床要求具备温控功能；
- ★7. 设备必须具备较宽的动态范围：动态范围大于等于 6 个数量级；
- 8. 可以兼顾高低丰度信号，能够用相同的成像参数获取图像，利于数据的纵横比对；
- ★9. 整个荧光成像区域有均匀的光照，CV 值<3%，能够准确的检测到非常微小的信号变化；
- 10. 要求系统具备区域照明技术，专门用于优化小动物活体成像，保证获取高质量的实验数据；
- 11. 要求设备操作设置简单：成像前，无需进行滤光片选择、曝光参数和运算法则设置；
- 12. 要求系统相机设置固定，不同时间采集的图像，在软件里可以通过“Link”功能进行准确的平行比较；
- 13. 要求分析软件可以自动识别圈定信号检出区域，并且具备识别的阈值设定功能；

三、电脑工作平台

- 1. 品牌电脑一台；
- 2. 小动物气体麻醉系统
- 2.1 高度集成的一体式气体麻醉系统，蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置均集成化；

- 2.1 具备预麻醉用于小鼠成像麻醉前的预麻醉；
- 2.3 麻醉系统同时连接于成像主机；
3. 生物学售后服务及保障
 - 3.1 可提供多种试剂盒、多种功能性荧光试剂等实验耗材；
 - 3.2 每年至少提供三次仪器操作免费培训，确保使用者能够独立操作；

四、其他特殊要求

- ★1. 保修期：3年；
2. 软件免费升级；

子包三 招标参数及要求

植牙临床导引仪招标要求

一、详细配置：

项目名称	技术参数	
计算机系统	电脑主机主要硬件	Intel i7 CPU, 16G 内存, 240G SSD +1T 硬盘, 独显
	操作系统	Windows 10 64 位
	屏幕尺寸	21.5 英寸
	最佳分辨率	1920x1080
	触摸屏屏幕尺寸	13.3 英寸
	最佳分辨率	1920x1080
工作条件	环境温度	+10~+40℃
	相对湿度	30~75%, 无冷凝
	大气压力	70KPa~106KPa, 无腐蚀爆炸性气体和尘埃
	电源要求	AC 220V±10%, 频率 50Hz±1%
	输入功率	≤400VA
红外定位跟踪系统	定位精度	≤0.125mm
	视场范围	X: 500mm-1500mm; Y: 500mm-1200mmZ:1000mm-2300mm。
	专用工具牙颌定位器	6 点立体定位
	手机定位器	12 点立体定位
推车	推车由操作台、箱体、支臂组成, 占地空间	691X667X1630 (高)
	操作台	离地高度适应坐姿和站姿需求
	箱体	配备 4 个万向轮 (静音、可锁止), 转动灵活、可靠, 高通过性
	支臂升降	上 40°、下 55°
	输出	12VDC, 4.16A, 50W (Max)

- ★二、其他特殊要求：整机免费保修期 3 年，维修期提供备用机。

子包四 招标参数及要求

根管显微镜1招标要求

一、基本要求：

1. 带有 2 个以上滤色片（橙色、白色）；
2. 手动调节 6 步放大显微镜主体；
3. 220 度的万向目镜；
4. 精细调焦；
5. 可移动式落地支架；
6. 按装在镜头 LED 光源；
7. 物镜防护镜；
8. 布制防尘罩；

二、详细配置：

1. 国际知名品牌；
2. 电源 220V 50Hz；
3. 采用 2 -25x 范围之间的 6 步放大，单人双目显微镜，万向目镜 0-220 度角度可调，目镜眼杯高度可调，具有光线过滤器功能；

三、技术参数：

- ▲1. 手动 6 步放大倍数，大于等于 2，小于等于 25，必须具备的放大倍数档位有 $5\pm 1X$ 、 $8\pm 1X$ 、 $12\pm 1X$ 、 $19\pm 1X$ ；
- ▲2. 光源为 LED 冷光源，色温为 6000Ka，LED 光源直接按装在镜头上。光源控制盒内配备稳压电源和各种附件升级接口，例如视频电源支持、数码组成部分；
- ▲3. 显微镜：单人双目显微镜，万向目镜镜筒在：0-220 度间可调节，目镜护眼杯高度 0-20mm 可调。目镜放大倍数为：12.5 倍；
- ▲4. 提供橙色、白色两种光学滤镜，可升级提供激光滤镜；
5. 物镜：显微镜物镜头部关节可任意角度调节。物镜直径 54 毫米，视野范围为 10-120mm；
6. 可调整双侧屈光度的双目镜， ± 25 度的调节；
7. 机动手柄：可调节，可以装单手柄、移动手柄和双手柄；
8. 焦点微调：可以在不移动显微镜的情况下进行物镜焦点 0-20mm 范围的调节；

四、高清摄录像系统

1. 有外置式光楔式双路分光器系统，双路分光器转接口位于垂直于地面的主镜上方左右两侧。摄录像系统可位于主镜左右两侧；
- ▲2. 配置外置高清索尼 NEX5T，1080P 微单反摄录像一体机，静态像素大于等于 1610 万像素，照片分辨率：静态图像尺寸： 12×3264 ，动态像素 1600 万像素，照片分辨率大于

等于 1920X1080P，50 帧多种存贮方式，SD 卡，U 盘，外置视频采集设备 高清录制模式时间不少于 6 小时内置麦克风，同步录制操作者操作讲解并同步现场转播。内置 3 英寸触摸液晶显示器，固定取景框，方便术者操控。红外遥控操控，避免震动；

3. 原厂显示器支架，可以空间 360 度调整显示器的位置和朝向；

4. 21 英寸高清 1080P 液晶显示器；

五、其他要求：

★1. 要求至少 3 年保修期；

2. 设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

三、保修期、交货期及交货地点

★1. 保修期：提供不少于 3 年的免费保修，保修期自最终用户验收签字之日起计算，保修费用计入总价。在保修期内，须提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内的全部服务费和更换零部件的费用由中标人承担。

2. 交货期：签订合同生效之日起 30 天内供货、安装、调试并验收合格。

备注：中标单位应在公示期结束后 3 天内领取中标通知书并与采购方签订合。

3. 交货地点：采购人指定地点。

四、其他要求（技术参数有要求的以技术参数为准）

1. 中标人提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训（子包技术参数要求里对培训有特殊要求的除外）等服务。安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

2. 为用户提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后 4 小时内响应，需要现场维修的则在 24 小时内赶到现场维修。

五、报价要求

1. 投标人报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

2. 投标总报价不得超过采购预算总金额，单个项目报价不得超过对应项目的采购预算金额，否则按无效投标处理。

六、交货要求（技术参数有要求的以技术参数为准）

1. 中标人须提供原装、全新的、符合国家及该产品的出厂标准的货物，不得以旧货翻新充数，设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确，并按有关要求包装及装运。

2. 备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

3. 产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

4. 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标人承担。

5. 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

6. 中标人须将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

7. 验收

7.1 到货检验

(1) 买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

(2) 当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

(3) 到货检验仅仅属于预防性检验，设备是否合格应以最后整体验收的结论为准。

7.2 整体验收

(1) 整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在设备安装调试完毕后，由采购人监督中标人对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

(2) 中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

(3) 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能进行验收使用。

(4) 验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，设备仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。

(5) 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

七、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

1. 中标人必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标人负责。

2. 为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

3. 须为用户提供产品终身的免费技术支持，并须提供常设 7 天×24 小时热线服务，接到产品出现故障报告后 4 小时内响应，需要现场维修的则在 24 小时内赶到现场维修并处理完毕。

4. 所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

5. 在质保期内，中标人须对所提供的货物做定期检查和保养。

6. 在质保期结束前，须由中标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理、并得到业主代表认可。在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主，报告一式两份。

7. 质保期后，中标人应承诺以优惠的价格继续为采购人提供服务，按采购人确认的维修收费标准继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。

八、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票或汇款方式支付。签订合同后甲方（采购人）一次性向乙方预付合同的总金额 30%。合同设备到采购人（使用方）指定地点交付并完成安装验收后，中标供应商凭：

- 1) 合同；
- 2) 发票；
- 3) 中标通知书；
- 4) 验收调试合格报告；
- 5) 海关进口货物报关单等资料。

由甲方（采购人）在设备验收合格后一次性向乙方支付合同的总金额 70%；若甲方资金属于财政拨款，则甲方向财政局申请支付的日期视为甲方向乙方支付日期。特殊情况，甲、乙双方协商而定。

第四部分 合同书格式

广州市政府采购

合同书 (货物类)

项目编号：

项目名称：广州医科大学附属口腔医院医疗设备采购项目

合同编号：

合同名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广州医科大学附属口腔医院医疗设备采购合同

签约地：广州

合同编号：

甲方（采购方）：广州医科大学附属口腔医院

地址：广州市荔湾区黄沙大道 31 号

邮编：510140

电话：020-61359637

传真：020-61359577

乙方（供应方）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1. 合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

货物名称	规格型号	产地厂家	单价(元)	数量	单位	总价(元)
合同总金额	人民币(大写)：_____元整			RMB¥：_____元		

该合同总金额是设备、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内包括备品备件发生的所有含税费用，本合同执行期间合同总金额不变。

2. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

3. 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

(1) **包装**：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担或甲方有权拒收。

(2) **交货**：交货时间为合同签订后_____个工作日内；交货地点为广州医科大学附属口腔医院指定地点。

(3) **安装调试**：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须安装调试，一切费用由乙方负责；2) 乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。

(4) **验收**：1) 合同设备安装调试正常运行后_____个工作日内由甲乙双方共同参加下验收；2) 验收合格后，设备正式移交给甲方，验收合格前产权及保管责任归乙方；3) 验

收按国家有关的规定、规范进行，验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担；4) 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成，换货的相关费用由乙方承担；5) 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用；6) 如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

4. 付款办法

本合同的每笔款项以人民币支票或汇款方式支付。签订合同后甲方（采购人）一次性向乙方预付合同的总金额 30%；合同设备到采购人（使用方）指定地点交付并完成安装验收后，中标供应商凭：1) 合同；2) 发票；3) 中标通知书；4) 验收调试合格报告；5) 海关进口货物报关单等资料。由甲方（采购人）在设备验收合格后一次性向乙方支付合同的总金额 70%；若甲方资金属于财政拨款，则甲方向财政局申请支付的日期视为甲方向乙方支付日期。特殊情况，甲、乙双方协商而定。

5. 质量保证及售后服务

(1) 乙方保证设备是**原厂原装全新未经使用且进货渠道合法**的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告。

(2) 合同设备质保期为本项目甲方验收合格之日起____年，终身免费提供维修和保养服务：1) 质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包退或包换，并承担因此而产生的一切费用，乙方应在收到甲方报修通知后按照甲方要求派员到现场维修（用户需求书另有规定除外）；2) 设备出故障，乙方接通知后 24 小时内上门检修，设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备，保修期内设备故障 30 天内无法修复的，需在 30 天内无偿更换新设备，保（质）修期按故障天数相应延长；3) 质保保用期后对乙方合同货物提供终身免费维修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级；4) 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏，擅自改装设备，各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏，乙方不负责免费保修。

(3) 乙方无偿培训甲方操作人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

(4) 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

(5) 售后服务单位：

地址：

联系人：

联系电话：

(6) 附售后服务承诺书（加盖售后服务单位公章）

6. 不可抗力

(1) 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

(2) 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

7. 索赔

(1) 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

(2) 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用；2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格；3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，甲方将从合同款项中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

8. 违约与处罚

(1) 甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，每拖延一天按本合同总额的 3% 支付违约金。

(2) 乙方未能按时交货，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额 3% 的违约金。乙方逾期 10 天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额 10% 的违约金。

9. 合同终止

如一方违反合同并在收到违约通知书后 30 天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

10. 法律诉讼

发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

11. 其它：

(1) 本合同正本及附件共六份，具同等法律效力，甲方执四份，乙方执一份，招标代理公司执一份。签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)，合同自盖章签字之日起生效。

(2) 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

广州医科大学附属口腔医院(加盖公章)

_____ (加盖公章)

法定代表人：

法定代表人：

签约代表：

签约代表：

签约日期：____年____月____日

签约日期：____年____月____日

账户名称：

银行账号：

附表：

政府采购履约担保函（可选）

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方_____（以下简称供应商）于____年__月__日签订编号为《_____政府采购合同》项目（以下简称主合同），且根据该合同的约定，供应商应在____年__月__日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的__%，数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后的____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书，调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相关证明材料，在_____个工作日内进行核定后，按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/服务/工程全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任；

2. 依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

备注：本履约担保格式可以采用经采购人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

第五部分 开标、评标和定标

一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（二）开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

（三）如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（四）提交投标文件的截止时间后，如投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

（五）参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

二、评标

（一）本次评标由招标代理机构依照相关法律法规的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标专家依法从政府采购专家库中随机抽取。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评标过程的保密性

开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（三）评审专家有下列情形之一时，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问；
2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问；
3. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷；
4. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名；
5. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系（不含采购人代表）；
6. 参与招标文件论证（不含采购人代表）；
7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审。

（四）评标标准

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2. 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- ①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- ③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- ④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；
- ⑤供货范围（包括货物和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

三、评标程序

（一）★投标文件初审

1. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。
2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：
 - 2.1 投标人不具备招标文件中规定资格要求；
 - 2.2 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件；
 - 2.3 投标报价不确定、报价超出最高限价或不按本招标文件要求报价；
 - 2.4 投标人未按本招标文件规定提交投标保证金或《政府采购投标担保函》\《投标担保函》；
 - 2.5 投标人未提交法定代表人\负责人资格证明书、授权委托书及投标函；
 - 2.6 投标文件不符合本招标文件的签署、盖章要求；
 - 2.7 投标文件未满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离；

- 2.8 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容；
- 2.9 投标文件提供虚假材料；
- 2.10 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
- 2.11 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正；
- 2.12 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标。

3. 投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于最高限价 70%的），投标人应作出书面说明并提供相关成本分析报告给评标委员会审核，报告内容包括但不限于人工费（包括投入该项目人员的数量、薪酬的构成）、货物成本费、项目的办公费用、投标人的管理费、税金等。评标委员会根据成本分析报告对投标人报价合理性进行评审，是否低于成本。如投标人不能提供能够完成全部采购人需求的合理可信的成本分析报告，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（二）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》等相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1. 初审

- （1）资格性检查；
- （2）符合性检查。

资格性及符合性审查表

评审内容		投标人 A	投标人 B	投标人 C
资格性审查	1 投标人是否具备合格投标人资格条件。			
	2 投标函已提交并符合招标文件要求的。			
	3 法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性。			
	4 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或提交《政府采购投标担保函》\《投标保证金》。			
	5 投标人的资格声明函有效性及相关资格证明文件是否符合招标文件要求。			
符合性审查	1 投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章。			
	2 投标文件是否由法定代表人或授权代表签字。			
	3 投标文件是否对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）无产生偏离。			
	4 投标报价是否符合招标文件要求。			
	5 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的条款。			
是否通过审查				
备注：1) 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求； 2) “是否通过审查”栏中填写“是”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“否”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。				

2. 比较与评价

(1) 商务评价；(2) 技术评价。

评标委员会将依据招标文件第三部分的“采购人需求”逐条进行评审。

3. 价格评估

4. 综合比较与评价

(三) 评分体系

1. 评分比重如下：

评分项目	技术得分	商务得分	价格得分
------	------	------	------

分值	55分	10分	35分
----	-----	-----	-----

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

1.1 技术部分（55分）

序号	评审内容	评分权重	评分细则
1	投标货物的技术参数、性能、材质、配置的符合性	15分	采购人需求中标注“▲”号的重要技术参数一项不满足或负偏离扣5分，扣完为止。 采购人需求中非标注“▲”号的一般技术参数一项不满足或负偏离扣3分，扣完为止。
2	投标货物的技术先进性、稳定性及技术成熟度	15分	横向对比评审： 最优：15分；较优：12分；其次：9分； 一般：6分；较差：3分；最差：0分。
3	投标货物的实用性及可靠性	12分	横向对比评审： 最优：12分；较优：9分；其次：6分； 一般：3分；较差：1分；最差：0分。
4	投标货物的制造商生产水平、知名度、品牌信誉以及在中国的用户满意度情况	8分	横向对比评审： 最优：8分；较优：6分；其次：4分； 一般：2分；较差：1分；最差：0分。
5	售后服务、保修期、维护保养、应急维修安排、技术人员培训等售后服务承诺	5分	横向对比评审： 最优：5分；较优：4分；其次：3分； 一般：2分；较差：1分；最差：0分。

1.2 商务部分（10分）

序号	评审内容	评分权重	评分细则		
			优	良	差
1	商务响应情况	2分	2分	1分	0分
2	投标人的履约能力及信誉状况	2分	2分	1分	0分
3	近两年同类产品业绩【须提供合同复印件并加盖公章】	2分	2分	1分	0分
4	产品合法来源渠道证明	4分	能提供所投子包内所有产品从生产厂家到投标人的完整各级渠道有效授权证明文件得4分； 未提供产品授权证明或只提供部分产品授权证明及未提供完整的各级渠道有效授权证明不得分。		

1.3 价格部分（35分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（35%）×100，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

根据相关规定及要求，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任意两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

备注：政府采购政策性扶持说明

1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

1.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.1.1 符合中小企业划分标准；

1.1.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

1.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

2. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理

局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3. 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。如中标，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将按有关规定追究其法律责任。

（四）综合得分的计算及推荐中标候选人名单

1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。（技术得分和商务得分的计算公式为去掉所有评委评分中的一个最高分和一个最低分后的算术平均值）

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位，评标委员会按评审后综合评分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术得分高到低顺序排列。如综合得分、技术得分及投标报价均相同的投标人，则按所投产品符合《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）或《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）规定的投标人排序优先。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会按上述排列向采购人推荐综合得分第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%（含）以上的，只推荐一名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

1. 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不接受；
4. 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

1. 凡发现中标人有下列行为之一时，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

- 1.1 提供虚假材料谋取中标；

- 1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
 - 1.3 与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通；
 - 1.4 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益；
 - 1.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；
 - 1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
 - 1.7 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形。
2. 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司对外发布。不在中标名单之列者即为落标人。
3. 中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起超过 15 日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

1. 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2. 代理服务费的收取

2.1 本次项目的类型为 货物类。

2.2 以中标金额作为收费的计算基数。

3. 收费对象：招标代理机构按规定向中标人收取本项目代理服务费。

4. 收费标准：本项目参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的标准收取中标服务费。详见下表

代理服务费收费标准（单位：万元）

招标类型 中标 金额（万元） 费率	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.00%
100-500	1.1%	0.8%	0.70%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.20%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%

1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
------------	-------	-------	-------

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5. 代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司

银行账号：7443-0201-8260-0216-969

开户银行：中信银行广州分行营业部

6. 服务费不在响应文件的报价中单列。

八、签约

1. 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第六部分 投标文件格式

广州医科大学附属口腔医院政府采购

投标文件 (正本/副本)

采购项目编号：

采购项目名称：

子包号：

投标人名称：

日期：____年__月__日

货物类项目投标文件

- 一、自查表
- 二、资格性文件
- 三、商务部分
- 四、技术部分
- 五、价格部分
- 六、政策适用说明部分（如有）
- 七、附件

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表

2.2 投标函

一、自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标保证金或《投标保证金》/《政府采购投标保证金》	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	准入条件 (关于资格的声明函)	能独立承担民事责任,具有从事相关产品的经营范围。(提供有效期内的营业执照副本复印件并加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其他要求	按投标人资格条件中规定提交的证明文件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合性审查	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违规行并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，并在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
1. 自查表	1.1 资格性/符合性自查表	见投标文件第（ ）页
	1.2 评审项目投标资料表	见投标文件第（ ）页
2. 资格性文件	2.1 投标函	见投标文件第（ ）页
	2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	见投标文件第（ ）页
	2.3 关于资格的声明函	见投标文件第（ ）页
	2.4 投标保证金/政府采购投标担保函/投标保证金交纳凭证	见投标文件第（ ）页
	2.5 检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（有效期内）和投标人出具的《公平竞争承诺书》	见投标文件第（ ）页
	2.6 在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询情况证明，提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章	见投标文件第（ ）页
	2.7 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及违反法律、行政法规的行为的书面声明函（提供书面声明原件，格式自定）	见投标文件第（ ）页
	2.8 投标人认为有必要提交的文件	见投标文件第（ ）页
	2.9 -----	见投标文件第（ ）页
3. 商务部分	3.1 投标人综合概况	见投标文件第（ ）页
	3.2 投标人资质、证书及获奖情况一览表	见投标文件第（ ）页
	3.2.1 工商营业执照\组织机构代码证\税务登记证或三证合一证明文件复印件	见投标文件第（ ）页
	3.2.2 财务报告复印件	见投标文件第（ ）页
	3.2.3 近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件	见投标文件第（ ）页
	3.2.4 《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或备案证明复印件	见投标文件第（ ）页
	3.2.5 《中华人民共和国医疗器械注册证》和《医疗器械注册登记表》或备案证明复印件	见投标文件第（ ）页
3.2.6 投标人提交的其他文件复印件（如质量认证、荣誉	见投标文件第（ ）页	

	证书或奖状等)	
	3.2.7 资信证明文件 (如有)	见投标文件第 () 页
	3.2.8 同类业绩证明材料复印件 (项目合同等)	见投标文件第 () 页
	3.3 投标产品生产厂家 (或代理) 授权书	见投标文件第 () 页
	3.4 商务条款响应表	
	3.4.1 实质性响应商务条款 (“★”项) 响应表	见投标文件第 () 页
	3.4.2 一般商务条款响应表	见投标文件第 () 页
	3.5 售后服务方案	见投标文件第 () 页
	3.6 -----	见投标文件第 () 页
4. 技术部分	4.1 货物说明一览表	见投标文件第 () 页
	4.2 技术条款响应表	
	4.2.1 实质性响应技术条款 (“★”项) 响应表	见投标文件第 () 页
	4.2.2 一般技术条款响应表	见投标文件第 () 页
	4.3 技术方案	见投标文件第 () 页
	4.4 投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件	见投标文件第 () 页
	4.5 -----	见投标文件第 () 页
5. 价格部分	5.1 开标一览表	见投标文件第 () 页
	5.2 投标明细报价表	见投标文件第 () 页
6. 政策适用证明部分 (根据自身情况选择提供)	6.1 中小企业声明函 (如适用)	见投标文件第 () 页
	6.2 监狱企业的证明文件格 (如适用)	见投标文件第 () 页
	6.3 残疾人福利性单位的声明函及证明文件 (如适用)	见投标文件第 () 页
	6.4 -----	见投标文件第 () 页

备注：1. 投标人如有其他需要补充的文件，请在上表相应位置自行增加栏目说明。

2. 投标人可根据自身情况提供相应的政策适用证明文件，并可自行增减“政策适用证明部分”的栏目。如没有任何政策适用证明文件的，请删除“政策适用证明部分”的所有栏目。

投标人法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字：

投标人名称 (盖公章)：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“_____项目”（项目编号：_____）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本____份，副本____份。

具体包括：1. 自查表； 2. 资格性文件； 3. 商务部分； 4. 技术部分； 5. 价格部分；
6. 政策适用证明部分（如有）；

据此我方承诺如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。
3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
7. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务收费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。
8. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(盖公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

电子邮件：

电 话：_____传 真：

开户银行：

账 号：

日 期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致 广东五洲采购电子商务有限公司：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营(产)： 兼营(产)：

进口物品经营许可证号码：

主营： 兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。



2.3 关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称：“_____项目”（项目编号：_____）包号：_____投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺证明所提交的文件和说明是准确的和真实的。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

2.4 投标保证金/政府采购投标担保函/投标保证金交纳凭证

(1) 投标保证金交纳凭证（可选）

广东五洲采购电子商务有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的、采购项目编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

(2) 政府采购投标担保函（可选）

编号：

_____（采购人或政府采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（项目包号_____（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者政府采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

（一）你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

（二）我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应当承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

(3) 投标保证金（可选）

广东五洲采购电子商务有限公司：

根据采购项目名称为：_____项目（项目编号：_____）的《招标文件》的要求，本人代表投标方_____（投标方名称）参加本项目子包_____的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证金》的形式替代缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证金：

- （一）同意自行承担投标所发生的一切费用；
- （二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不得以任何方式抄袭、刻录或翻印；
- （三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；
- （四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；
- （五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起 15 日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；
- （六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；
- （七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证金》的同时，视为我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

联系电话： 联系人手机：

日期： 年 月 日

投标保证金递交回执

_____公司

贵公司已经按招标文件要求于 年 月 日向我司及时递交了(_____项目)【招
标编号：_____】的《投标保证金》一份，特此证明。

广东五洲采购电子商务有限公司

2018 年 月 日

备注：投标企业递交投标保证金时，请一同递交本回执单！

2.5 检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（有效期内）和投标人出具的《公平竞争承诺书》

（1）检察机关出具的无行贿犯罪记录查询结果证明(有效期内)

（2）公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与_____项目的公平竞争,不得以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间： 年 月 日

2.6 在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网
（www.ccgp.gov.cn）的查询情况证明

（附证明材料）

2.7 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及
违反法律、行政法规的行为的书面声明函

（提供书面声明原件，格式自定）

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1. 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2. 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3. 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或 广东省总代理或中 国总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：

设在广东省内的 售后服务机构情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：
---------------------	---	-----------------------

三、投标人同类产品业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
...				

注：1. 业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请注意评审细则是否要求提供验收报告）。

2. 投标产品业绩证明材料另附在生产厂家资质后，并以表格形式汇总。

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		

3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 投标人资质、证书及获奖情况一览表

资质名称	查阅指引	备注
工商营业执照\组织机构代码证 \税务登记证或三证合一证明文件 复印件	证明文件附后，见第___页	
财务报告复印件	证明文件附后，见第___页	
近期依法缴纳税收和社会保障 资金的相关证明复印件	证明文件附后，见第___页	
《医疗器械经营许可证》或《医 疗器械生产许可证》或备案证明 复印件	证明文件附后，见第___页	
《中华人民共和国医疗器械注 册证》和《医疗器械注册登记表》 或备案证明复印件	证明文件附后，见第___页	
投标人提交的其他文件复印件 (如质量认证、荣誉证书或奖状 等)	证明文件附后，见第___页	
资信证明文件(如有)	证明文件附后，见第___页	
同类业绩证明材料复印件(项目 合同等)	证明文件附后，见第___页	
.....	

- 注：**1. 请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。
2. 如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

3.3 投标产品生产厂家（或代理）授权书（参考格式）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于_____年__月__日接受此文件。授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

3.4 商务条款响应表

3.4.1 实质性响应商务条款（“★”项）响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

备注：

1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与招标文件中所要求的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

3.4.2 一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求。		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。		
4	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。		
6	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价。		
7	主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品。		
8	交货完工期：合同生效后 ___ 天内完成并可交付验收。		
9	质保期：验收交付之日起至少 ___ 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。		
10	同意接受合同范本所列述的各项条款。		
11	同意按本项目要求缴付相关款项。		
12	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。		
13	其它商务条款偏离说明。		

备注：

- 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
- 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

3.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。
8. ……………

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

产品名称	规格及型号	数量	交货期	备注

备注：附以下材料：

1. 产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 产品清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4.2 技术条款响应表

4.2.1 实质性响应技术条款（“★”项）响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务 实际数据填写, 不能照抄招 标要求)	是否偏离(无偏 离/正偏离/负 偏离)	偏离简 述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4.2.2 一般技术条款响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务 实际数据填写, 不能照抄招 标要求)	是否偏离(无偏 离/正偏离/负 偏离)	偏离简 述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

备注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 产品配置简介
2. 产品技术特点说明及详细介绍
3.

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

5.2 投标明细报价表

项目名称：

项目编号：

包号：

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
2							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
3							
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：							

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

六、政策适用证明部分（根据自身情况选择提供）

6.1 中小企业声明函格式（如适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期： 年 月 日

备注：提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据，并根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供证明，否则无效。如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6.2 监狱企业的证明文件格式（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

6.3 残疾人福利性单位的声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1. 投标人须满足“财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》”中的认定标准，并提供相关证明文件。

2. 投标人须对声明的真实性负责，如中标，将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照有关规定追究其法律责任。

单位名称（盖章）：

日期：

6.4 节能产品或环境保护标志产品（如适用）

类别	投标产品 (规格型号)	制造商	认证证书编号	清 单
节能产 品				第__期清单
				第__期清单
环保标 志产品				第__期清单
				第__期清单
说明				

注：“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

1. 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

2. 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org/>）上发布。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

七、附件

7.1 退投标保证金说明(放在报价信封中)

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方为_____项目的投标[项目编号为：_____]所提交的投标保证金(大写金额)元，请贵公司退还投标保证金_____元，请划到以下帐户：

	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	帐 号		联系电话	

备注：此表须附在开标信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标代理机构按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖公章）：

日期： 年 月 日