

## 一、项目基本情况

项目编号：JXBJ21121354401

项目名称：南昌大学基础医学院科研设备采购项目

预算金额：2150000 元

最高限价：2150000 元

采购需求：

采购项目编号	采购项目名称	数量	单位	采购预算 (人民币)
赣购 2022F000556961	其他仪器仪表 (A021099)	1	批	1544000 元
赣购 2022F000556962	★其他仪器仪表 (A021099)	1	台	95000 元
赣购 2022F000556963	★其他仪器仪表 (A021099)	3	台	195000 元
赣购 2022F000556964	★其他仪器仪表 (A021099)	2	台	158000 元
赣购 2022F000556965	★其他仪器仪表 (A021099)	2	台	158000 元

注：1、标★产品为进口产品，但不得拒绝有符合条件的国产产品参与采购活动。未注明的为国产产品，并且不允许提供进口产品参加投标；

2、本项目进口设备投标报价均为免税价格且包括进口代理费用。

合同履行期限：合同签订生效后 90 个日历日内完成安装调试并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

### 部分项目清单

序号	产品名称	数量	单位	技术简要说明
1	电泳槽	8	套	1、可以同时运行至少二块 8.3×7.3cm 的凝胶。2、最大电压负荷：≤200 V。3、外槽容纳缓冲液最大体积：≥750 ml。4、内槽容纳缓冲液最大体积：≥130 ml。
2	转膜槽	8	套	1、电泳槽承载凝胶面积：≥8.3X7.3cm。2、最大电压负荷：≤200V。3、最大电流负荷：≥500mA。4、槽体容纳缓冲液最大体积：≥900ml。
3	★PCR 仪	2	台	标准反应模板：96-well × 0.2 ml 反应板或 96 个 0.2ml PCR 管。
4	双层可调温摇床	1	台	1、振荡频率：10-350rpm。2、振荡频率精度：±1rpm。3、摇板振幅：Φ26mm。4、温控范围：4~60℃。
5	★冷冻高速离心机	2	台	最大容量 30*1.5/2.0 ml，最大转速 15,000 min <sup>-1</sup> ，最大离心力 21382g；以 10rpm 为调节单位。
6	★常温高速离心机	3	台	最大容量 30*1.5/2.0 ml，最大转速 15,000 min <sup>-1</sup> ，最大离心力 21382g；以 10rpm 为调节单位。
7	普通酶标仪	1	台	1、光源：卤素灯（寿命自动侦测功能，4000 小时）。2、波长范围：400-750nm。3、兼容板型：96 孔板。4、OD 分辨率：≤0.001。
8	高压灭菌锅	1	台	温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃。 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）。
9	DNA 凝胶成像仪	1	套	1、相机有效硬件像素 634 万，像素矩阵 2056*3084。2、图像分辨率 600DPI。3、感光效率 QE 值：High QE: >79%。4、信噪比：≥78db。
10	★细胞培养箱	1	台	1、工作体积：≥165 升。2、标配电抛光不锈钢内胆。3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3 块/10 块，隔板带孔可调节高度。4、单隔板承重 10kg，总承重 30kg。