

货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。本项目采购内容不涉及以上政府强制采购的节能产品。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。

货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
移动 DR	1. 高频高压逆变发生器 ★（1）最大功率≥30KW。 （2）最大输出电压≥125KV。 ★（3）最大输出毫安量≥425mA。 （4）摄影千伏范围：40-125KV（1KV调节）。 （5）摄影毫安秒范围：0.5-200mAs。 （6）逆变频率≥100kHz。 （7）组合机头设计。 2. X线球管 （1）双焦点阳极球管。 ★（2）小焦点≤0.6 大焦点≥1.3mm。 （3）阳极角度≤16°。 （4）阳极热容量≥107KHU。 （5）最大转速3000转/分。 （6）最大连续阳极热耗散≥300W。 ★3. 移动支架：折叠臂结构 （1）组合机头绕纵轴旋转角度≥+180° ~ -180°。 （2）遮光器水平旋转≥±90°。 （3）主机移动方式：手动或电动移动。 （4）车轮停止刹车闸设计。 4. 平板探测器连接方式：有线连接	1	套	868000.00

	<p>(1) 探测器结构：非晶硅。</p> <p>(2) 动态范围 ≥ 14bits。</p> <p>(3) 探测器面积 $\geq 36 \times 43$cm。</p> <p>(4) 像素总和 ≥ 750 万。</p> <p>(5) 单个像素尺寸 $\leq 139 \mu\text{m}$。</p> <p>(6) 空间分辨率 ≥ 3.6LP/mm。</p> <p>5. 系统工作站</p> <p>★(1) ≥ 19 英寸 液晶触摸屏控制。</p> <p>(2) 系统硬件。</p> <p>(3) 奔腾 4 及以上 CPU。</p> <p>(4) 300G 硬盘。</p> <p>(5) 2G 内存。</p> <p>(6) 图像旋转、黑白翻转、多画面浏览。</p> <p>(7) 可存储 ≥ 4800 幅图像。</p> <p>(8) 图形功能： 远程计算与校准。</p> <p>(9) DICOM 标准、DICOM 打印。</p> <p>(10) 配置： 配标准可移动铅屏风一套。</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

商务要求

<p>售后服务承诺范围</p>	<p>1. 免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机免费保修期最短不得少于 1 年(自验收合格之日起计算)。</p> <p>2. 免费保修期出现故障，如设备出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在 2 小时内响应；需要现场维修的，应在 12 小时内到达仪器现场；一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。免费保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请于投标文件中提供技术援助电话和售后服务电话）；免费为采购人提供软件升级，定期免费赠送相关仪器应用资料。</p> <p>3. 备品备件及耗材等要求</p> <p>(1) 备品备件要求：随机易损件、附件应列出详细清单；以上备品备件的费用应包括在投标报价之内。</p> <p>(2) 随机资料：中标供应商须向采购人提供实用和齐全的全套随机技术资料，包括产品安装手册、产品使用手册、用户手册等相关资料；中标供应商须向采购人提供设备的运行、使用环境要求，并协助采购人编制操作规程及维护规程。</p> <p>4. 交付使用期：自签订合同之日起 30 个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。</p> <p>5. 交货地点：广西桂林市荔浦县采购人指定地点。</p> <p>6. 货物免费送货上门，免费装卸、免费安装调试合格。</p> <p>7. 免费提供技术培训：中标供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训 ≥ 3 名技术人员，培训时间 ≥ 2 天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在设备安装一年后，中标供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对设备进行免费检修保养；上述每次培训的各项费用均由中标供应商全部承担，异地培训期间食宿由中标供应商承担。</p> <p>8. 安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。</p> <p>9. 根据售后服务要求，于投标文件中必须提供售后服务承诺书。</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

付款方式	<p>交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月内付至合同价款的 60%，6 个月内付至合同价款的 90%，另 10%合同价款作为质保金，交货验收合格并正常使用免费保修期（1 年）满后的 5 个工作日内由采购人一次性付清（无息）。</p>
其他要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人于投标文件中必须提供所投产品“移动式 DR ”相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容），否则按投标无效处理。 2. 所投产品生产厂家必须在广西区内设有售后服务机构，至少配备两名经专业培训的工程师。 3. 供货时，中标供应商必须同时提供所投产品生产厂家或总代理商出具的针对产品的授权书、售后服务承诺书原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准等材料，以核实相关资质和技术参数，否则，产品不予验收。 4. 本项目投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和。 5. 本项目政府采购预算金额为人民币捌拾陆万捌仟元整（¥868000.00），投标报价超出采购预算金额的，该项目将被视为无效投标。 6. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 7. 中标供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 <p>注：1. 以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 2. 双上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达 11 项以上（含 11 项）的，作投标无效处理。</p>