



# 广州市第八人民医院

## 政府采购招标文件

项目编号：GZ8H-2018HW-09

项目名称：广州市第八人民医院医疗设备采购项目

项目类别：货物类



广东华粤招标代理有限公司

发布日期：2018年9月

## 温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 一、 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请**适当提前到达**。
  - 二、 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号跟子包名称必须一致。
  - 三、 单独提供的唱标信封应包括：《开标一览表》、《退保证金说明》、“保证金交纳凭证”原件。
  - 四、 加“★”号的条款必须一一响应。
  - 五、 投标文件必须按顺序编制页码。
  - 六、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求**盖章、签名及密封**。
  - 七、 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
  - 八、 公告期间，投标人应在广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.com/>）完成**供应  
商注册**（已注册的供应商可忽略此信息）。
  - 九、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本和时间，购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。
  - 十、 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。
- （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）



# 目 录

第一部分 投标邀请函.....	1
第二部分 投标人须知.....	4
第三部分 采购人需求.....	11
第四部分 合同书格式.....	21
第五部分 开标、评标和定标.....	27
第六部分 投标文件格式.....	37



# 第一部分 投标邀请函

广东华粤招标代理有限公司受广州市第八人民医院的委托，对以下项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZ8H-2018HW-09

二、采购项目名称：广州市第八人民医院医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币 275 万元

四、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

子包号	序号	设备名称	数量	最高限价（总价）	
一	1	生物分子相互作用分析仪	1 套	120 万元	140 万元
	2	生物化学发光分析系统（微孔板检测仪）	1 套	20 万元	
二	1	脑功能监护仪（脑电测量系统）	1 套	55 万元	135 万元
	2	负压隔离处置帐篷	1 套	80 万元	

经政府采购管理部门同意，本项目为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。投标人须对本项目以子包号为单位进行整体投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

1、参加本项目投标的投标人应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照）
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务报告）
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供证明文件）
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社保证明文件）
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照；

3、依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；



4、如所投标产品属于医疗器械产品，应具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；

5、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

六、符合资格的供应商应当在 2018 年 9 月 22 日 9 时起至 2018 年 10 月 11 日 17 时止（法定节假日除外）携带以下**加盖公章的证件复印件**到广东华粤招标代理有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 8 楼 E 室），招标文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。

（一）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(或三证合一证明)；

（二）政府采购法第二十二条证明文件；

（三）《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》复印件；

（四）所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件；

（五）《公平竞争承诺书》原件；

（六）经办人如为法定代表人，需提供法定代表人证明书原件（见附表）及法定代表人身份证复印件；经办人如为投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书（见附表）及授权代表身份证复印件；

（七）供应商应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；

**七、我公司只接受报名购买本招标文件并按规定交纳投标保证金的供应商投标报价。**

八、投标文件递交和截止时间：2018 年 10 月 12 日下午 14:30 时(注 14:00 时开始受理投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 8 楼 E 室

十、开标评标时间：2018 年 10 月 12 日下午 14:30 时

十一、开标评标地点：广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 8 楼 E 室

十二、本公告期限（5 个工作日）自 2018 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 29 日止。



## 十三、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购代理机构联系人：	广东华粤招标代理有限公司	采购人联系人：	广州市第八人民医院设备科
电话：	020-62313760	电话：	020-83710823
传真：	020-62313719	传真：	020-83710609
联系地址：	广州市天河区体育西路 109 号高盛大厦 8E	联系地址：	广州东风东路 627 号
邮编：	510610	邮编：	510060
开户行：	招商银行广州体育西路支行		
帐号：	120910640210901		

广东华粤招标代理有限公司

2018 年 9 月 21 日

## 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 一、说明

#### （一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

#### （二）定义

1. “采购人”是指：广州市第八人民医院。
2. “监管部门”是指：广州市财政局政府采购监管处。
3. “政府采购代理机构”是指：广东华粤招标代理有限公司。
4. “招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
5. 合格的投标人
  - 1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
  - 2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。
6. “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

#### （三）合格的货物和服务

1. “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 二、一般要求

#### （一）投标的费用

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

#### （二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1. 投标邀请函

2. 投标人须知
3. 采购人需求
4. 合同书格式
5. 开标评标与定标
6. 投标文件格式
7. 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

### （三） 招标文件的澄清和修改

1. 招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改由招标代理机构在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应在投标截止时间 15 日前，以书面方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3. 报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认。

### 三、知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 四、纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
2. 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
3. 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
4. 获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。



5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 五、质疑与投诉

1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3. 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4. 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 六、投标文件

### 1、投标文件的构成

1.1 投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2 投标文件数量：6份（正本1份，副本5份，电子文件一份）

1.3 唱标信封（单独封装）：报价文件（纸质1份，退保证金说明一份，保证金交纳凭证）

### 2、投标文件的编写

2.1 投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.2 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3 招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号项目为评标委员会打分的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2.4 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6 投标文件必须编页码，页码必须连续。

2.7 投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

### 3、投标文件的标记和密封

3.1 投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2 投标文件封面标明“正本”或“副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3 正本和电子文件单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东华粤招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间 年 月 日上午 之前不得启封

### 4、投标文件的递交

4.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.2 招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

- (1) 未按要求密封的；
- (2) 投标截止时间后递交的。

4.3 招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.4 招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

## 5、投标保证金

5.1、★投标人应交纳投标保证金：子包一人民币 14000 元，子包二人民币 13500 元。

5.2 投标保证金交纳形式：以银行汇款、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金作为投标供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

(1) 招标代理机构不接受以现金方式提交的投标保证金。投标保证金应在投标截止时间前到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：

收 款 人：广东华粤招标代理有限公司

开户银行：民生银行天河北支行

账 号：693646557

并注明“事由：广州市第八人民医院医疗设备采购项目，编号 GZ8H-2018HW-09 保证金”

(2) 用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

① 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

② 由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

③ 有效期超过投标有效期 30 天；

④ 投标保函复印件应装订在投标文件正本中。投标保函正本原件应在投标截止时间前递交到广东华粤招标代理有限公司。

5.3、投标时应将**保证金交纳凭证**、《退保证金说明》、《开标一览表》一起密封在唱标信封中，连同投标文件一起递交。

5.4、凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

5.5、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构在收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.6、如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.7、中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

5.8、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：



- (1) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；
- (2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

### 5.9、办理退保证金手续说明

5.9.1 投标企业需填写《退保证金说明》并加盖公章。（附表一）

5.9.2 投标人需将加盖公章的《退保证金说明》原件寄到我司或放在唱标信封内，我司将按法律法规规定的时间内退回。

附表一

#### 《退保证金说明》

致：广东华粤招标代理有限公司

我公司于 年 月参加广东华粤招标代理有限公司组织的“ 项目”（项目编号： ）的投标，并按招标文件要求缴纳投标保证金“小写金额（大写金额）”。在该项目中我公司为（中标人或未中标人）。现申请退办该笔投标保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年 月 日

### 6、投标文件的修改与撤回

6.1 在投标截止时间之前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.2 在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 7、投标有效期

★开标后不少于 90 天。



在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

## 8、招标文件的解释权

本招标文件由广东华粤招标代理有限公司负责解释。

## 9、其它说明事项

9.1 招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

9.2 由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后 7 天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

## 第三部分 采购人需求

### 一、招标范围

子包号	序号	设备名称	数量	最高限价 (总价)	
一	1	生物分子相互作用分析仪	1 套	120 万元	140 万元
	2	生物化学发光分析系统(微孔板检测仪)	1 套	20 万元	
二	1	脑功能监护仪 (脑电测量系统)	1 套	55 万元	135 万元
	2	负压隔离处置帐篷	1 套	80 万元	

经政府采购管理部门同意, 本项目为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品 (进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。投标人须对本项目以子包号为单位进行整体投标, 不允许只对包内其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。

### 二、招标要求

- 1、带“★”标记为废标参数, 任何偏差将导致废标; “▲”为评分重要技术指标参数, 不做投标无效处理。如有虚假响应, 将导致废标, 移送监管部门查处。
- 2、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求! (如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)

### 子包一: 生物分子相互作用分析仪、生物化学发光分析系统 (微孔板检测仪)

设备需求一览表

设备名称	数量	交货期
生物分子相互作用分析仪	1 套	合同签订后 60 天内
生物化学发光分析系统(微孔板检测仪)	1 套	合同签订后 60 天内

序号	内容	招标要求
一	生物分子相互作用分析仪	1 套



1.1	产品适用范围	用于活性分子与靶点结合的机理研究,并在分子水平上对功能机理进行揭示,研究信号通路,调控机理,结构分析,蛋白质结构,药物筛选,或进行有特定靶标的生物功能分子的筛选。
1.2	产品组成	主机、电脑工作站、生物传感器等组成
1.3	性能组成	
1.3.1	▲检测技术	生物膜层干涉技术,可以检测不可逆的分子结合;
1.3.2	检测模式	检测模式:采用平行检测模式,同时检测2组独立的分子相互作用
1.3.3	检测对象	检测样品对象:可对DNA,多肽,蛋白质,寡糖或寡核苷酸、化合物、纳米材料,细胞,病毒或细菌等进行检测
1.3.4	▲样品类型	对血清,血浆,细胞裂解液,细胞上清液,组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度
1.3.5	传感器特点	浸入式传感器,非破坏性检测,样品可回收,传感器可再生重复使用
1.3.6	传感器种类	传感器种类 不少于12种:ProteinA, Anti-HIS, Anti-Human-IgG, Anti-Mouse-IgG, Amine Active, Streptavidine, Super Strpetavidine, Aminopropylsilane, Anti-hIgG Fc Capture, Protein G, Protein L, NTA, Anti-GST, Anti-Human-CH1
1.3.7	检测器类型	高灵敏度光干涉检测器
1.3.8	检测器数量	2组光干涉检测器,每通道对应同一组干涉光检测器
1.3.9	浓度定量范围	浓度定量范围:0.05ug/ml-2000ug/ml 浓度检测范围:0.1ng/ml-2000ug/ml
1.3.10	样品体积	样品体积:180-220 μ l
1.3.11	结合常数范围	结合常数范围: 10E1 ----10E7 M-1S-1
1.3.12	解离常数范围	解离常数范围: 10E-6----- 10E-1 S-1
1.3.13	▲平衡亲和力	平衡亲和力: 10E-3----10E-12 M
1.4	其他参数	
1.4.1	检测分子量下限	检测分子量下限: 150 Dal
1.4.2	▲样品分析速度	样品分析速度:不低于10样品/小时
1.4.3	基线噪声	基线噪声:2.5pm,基线漂移:21pm/小时
1.4.4	软件功能	1、数据采集和显示:实时数据采集和显示;数据处理工具可以根据样品的类型和操作步骤来显示;数据归纳工具可以对数据进行组织和归纳,满足数据显示、处理和分析的需要;反应显示工具可以对反应和样品数据进行显示、隐蔽或选择分析 2、数据分析处理:数据分析的动力学分析曲线拟合至少3种模型可选:Langmuir (1:1模型);二价分析物;双分析物竞争;双配体位点竞争;数据分析的浓度分析2种模型可选:结合速率Vs浓度,结合信号Vs浓度;数据分析结果支持多种输出格式,Excel, JEPGd等,可直接导入其他专业数



		据分析软件
二	<b>生物化学发光分析系统 (微孔板检测仪)</b>	<b>1套</b>
2.1	产品适用范围	化学发光检测(Luminescence)DLR 认证, 单、双报告基因分析, 免疫分析细胞毒分析、增殖分析, 细胞凋亡检测, 酶活性分析细胞内 Ca <sup>2+</sup> 分析, 碱性磷酸酶, 辣根过氧化物酶等。
2.2	产品组成	发光检测仪主机、电源线、数据线(9针连接线)、USB 连接适配器(CD-ROM 中含 USB 驱动)、白色 96 孔板、软件、CD 光盘、试剂瓶支架。
2.3	性能组成	
2.3.1	检测器	光电倍增管PMT
2.3.2	光谱应答范围	350nm-650nm; 峰值波长: 420nm
2.3.3	▲线性范围	≥9个数量级
2.3.4	▲灵敏度	(以萤光素酶摩尔数计算): $3 \times 10^{-21}$ , 相当于700个萤光素酶分子
2.3.5	▲交叉干扰	$\leq 3 \times 10^{-5}$
2.3.6	可进行发光检测	仪器中预置有ATP发光检测操作程序, 双萤光素酶报告基因检测程序等, 可免费升级。
2.3.7	样品通量	96孔板
2.3.8	进样器	≥2个(可选)
2.3.9	处理体积	25-250ul, 1ul增量
2.3.10	软件要求	Microsoft Windows95或更新版, 控制: 外置电脑
2.3.11	运行温度	15-40℃
2.3.12	电源	0.5A, 100-240V, 50-60Hz (国际通用)
2.3.13	重量	≤12.7kg
三	<b>标的内产品</b>	<b>同一品牌</b>
四	<b>售后服务条款</b>	
4.1	▲原厂设备: 整机保修期 1 年及以上	其它保修条款投标人说明
4.2	必须由原厂家负责售后服务, 厂家应配备专职维修工程师, 维修工程师必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院	投标人说明
4.3	在保修期内由厂家专职维修工程师每年提供至少二次的设备免费维护	投标人说明
4.4	厂家应提供设备的软件免费升级	投标人说明





4.5	厂家要有免费技术支持及保修电话，并提供免费电话号码	投标人说明
4.6	在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派厂家工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用	投标人说明
4.7	提供完整的使用手册、设备安装、培训记录：安装后院方验收	投标人说明

## 子包二：脑功能监护仪（脑电测量系统）、负压隔离处置帐篷

### 设备需求一览表

设备名称	数量	交货期
脑功能监护仪（脑电测量系统）	1套	合同签订后60天内
负压隔离处置帐篷	1套	合同签订后60天内

序号	内容	招标要求
一	脑功能监护仪(脑电测量系统)	1套
1.1	产品适用范围	用于测量采集脑电信号
1.2	产品组成	该产品由主机、16通道放大器(V16)、32通道放大器(V32)、隔离电源、电缆及机架组成
1.3	系统性能要求	
1.3.1	主机	1) ≥22英寸TFT彩色触摸一体化平板电脑主机，配移动式支架。 2) 触摸屏操作、鼠标键盘操作。 3) I7或同级别CPU，硬盘至少500GB，内存>2G，Windows 7专业版操作系统。 4) DVD刻录光驱。
1.3.2	放大器	1) ≥32通道放大器； ▲2) 专用同导数独立外接线头盒，支持抗干扰有线连接； 3) 放大器与主机通过网线进行连接；支持热拔插。 4) A/D转换：16Bit； 5) 带宽：DC-500Hz； 6) 噪声：<1.5 μV；

		<p>7) 输入阻抗&gt;100MΩ;</p> <p>8) 共模抑制比&gt;110dB;</p> <p>9) 采样率: 100, 200, 500, 1000, 2000HZ可选;</p> <p>10) 低频滤波: 0.0053~5Hz, 可设置</p> <p>11) 高频滤波: 10~1500Hz, 可设置</p>
1.3.3	数字视频摄像系统套件	<p>1) 216x缩放比率(18x光学, 12x数字)、带有Exview HAD CCDTM的超级图像质量;</p> <p>2) MPEG-4视频卡;</p> <p>3) 可配独立移动式摄像头支架;</p> <p>4) 可通过遥控器直接控制摄像机调节各种常用参数, 如调焦等操作。</p>
1.3.4	监护软件	<p>1) 全中文操作系统, 原厂同品牌全中文趋势系统;</p> <p>2) 可监测: 癫痫发作活动, 癫痫持续状态, 爆发-抑制, 睡眠周期, 脑血液循环, 大脑缺血缺氧监测等;</p> <p>3) 可升级生命指征监护功能: 心电图、血氧饱和度、呼吸等参数。</p> <p>4) 选择性视频采集功能: 可随时根据需要关闭和打开视频的采集, 根据需要片段性收录视频;</p> <p>5) 同步显示实时原始脑电图记录、趋势图、当前波幅值, 且可快速插入事件及注释;</p> <p>6) 报警功能, 医生可自行设置各种报警条件, 可以进行声音、图示报警;</p> <p>7) 自动检测癫痫发作;</p> <p>▲8) 振幅整合脑电aEEG, 实时反映病人大脑功能状态, 数值背景提示线包括1、2、3、4、5、10、50、75、100;</p> <p>▲9) 频带能量, 反映患者脑电功率以及昏迷程度、睡眠周期, 以不同颜色在同一曲线中叠加显示各频段的功率(δ、θ、α、β);</p> <p>10) 显示不同频段的功率比率: α/β、α/δ、δ/α;</p> <p>▲11) α变异, Alpha Variability: 反映脑灌注/脑氧代谢, 可显示0~100%的实时动态数值及趋势直方图</p> <p>12) 爆发-抑制: 显示爆发每分钟爆发次数, 前一分钟内的抑制百分比;</p> <p>▲13) 光谱熵指数(Spectral Entropy)及光谱熵趋势图, 显示病人昏迷、镇静深度, 可独立显示0至100的实时动态数值;</p> <p>14) 不同趋势图谱及原始脑电能在同一时间轴显示, 回放浏览时能仅通过鼠标同时定位在同一秒, 包括原始脑电。</p>
1.3.5	病人资料管理功能	<p>1) 中文病人资料管理系统, 可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下, 中文病人资料输入界面;</p> <p>2) 输入新病人资料后, 无需退出病人管理系统直接进入脑功能监护及回顾软件。</p>
1.3.6	病人资料存储管理功能	<p>资料管理系统中自带刻录DVD工具, 刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号。</p>
1.3.7	报告生成系统功能	<p>1) 中文报告生成系统, 有超文本及WORD两种报告格式;</p> <p>2) 可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上, 与中文报告同页打</p>

		出; 3) 中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下, 与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一个文件夹下. 保证原始资料与报告的归属不会出错。
二	<b>负压隔离处置帐篷</b>	<b>1套</b>
2.1	产品适用范围	基于“负压隔离”防护原理, 可对新发、突发性传染病病员实施紧急处置, 防范病毒进一步传播, 提高医务部门在紧急情况下的应急处置和快速响应能力。
2.2	产品组成	主要由负压工作帐篷、充气治疗帐篷、充气洗消帐篷等组成
2.3	性能组成	
2.3.1	负压工作帐篷	主要由工作帐篷与排风过滤装置组成。工作帐篷内部有缓冲间, 密闭的内篷, 空调系统, 帐篷照明系统; 高效排风过滤装置, 可更换的高效过滤器。
2.3.1.1	▲过滤效率	高效排风过滤装置对0.3 μm微粒气溶胶的防护效率应不小于99.99%。
2.3.1.2	▲负压	工作间内建立不小于15Pa的负压
2.3.1.3	压差建立时间	不大于15min
2.3.1.4	换气量:	不小于350 m <sup>3</sup> /h。
2.3.1.5	噪声	不大于72dB (A)
2.3.1.6	工作帐篷外形尺寸	不小于6840mm×4300mm×2810mm (±100mm)
2.3.1.7	帐篷配置	工作帐篷1顶, 内部有缓冲间, 密闭的内篷; 高效排风过滤装置1套, 可更换的高效过滤器3套; 空调系统1套; 帐篷地钉1套, 修补套装1套; 充气泵1个; 帐篷照明系统1套; 配电线轴1套, 多功能插座4个; 折叠病床4套; 铝镁合金箱8个, 用于各种设备的包装;
2.3.2	充气治疗帐篷	由帐篷储存套, 手动泵, 维修套件, 使用及维护手册, 电动充气泵等组成。
2.3.2.1	帐篷材质	材质双面 PVC 涂层涤纶织物(600 克/平方米)制成框架。地席由双面 PVC 涂层涤纶织物制成,可防水,防霉,具有防滑压花(850 gm <sup>2</sup> )。
2.3.2.2	充气框架	由气密的双面 PVC 涂层聚酯织物(1100 克/平方米)制成, 可以用压缩气缸或电动鼓风机直立,减压阀可防止框架过满。
2.3.2.3	外观设计	对开双门,可密闭门帘及接驳其他帐篷扩大诊治范围,左右两边各二个监查窗口设计,分别位于离地面 1.45 米高度(有窗帘)。
2.3.2.4	全充气帐篷	携带方便, 收起及打开均不超过10分钟
2.3.2.5	超轻重量	重量不大于80公斤。
2.3.3	充气洗消帐篷	由涂层涤纶织物制成淋浴房、更衣室、充气框架、进水泵、出水泵、充气泵等组成。
2.3.3.1	帐篷材质	淋浴房由气密双面 PVC 涂层涤纶织物(600 克/平方米)制成,防水,防霉,带大透明窗户。地席由双面 PVC 涂层涤纶织物制成,防水,防霉,具有防滑压花(850 g/m <sup>2</sup> )。
2.3.3.2	淋浴系统	两线带有全锥形喷咀的软管,每线有 6 个喷咀及 1.5 米软管的手持淋浴器, 左右各 1,开关制,供水 D 型接头,废水 C 型接头。



2.3.3.3	充气框架	由气密的双面 PVC 涂层聚酯织物(1100 克/平方米)制成,通过绳索与淋浴房相连。可以用压缩气缸或电动鼓风机直立。减压阀可防止框架过满。
2.3.3.4	洗消竖向设计	洗消竖向隔帘设计,可隔开洗消,对开双门,有可密闭门帘,左右两边各三个监查窗口设计(有窗帘)。
2.3.3.5	全充气帐篷	携带方便,收起及打开均不超过10分钟
2.3.3.6	洗消处理	通过洗消,可降低和中和医护人员大部分的未知污染物
2.3.3.7	内部格局	内总含有三个房间,2个洗消房间,1个更衣间
三	<b>其他参数</b>	
3.1	帐篷颜色	根据客户要求
3.2	帐篷印字	根据客户要求
3.3	其他附属设备	输液架、专用床、移动空调机、氧气筒(小型)、移动马桶、电力照明灯、污物桶、正压头罩、空气消毒机等
四	<b>售后服务条款</b>	
4.1	▲原厂设备:整机保修期 2 年及以上	其它保修条款投标人说明
4.2	必须由原厂家负责售后服务,厂家应配备专职维修工程师,维修工程师必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院	投标人说明
4.3	在保修期内由厂家专职维修工程师每年提供至少二次的设备免费维护	投标人说明
4.4	厂家应提供设备的软件免费升级	投标人说明
4.5	厂家要有免费技术支持及保修电话,并提供免费电话号码	投标人说明
4.6	在货物到达使用单位后,卖方应在 7 天内派厂家工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,并承担因此发生的一切费用	投标人说明
4.7	提供完整的使用手册、设备安装、培训记录:安装后院方验收	投标人说明

### 三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

### 四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

（一）交货期：合同签订后 60 天内。

（二）交货地点：广州市内采购人指定地点。

（三）交货要求

- 1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求包装及装运。
- 2、属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。
- 3、进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
- 4、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

### 五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

（一）中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（三）售后服务：

- 1、免费质保期期限：子包一验收合格后1年及以上；子包二验收合格后2年及以上；质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。
- 2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24 小时。
- 3、质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
- 4、所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。
- 5、保修期满后，先维修后付款。



## 六、付款方式

1、采购人凭中标人提供的以下文件支付货款：

- 1) 合同；
- 2)、中标人开具的正式发票；
- 3) 验收报告（加盖采购人公章）；
- 4) 设备计量检定报告；
- 5)、中标通知书。

2、付款方法和条件：

本合同的款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间如下：

- 1) 在合同签订后，买方向卖方支付 30%的合同款，卖方收到 30%的合同款后，及时开具 30%收款发票。
- 2) 卖方接买方通知之日起\_\_\_天内发货，设备到达买方指定地点后，卖方同时开具 60% 余额（或余额发票）收款发票给买方，买方一个月内支付 60%的合同款。
- 3) 合同款的 10%为质保金，待设备验收合格一年后，卖方及时开具 10%余额发票，买方一个月内支付。



## 第四部分 合同书格式



# 广州市政府采购

## 合同书 (货物类)

项目编号：GZ8H-2018HW-09

项目名称：广州市第八人民医院医疗设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。





甲 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

项目名称：广州市第八人民医院医疗设备采购项目

项目编号：GZ8H-2018HW-09

根据 广州市第八人民医院医疗设备采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____ 元； 大写：_____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

### 三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

#### 五、付款方式

本合同的款项以人民币支票或汇款方式支付，支付的时间如下：

- 1) 在合同签订后，买方向卖方支付 30% 的合同款，卖方收到 30% 的合同款后，及时开具 30% 收款发票。
- 2) 卖方接买方通知之日起\_\_\_天内发货，设备到达买方指定地点后，卖方同时开具 60% 余额（或余额发票）收款发票给买方，买方一个月内支付 60% 的合同款。
- 3) 合同款的 10% 为质保金，待设备验收合格一年后，卖方及时开具 10% 余额发票，买方一个月内支付。

#### 六、质保期及售后服务要求（用户需求中有要求的以用户需求为准）

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为\_\_\_，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 2 小时内响应，4 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

**七、安装与调试：**乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

#### 八、验收：

- 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。
- 3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## 九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方如逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十、争议的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

**十一、不可抗力：**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费：**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十三、其它

- 1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。



3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十四、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式六份。甲、乙双方各执二份，（监管部门）和广东华粤招标代理有限公司各一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

## 第五部分 开标、评标和定标

### 一、 开标

(一) 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

(二) 开标时，由签到前两名投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣布投标人名称、投标价格及其他主要内容等。开标记录表由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

(三) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

(四) 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可开标结果。

### 二、 资格审查

(一) 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

《资格审查表》

供应商资格要求	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1. 满足政府采购法第二十二条的规定；			
2. 具有独立承担民事责任的能力；			
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；			
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；			
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；			
6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；			
7. 法律、行政法规规定的其他条件。			
8. 在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照；			
9. 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；			
10. 如所投标产品属于医疗器械产品，应具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》；			
11. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；			

供应商资格要求	投标人 A	投标人 B	投标人 C
12. 非联合体投标；			
13. 未发现“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一子包的投标”的情况；			
14. 非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；			
15. 满足供应商资格条件中的其他要求；			
<b>结论</b>			
注：本表如与投标邀请函中供应商资格条件有出入，以投标邀请函中的供应商资格条件为准。			

(二) 资格审查未通过的投标人，不得进入评标环节。

(三) 合格投标人不足 3 家的，项目作废标处理。

### 三、评标委员会

(一) 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的一名代表和从政府采购专家库随机抽取的四名专家共五人组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

(二) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 1、本人、配偶或者直系亲属三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
- 2、任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；
- 3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作（不含采购人代表）；
- 4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
- 5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
- 6、评审委员会中，同一任职单位的评审专家超过二名的（含二名）；
- 7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

(三) 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列责任：

- 1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 3、对投标文件进行比较和评价；
- 4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- 5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

#### 四、评标步骤

##### （一）投标文件初审

1、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

⑤同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

⑥买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

2、评标委员会将根据招标文件的规定，审查各投标文件是否实质性响应招标要求，具体内容详见《符合性审查表》。投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金及投标函的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(6) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(7) 投标文件提供虚假材料的；

(8) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；





- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (9) 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
- (10) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

3、评标委员会认为投标人的报价明显不合理或者明显低于其他通过资格符合性审查的投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4、被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

**《符合性审查表》**

要求	投标人 A	投标人 B	投标人 C
1. 投标报价是固定价且是最唯一的，投标报价未超过采购预算；若投标报价明显低于其成本，投标人应能作出合理说明；招标文件不接受备选方案。			
2. 对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。			
3. 投标文件对招标文件中“★”号条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）；			
4. 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。			
5. 提交投标函。			
6. 已提交投标保证金的证明文件。			
7. 投标有效期为投标截止日起至少 90 天。			
8. 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的。			
9. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。			
<b>结论</b>			

**(二) 投标文件的澄清**



- 1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
- 2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （三）比较和评价

评标工作依据《政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会按照本招标文件确定的评标方法、评标标准对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

#### 1、评标方法

- 1.1 根据《政府采购法》及相关法规的规定，本次评标采用综合评分法。
- 1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2、评标标准

2.1 本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为 100 分，其中各部分权重如下：

评分项目	技术	商务	报价
分值	55 分	10 分	35 分

2.2 在汇总每个投标人的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该投标人的技术、商务得分。

#### 2.3 商务评价（10 分）

序号	评议内容	分值	评分细则
1	商务条款及合同条款的响应性	2	完全响应，得 2 分；有不响应的，得 0 分。
2	投标人的经营状况及履约能力	2	综合评价优胜，得 2 分；综合评价良好，得 1 分；综合评价一般，得 0.5 分；未提供财务报告，得 0 分。 (提供 2016 年及 2017 年第三方财务审计报告)



3	投标人的同类产品业绩	2	综合评价优胜，得2分；综合评价良好，得1分；综合评价一般，得0.5分；未提供或证明文件不完整，得0分。 <b>（有效业绩须同时满足以下条件：投标供应商签订的合同、合同签订时间为投标截止时间前2年内，须同时提供合同和验收报告作为证明文件）</b>
4	投标人信誉、资信状况	2	横向对比，综合评价最优得2分；良好1分；较差0分。 <b>（提供证明文件）</b>
5	产品来源合法情况（以制造商证明文件、产品代理证明文件或产品授权证明文件为准）	2	能提供包组内所有产品的有效的产品来源合法渠道证明文件的得2分；仅提供其中部分产品或未提供证明文件的不得分。

## 2.4 技术评价（55分）

序号	评议内容	分值	评分细则
1	所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性	20	所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分； 每1项负偏离扣4分，扣完为止。
2	所投产品对用户需求书中一般技术参数及性能、配置的符合性	15	所投产品技术参数完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得15分； 每1项负偏离扣2分，扣完为止。
3	所投货物的先进性及稳定性、可靠性	7	由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优7分、良5分、一般3分。
4	所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩比较	7	由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩进行评议及打分，优7分、良5分、一般3分。
5	投标人提供售后服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较	6	由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保养和应急维修的安排、技术人员支持、技术培训等内容)是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分，优6分、良4分、一般2分。

## 2.5 价格评审（35分）

2.5.1 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指修正及价格扣除后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满

分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价 / 评标价）×价格权重×100

### 2.5.2 小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称小、微型企业应当同时符合以下条件：①符合小型、微型企业划分标准。②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用中型、大型企业注册商标的货物。③小型、微型企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，如提供其他小型、微型企业生产的货物时，还需提供制造商的《中小企业声明函》。

### 2.5.3 监狱企业产品及残疾人福利性单位产品价格扣除

监狱企业及残疾人福利性企业视同小型、微型企业，按上述 2.5.2 条享受评审中价格扣除。

2.5.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

2.5.3.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 2.6 综合评分的计算

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

### （四）推荐中标候选供应商名单

1、评标委员会将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。

2、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，以核心产品为准，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本款处理。（本项目子包一核心产品为生物分子相互作用分析仪；子包二核心产品为脑功能监护仪（脑电测量系统））

## 五、废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

- 1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、定标

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（二）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中**中标无效**，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

- 1、提供虚假材料谋取中标的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；



- 3、与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- 4、向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- 7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

(三) 招标代理机构在中标人确定之日起2个工作日内，在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司（www.gdhycg.com）网站公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

(四) 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 七、代理服务费

(一) 代理服务费的收取

- 1、法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。
- 2、本次项目的类型为 货物类。
- 3、以成交金额作为收费的计算基数。
- 3、收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费。
- 4、收费标准：详见下表 代理服务费收费标准（单位：万元）

中标 金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.00%
100-500	1.1%	0.8%	0.70%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.20%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 5、代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东华粤招标代理有限公司

银行帐号：120910640210901

开户银行：招商银行广州体育西路支行

- 6、服务费不在响应文件的报价中单列。

(二) 中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的条件下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过 15 日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

(三) 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 八、 签约

(一) 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

(二) 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。



## 第六部分 投标文件格式



# 广州市第八人民医院政府采购

## 投标文件 (正本/副本)

采购项目编号：GZ8H-2018HW-09

项目名称：广州市第八人民医院医疗设备采购项目

投标人名称：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日





## 货物类项目投标文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

- 注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
- 2.1 开标一览表
  - 2.2 保证金交纳凭证
  - 2.3 退保证金说明

## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性审查	政府采购法第二十二条要求	提供政府采购法第二十二条证明文件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	供应商规格要求中的其他要求	满足供应商资格条件中的其他要求并提交证明文件	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
符合性审查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	投标保证金	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	准入条件 (关于资格的声明函)	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（副本复印件加盖公章）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	报价要求	报价方案是唯一确定，投标报价未超过采购预算；对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
其它	不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页	

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 1.2 评审项目投标资料表

评审分项	评审细则	证明文件
1、自查表	1.1 资格性/符合性自查表	见投标文件第（ ）页
	1.2 评审项目投标资料表	见投标文件第（ ）页
2、资格性文件	2.1 投标函	见投标文件第（ ）页
	2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书及法人和授权代表身份证	见投标文件第（ ）页
	2.3 公平竞争承诺书	见投标文件第（ ）页
	2.4 关于资格的声明函	见投标文件第（ ）页
	2.5 投标保证金/政府采购投标担保函	见投标文件第（ ）页
	2.6 在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人，依法取得工商营业执照(有效执照副本复印件)	见投标文件第（ ）页
	2.7 政府采购法第二十二条证明文件	见投标文件第（ ）页
	2.8 《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》	见投标文件第（ ）页
	2.9 所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》	见投标文件第（ ）页
	2.10 信用查询记录	见投标文件第（ ）页
	2.11 供应商资格条件中要求的其他证明文件	见投标文件第（ ）页
	2.12 投标人认为有必要提交的文件	见投标文件第（ ）页
	2.13-----	见投标文件第（ ）页
3、商务部分	3.1 投标人综合概况	见投标文件第（ ）页
	3.2 生产企业（经销商）授权委托书	见投标文件第（ ）页
	3.3 注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件）	见投标文件第（ ）页
	3.4 商务条款响应表	见投标文件第（ ）页
	3.5 合同条款响应表	见投标文件第（ ）页
	3.6 投标人的经营状况及履约能力	见投标文件第（ ）页
	3.7 同类产品业绩	见投标文件第（ ）页
	3.8 投标人信誉、资信状况	见投标文件第（ ）页
	3.9 产品来源合法情况	见投标文件第（ ）页
	3.10 投标人认为对本项目有利于商务评分的文字和文件	见投标文件第（ ）页
3.10-----	见投标文件第（ ）页	
4、技术部分	4.1 货物说明一览表	见投标文件第（ ）页
	4.2 技术条款响应表	见投标文件第（ ）页
	4.3 技术方案	见投标文件第（ ）页
	4.4 所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩	见投标文件第（ ）页
	4.5 投标人提供售后服务的内容	见投标文件第（ ）页
	4.4 政策适用性说明	见投标文件第（ ）页
	4.5 投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件	见投标文件第（ ）页
4.6 -----	见投标文件第（ ）页	
5、价格部分	5.1 开标一览表	见投标文件第（ ）页
	5.2 投标明细报价表	见投标文件第（ ）页

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_日期： 年 月 日



## 二、资格性文件

### 2.1 投标函

广东华粤招标代理有限公司：

我方确认收到贵方广州市第八人民医院医疗设备采购项目采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：GZ8H-2018HW-09），（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权（被投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 1、我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
- 2、我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
- 3、我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
- 4、我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
- 5、我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
- 6、如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
- 7、我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
- 8、如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
- 9、我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。
- 10、所有有关本次投标的函电请寄：投标人地址

\_\_\_\_\_

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年 月 日

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_



## 2.2 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与\_\_\_\_\_项目的公平竞争,不得以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

(公司名称, 加盖公章)

时间: 年 月 日



## 2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华粤招标代理有限公司：

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                    单位：                    （盖章）

附：代表人性别：            年龄：                    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：


进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

- 说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

**(为避免废标，请供应商务必提供本附件)**





(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华粤招标代理有限公司

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

\_\_\_\_\_。

授权单位：                    （盖章）            法定代表人                                    （签名或盖私章）

有效期限：至    年    月    日    签发日期：

附：代理人性别：    年龄：    职务：    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                                    经济性质：

主营（产）：                                    兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                                    兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。



代理人身份证复印件





附表：

**联合体共同投标协议书（本项目不适用）**

立约方：（甲公司全称）  
（乙公司全称）  
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

## 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与广州市第八人民医院签订政府采购合同。

## 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。
2. 联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。
4. 如中标，联合体各方共同与广州市第八人民医院签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式 份，随投标文件装订\_\_\_份，送采购人\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1. 联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。



## 2.4 投标保证金交纳凭证

广东华粤招标代理有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的、采购项目编号为 GZ8H-2018HW-09 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）\_\_\_\_\_元的投标保证金。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人开户银行：\_\_\_\_\_

投标人银行帐号：\_\_\_\_\_

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东华粤招标代理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件
-----------------

注：1. 投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

**政府采购投标担保函（可选）**

编号：\_\_\_\_\_

根据《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府 采购信用担保试点工作，联系方式如下：

名称	地址	联系电话	联系人
中国投资担保有限公司	北京市海淀区西三环 北路 100 号金玉大厦九楼	010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459	安国山 何嘉
广东省融资再担保公司	广州市东风中路 481 号粤财大厦	83063201/13660420475	李世杰
东莞市金鼎融资 担保公司	东莞市东城区君豪商 业中心 9 楼	0769-23326888	

本项目可采用的信用担保形式包括：

**1、投标担保。**指由专业担保机构（特指上述 3 家担保公司，下同）为供应商履行支付投标保证金的义务向招标代理提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中 标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府 采购投 标担保函》的形式交纳投标保证金。

**2、履约担保。**由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

**3、融资担保。**指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。详情请供应商自行咨询专业担保机构。

## 政府采购投标担保函格式

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加编号为 的  
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交  
纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证  
的方式向你方提供如下投标保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 元（大写 ），即本项  
目的投标保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起 个月止。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。  
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应  
承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 个工作日内进行审查，符合应承  
担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保  
证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项  
从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的  
保证责任亦终止。

### 五、免责条款



1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                      法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日



## 2.5 关于资格的声明函

**广东华粤招标代理有限公司：**

关于贵公司\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布广州市第八人民医院医疗设备采购项目（项目编号：GZ8H-2018HW-09）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**注：**本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：\_\_\_\_\_

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

单位公章：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_



附表：

### 制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东华粤招标代理有限公司：

我方\_\_\_\_（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在\_\_\_\_（制造商地址）（总代理地址）。兹授权\_\_\_\_（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为\_\_\_\_\_、项目名称：\_\_\_\_\_采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的\_\_\_\_（投标标的名称）的  
有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3. 我方兹授权\_\_\_\_（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认\_\_\_\_（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署本文件，\_\_\_\_（投标人名称）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_

年 月 日





### 三、商务部分

#### 3.1 投标人综合概况

##### 一、投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近 1 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

#### 主要股东或出资人信息

项目名称：

项目编号：

序号	名称 (姓名)	统一社会信息用代 码(身份证号)	出资额 (人民币 万元)	出资方式	占全部股份比 例
1					
2					
...					

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：



1. 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2. 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3. 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个全部填写。同时投标人需打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息并加盖投标人单位公章。

## 二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或 广东省总代理或中国 总代理或生产厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构情况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

## 三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
4				



...				
-----	--	--	--	--

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

#### 四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

#### 五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

#### 六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



3.2商务条款响应表

(1) 实质性响应商务条款 (“★”项) 响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

- 注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。  
 2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。  
 3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## (2) 一般商务条款响应表 (1)

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）		
5	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告		
6	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 <u>90</u> 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。		
7	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
8	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价		
9	主要关键设备均为近 <u>6</u> 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品		
10	交货期：合同签订后 60 天内（以用户需求为准）		
11	质保期：子包一验收合格后 <u>1</u> 年及以上；子包二验收合格后 <u>2</u> 年及以上。（以用户需求为准）。		
12	满足对售后服务的各项要求，广东有售后服务点		
13	同意接受合同范本所列述的各项条款		
14	同意按本项目要求缴付相关款项		
15	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
16	其它商务条款偏离说明：		

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## (3) 一般商务条款响应表 (2)

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：1. 投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的商务条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



### 3.3 合同条款响应一览表

说明：1、投标人必须对应采购文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

序号	合同条款条目	完全响应	有偏离	偏离简述
1	合同货物			
2	合同总价			
3	合同组成			
4	付款方式			
5	设备要求			
6	质量保证及售后服务			
7	安装调试			
8	验收			
9	违约责任及赔偿损失			
10	争议解决			
11	不可抗力			
12	税费			
13	其他			
14	合同生效			

单位（盖章）：

授权代表人签字：

职务：

日期： 年 月 日





### 3.4 投标人的经营状况及履约能力

(附证明文件)

### 3.5 同类产品业绩

(附证明文件)

### 3.6 投标人信誉、资信状况

(附证明文件)

### 3.7 产品来源合法情况

(附证明文件)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



### 四、技术部分

#### 4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



4.2技术条款响应表

(1) 实质性响应技术条款 (“★”项) 响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件见 第( )页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

- 注：1. 投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**(2) 一般技术条款响应表**

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际 数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件见 第( )页
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1. 投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介
2. 设备技术特点说明及详细方案

### 4.4 所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩

（格式自拟，附证明文件）

### 4.5 投标人提供售后服务的内容

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日





## 5.2 投标明细报价表

项目名称: 广州市第八人民医院医疗设备采购项目

项目编号: GZ8H-2018HW-09

参投包号:

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计(元)	备注
1 . . . .							
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计(元)	广东省现市场零售价
2 . . . .							
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计(元)	说 明
3 . . . .							
合 计			数量合计:		报价合计: 元		
四、报价汇总: 人民币 元。(以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符, 如不一致以投标/报价一览表为准)							
五、其他参考费用 (下列报价不列入投标/报价总价内)							
分 项		名 称	规格型号		制造商	单价	使用周期 /寿命
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准:							

注: 1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(签章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日