

招标公告

项目概况

(市科研院 2021 年高层次创新型人才培养体系建设（理化中心人才专项）专项化学用品采购项目） 招标项目的潜在投标人应在（北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 423 室） 获取招标文件，并于2021 年 6 月 9 日 9 点 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PXM2021_178305_000006-JH001-XM001

项目代理编号：ZDCH-HW-2021722

项目名称：市科研院 2021 年高层次创新型人才培养体系建设（理化中心人才专项）专项化学用品采购项目

预算金额：人民币 90.78 万元整。本项目共分 3 包，其中第一包分包控制金额人民币 42.59 万元，第二包分包控制金额人民币 16.39 万元，第三包分包控制金额人民币 31.8 万元。

采购需求：

第一包：

序号	名称	单位	数量	是否允许进口产品投标	技术参数
1	液相色谱柱	根	2	是	适用于超高效液相色谱，BEH 颗粒填料的 C18 柱，粒径 1.7 μm ，柱体 100 mm \times 2.1 mm，pH 稳定范围 1-12

2	液相色谱柱	根	1	是	适用于高效液相色谱, BEH 的三键键合酰胺基固定相, 粒径 3.5 μ m, 柱体 150 mm \times 2.1 mm, pH 稳定范围 2-11
3	气相色谱柱	根	1	是	毛细管柱气相色谱柱, FFAP 固定相 (30 m \times 0.32 mm, 0.25 μ m)
4	气相色谱柱	根	1	是	适用于气相色谱, 金属毛细管柱, 5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷固定相, 适用温度范围覆盖 -60~430 $^{\circ}$ C
5	样品锥	个	1	是	适用于安捷伦 7700 电感耦合等离子体质谱仪, 采样镍锥
6	截取锥	个	1	是	适用于安捷伦 7700 电感耦合等离子体质谱仪, 镍截取锥
...	...				

第二包:

序号	名称	单位	数量	是否允许进口产品投标	技术参数
1	乙炔气	瓶	1	否	适用于原子吸收光谱仪器, 纯度 \geq 99%, 40 升/瓶
2	液氩	罐	11	否	适用于 ICPMS 仪器, 纯度 \geq 99.999%, 液氩 160 升/罐
3	液氮	罐	16	否	适用于液相色谱质谱, 纯度 \geq 99.999%, 液氮 200 升/罐
4	氩气	瓶	17	否	ICP 仪器用, 纯度 \geq 99.999%, 高纯氩气 40 升/瓶
5	氮气	瓶	18	否	适用于气相色谱仪, 纯度 \geq 99.999%, 40 升/瓶
6	氮气	瓶	20	否	适用于气相色谱质谱仪, 纯度 \geq 99.999%, 高纯氮气 40 升/瓶
7	氮气	瓶	32	否	普氮, 纯度 \geq 99%, 40 升/瓶
8	液氮	升	120	否	适用于核磁仪器, 纯度 \geq 99.999%, 液氮

第三包:

序号	名称	单位	数量	是否允许进口产品投标	技术参数
1	磁珠	g	2	否	2.8 μm, 羧基, 50 mg/mL, 粒径差≤5 %
2	缓冲蛋白胨水培养基	瓶	3	否	BPW, 用于沙门氏菌培养
3	抗体	mg	1	是	二抗, 兔抗山羊, 交叉反应率≤5 %
4	2-(N-吗啉基)乙磺酸水合物	瓶	2	否	MES, 100 g/瓶, 纯度≥99 %
5	过滤网	个	10	否	用于食品残渣过滤, 法兰硅胶圈密封
6	过滤组件	个	2	否	HEPA, 用于空气过滤, 过滤效率≥99 %
...	...				

其它详细技术要求详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

合同履行期限：自签订之日起 12 个月

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。本项目非专门针对中小企业招标采购。
3. 本项目的特定资格要求：本项目第一包、第二包、第三包投标人均需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》。
4. 供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 满足招标文件相关要求。

三、获取招标文件

时间：2021年5月18日至2021年5月25日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦423室

售价：每包人民币300元（招标文件以纸质为准，售后不退。未报名购买招标文件不得参加投标）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2021年6月9日9点30分（北京时间）

开标时间：2021年6月9日9点30分（北京时间）

地点：北京市理化分析测试中心理化实验楼五楼第一会议室（北京市海淀区西三环北路27号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布

2、需要落实的政府采购政策：

《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通

知》（财库〔2019〕19号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市理化分析测试中心

地址：北京市海淀区西三环北路 27 号

联系方式：汪雨 010-68467138

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中鼎传鸿（北京）招标代理有限公司

地址：北京市西城区北三环中路 27 号商厦大厦 423 室

联系方式：纪志达、张文娟：010-62355611

3. 项目联系方式

项目联系人：纪志达、张文娟

电话：010-62355611

邮箱：zdchzbgs@126.com

2021 年 5 月 18 日