阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）

（项目编号:YJSHCZB-2019007）

公 开 招 标 文 件

（论证发售稿）

采 购 人 ：阳江市检测检验中心

采购代理机构：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

编 制 时 间 ：二〇一九年五月

目 录

第一部分 投标邀请函 4

第二部分 采购项目要求 7

A 商务要求 7

B 技术要求 10

第三部分 供应商须知 10

A 说 明 21
1 适用范围和资金来源 21
2 定义 21
3 合格的供应商 21
4 投标费用 21
B 招标文件说明 22
5 招标文件的构成 22
6 招标文件的澄清、修改 22
C 投标文件的编制 22
7 要求 22
8 投标语言及计量单位 22
9 投标文件的构成 22
10 投标文件格式 23
11 资格证明文件 23
12 货物和服务的证明文件 24
13 投标报价与投标货币 24
14 投标保证金 24
15 投标有效期 25
16 投标文件的签署及规定 25
D 投标文件的递交 26
17 投标文件的密封和标记 26
18 递交投标文件的时间、地点及截止时间 26
19 迟交的投标文件 26
20 投标文件的修改和撤回 27
E 开标和评标 27
21 开标 27
22 评标委员会 27
23 对投标文件的初审和响应性的确定 27
24 投标报价的审核 28
25 询标及投标文件的澄清 29
26 评标原则 29
27 评标标准和办法 30
28 评标注意事项 32
29 接受和拒绝投标的权利 32
30 发布中标结果公告和发放中标通知书 32
31 供应商对中标结果的质疑、投诉 32
F 授予合同 33
32 合同授予标准 33

33 签订合同.....33
34 招标代理服务费.....33
G、政府采购政策.....34
第四部分 参考合同.....36
第五部分 投标文件格式.....38
封面格式.....39
自查表.....40
第一章 资格性及符合性审查文件.....42
（一） 缴税证明、社会保险登记证明.....44
（二）无重大违法记录声明函.....45
（三）法定代表人证明书.....46
（四）法定代表人授权书.....47
（五）投标保证金交纳凭证.....48
（六）资格声明函.....49
（七） 制造商资格声明.....50
（八）制造商出具的授权书.....52
（九）贸易公司（作为代理）资格声明.....53
第二章 投标文件商务及技术部分.....54
附件一：投标函.....54
附件二：投标一览表.....55
附件三：投标分项报价表.....56
附件四：商务条款偏离一览表.....57
附件五：技术条款偏离一览表.....58
附件六：货物技术参数及配置一览表.....59
附件七：供应商推荐的选择清单.....60
附件八：售后服务方案.....61
附件九：供应商声明函.....62
附件十：同类业绩一览表.....63
附件十一：供应商提交的其它商务和技术资料.....64
附件十二：中标服务费承诺.....65
附件十三：投标保证金退付书.....66

第一部分 投标邀请函

广东鸿诚工程咨询招标有限公司 受 阳江市检测检验中心的委托，对阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）(项目编号：YJSHCZB-2019007)进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1、采购项目编号：YJSHCZB-2019007

2、采购项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）

3、采购预算金额：4680000.00 元（超出该报价上限将作无效投标处理）

4、数量：一项

5、项目采购方式：公开招标

6、**本次采购货物经政府采购管理部门同意，允许采购不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，不排除符合招标文件技术参数要求的本国产品，投标人应对所有招标货物和服务进行投标。**

7、申请理由：

□1、中国境内无法获取：

□2、无法以合理的商业条件获取：

√3、其他。

二、供应商资格要求：

注：供应商投标时须提供营业执照原件核查，否则将作无效投标处理。

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人为中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织并具有相关的经营范围。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人；

4、供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（供应商提供声明函）；

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采

购项目的其他采购活动。（提供《承诺函》）；

6、本项目不接受联合体投标；

7、供应商须购买招标文件。

三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、招标文件公示时间及下载：2019 年 05 月 23 日至 2019 年 05 月 30 日。

2、获取招标文件时间：2019 年 05 月 23 日至 2019 年 05 月 30 日，上午 8:30～11:00，下午 14:30～17:00（节假日除外）（北京时间）。

3、获取招标文件地点：广东鸿诚工程咨询招标有限公司（阳江市江城区西平北路 291 号 ）。

4、招标文件售价：招标文件每套人民币 500 元，售后不退。

5、购买招标文件方式：现场购买。

6、购买文件时，需提交以下资料：

a)有效《营业执照》副本复印件；

b)法定代表人证明书及授权委托书复印件及身份证正反面复印件；

c)《购买标书登记表》加盖公章。

d)在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人查询情况证明。

注：以上证明文件复印件均需加盖投标单位公章。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖单位公章的将不予受理。

四、招标文件的公示

1、本公告期限（5 个工作日）自 2019 年 05 月 23 日至 2019 年 05 月 30 日止。

2、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。同时与采购代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或采购代理机构可不予作答。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1.递交投标文件时间：2019 年 06 月 12 日 14:30 - 15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2019 年 06 月 12 日 15:00 (北京时间)。

3.递交投标文件地点、开标地点：阳江市江城区西平北路 291 号 (广东鸿诚工程咨询招标有限公司开标室)。

六、联系事项

（一）采购人：阳江市检测检验中心

联系人：阮世勇

联系电话：13719884077

邮　编：529500

（二）采购代理机构：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

联系人：温刘花

联系电话： 0662-3133288

传真：0662-2689268

邮编:529500

网址：http://yjhczb.com/

地址:阳江市江城区西平北路 291 号

七、采购代理机构帐户信息

1、招标代理服务费帐户：

注：招标代理服务费发票：只开具广东增值税普通发票。

户　　名：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

开 户 行：广东阳东农村商业银行股份有限公司漠江分行

帐　　号：80020000010556987

（仅用于缴交招标代理服务费，必须以投标公司名义转账、电汇方式提交）

2、投标保证金专用帐户：

户　　名：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

开 户 行：广东阳东农村商业银行股份有限公司

帐　　号：80020000010524999

（仅用于交纳投标保证金，按商务要求中的投标保证金规定，必须以投标公司名义转账、电汇方式提交）

附件：1.委托代理协议

2.招标文件

发布人：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

发布时间：2019 年 05 月 23 日

第二部分 采购项目要求

A 商务要求

一、供应商资格要求：

注：供应商投标时须提供营业执照原件核查，否则将作无效投标处理。

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人为中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织并具有相关的经营范围。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人；

4、供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（供应商提供声明函）；

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采购项目的其他采购活动。（提供《承诺函》）；

6、本项目不接受联合体投标；

7、供应商须购买招标文件。

二、货物要求：

1. 所有设备必须是厂家原装、全新的正品、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
2. 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
3. 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。
4. 所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。
5. 所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户需求的产品。
6. 设备在性能方面有一定的扩展性，为之后的升级和更新创造条件。
7. 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

8. 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

9. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

10. 交货时需提供进口品种的合法进口报关单等资料。

三、投标报价要求：

本项目的报价包含货物采购及安装、调试、运输保险、装卸、质量验收、培训辅导、质保期、售后服务、全额含税发票及在合同实施过程中不可预见的等一切费用，用户方将不再支付任何其他费用。

四、合同签订要求：

采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为中标供应商收到《中标通知书》通知后 10 个工作日内。

五、交货地点：采购人指定地点（以合同为准）。

六、交货期：合同签订后 6 周内（超出该交货期将作无效投标处理）。

七、包装和发运要求：

1. 货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2. 在运送货物至交货地点的路途中所发生的一切费用由中标人承担。

3. 为了保证货物至长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

八、货物的验收：

1、验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合用户需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

2、对于相关货物，若不能在收到货物时进行验收的，采购人在使用过程中发现有质量问题的，中标人需在 5 个工作日内无条件换货。

九. 售后服务

1、进口设备要求质保期 18 个月以上（国产设备要求保修 12 个月以上），终身维护；

2、培训名额：仪器现场安装培训以外，厂家提供在国内独立的分析中心免费培训名额为 2 人次（国产设备国内没有独立分析中心的要求上门培训）。

3、能提供便捷的上门培训服务。

十、技术服务

1、厂家在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，拥有自己建立的培训中心和应用实验室.

2、 厂家将协助用户进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

3、 到货后，厂家免费提供全面安装工具、并提供免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培

训。

4 、厂家为用户提供 2 人次参加公司举办的仪器培训班（免培训费、食宿费、交通费）。

5 、进口设备或国产设备安装验收合格后，在质保期内，全机免费保修；质保期满后，仪器设备厂家提供 2 年的优惠维修服务（免人工费和差旅费，仅收取更换的零部件的费用）；所有修理或更换的部件均顺延享受一年保修期；公司负责工作站软件终身免费升级。

6、能提供快捷的高水平的应用指导和维护指导；

如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在 24 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障;必要时，在 72 小时内到达现场；保修期之外，厂家能定期安排应用工程师上门培训交流。

7、提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

十一、付款方式：

签订合同设备验收合格后，甲方在收到乙方开具有效发票及设备的验收报告，办理入库手续之日起，三个月内甲方向乙方支付 95%货款；5%余款作为质保金，质保期满后设备无质量问题，一个月内一次性付清。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

十二、招标代理服务费：中标人在领取《中标通知书》之前应一次性交纳中标项目的招标代理服务费，收费标准详见第三部分供应商须知第 34 条。

十三、投标保证金要求：

1．金额：人民币伍万元整（￥50000.00 元）；

2．提交主体：必须以供应商自身名义提交（不接受供应商以员工个人名义及其他个人提交）；

3．提交方式：只接受转账方式（不接受现金及其他方式）；

4．提交时间：必须在投标截止时间之前成功到达采购代理机构账户上为准，并将保证金凭证复印件加盖公章单独密封提交；

5．保证金专用帐号：开户单位：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

开户银行：广东阳东农村商业银行股份有限公司

开户帐号：8002 0000 0105 24999

B 技术要求

注：1、本项目技术要求中带“★”为实质性参数、要求，未响应或不满足将导致无效投标处理。
2、本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，未响应或不满足将导致其评审扣分。

购置仪器设备参数

一、液相色谱质谱联用仪（超快速三重四极杆）

参数：

1. 超高效液相色谱前端：

1.1 泵系统：

1.1.1▲流速范围： 0.0001~5.0000ml/min，0.1ul/min 步进

1.1.2▲最高耐受压力：不小于 19000psi（130Mpa）

1.1.3 流速准确性：±1.0%

1.1.4▲流速精确度： 0.06% RSD

1.1.5 柱塞清洗： 标配自动清洗组件

1.1.6 可压缩性补偿： 自动连续调节，流路独立，可用户自定义

1.1.7 梯度设置： 0.0-100.0%，最小递增率为 0.1%

1.1.8 梯度混合精度：±0.1%，不随反压变化

1.1.9 在线脱气机真空脱气流路数：5 路，脱气流速：3ml/min

1.2 自动进样器：

1.2.1 进样体积： 0.1~50ul

1.2.2 样品容量： 115 个 2.0ml 样品瓶以上

1.2.3▲进样量重现性: 0.2% RSD 以下

1.2.4 进样量准确性： ±1% 以内

1.2.5▲交叉污染: 0.0015 % 以下（标准没有清洗的情况下）

1.2.6▲样品控温： 4-40℃

1.2.7 进样速度: 15sec

1.2.8 ▲自动样品前处理功能:具备自动柱前衍生功能

1.3 柱温箱

1.3.1▲温度设定范围:4° C ～ 150 ° C

1.3.2 控温精度:±0.05 ° C

1.3.3 柱容量：两根 4.6*150mm 以上，可装 2 个以上柱切换阀

1.3.4 可配预加热模块和柱后冷却单元。

1.4 前端液相配置

1.4.1 超高压二元梯度泵一套，含： 20μL 和 180μL 高效混合器（耐压 130MPa ）各一个、五流路在线脱气单元、流动相切换阀 和管路过滤器等；

1.4.2 自动进样器一台，含 1.5ml 样品瓶 100 个、储液托盘和流动相瓶（1000ml，5 个）；

1.4.3 色谱柱恒温箱一台，内装：预热模块（单），加配高压流路切换阀及其安装组件；

1.4.4 系统控制器一台；

1.4.5 色谱柱（快速分离色谱柱）及其保护柱一套及相关色谱柱连接配件一批。

2、质谱部分：

2.1. 配置要求(不少于以下)

2.1.1 串接四极杆液质主机一台；

2.1.2 液质接口离子源: ESI 源一套；

2.1.3 辅助设备 1：计算机（i7 的 CPU，1T 以上硬盘，带光驱，22 寸液晶彩显）和彩色激光双面打印机各一台（电脑和打印机由经销商国内采购）；

2.1.4 质谱控制软件（原厂质谱中文工作站软件）一套，农残分析数据库一套；

2.1.5 包含两年消耗品包；

2.1.6 辅助设备 2：（原装进口）液质配套用氮气发生器一台；

2.1.7 仪器调谐用标准品/灵敏度测试用试剂 1 套以上（厂家在安装调试前在国内发货）；

2.1.8 辅助设备 3：（由经销商国内采购，国内品牌）高纯氩气 1 瓶（含减阀）

2.2.基本指标：

2.2.1 质量范围 m/z：涵盖 5-2000 amu 或更宽

▲2.2.2 灵敏度：（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）

2.2.2.1 ESI 源正离子模式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比 S/N >60000:1（RMS）

2.2.2.2 ESI 源正离子模式：1pg 利血平 MRM（609->195）,峰峰比> 15000：1

2.2.2.3 ESI 负离子模式 :50fg 氯霉素 MRM（321->152）,信噪比>3000(RMS)

2.2.2.4 ESI 源正离子模式仪器检测限（IDL）：0.005μg/L 利血平进样 1uL，重复 10 次，计算 IDL 应小于 3.0fg。

2.2.2.5 ESI 源负离子模式仪器检测限（IDL）：0.005μg/L 氯霉素进样 1uL，重复 10 次，计算 IDL 应小于 3.0fg。

▲2.2.3 重复性：氯霉素，0.05ppb，1uL 进样，重复 6 次， CV ≦ 3%（提供权威第三方机构仪器检测证书作为证明文件）

2.2.4 质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)结果 m/z609 处 FWHM<0.4u

2.2.5 质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差<0.1u

▲2.2.6 定量重现性：分别检测猪尿样中 0.1ppb 的盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种“瘦肉精”，每种连续重复检测 6 次，RSD＜3% ；

▲2.2.7 质谱最大扫描速度（验收指标之一）:大于 18000 Da/sec（最小步径为 0.1Da)

▲2.2.8 正负离子切换速度（验收指标之一）： 不超过 15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集；

2.2.9 定量动态线性范围：> 10^6

▲2.2.10 交叉污染 cross talk（串扰）： < 0.01%

▲2.2.11 质谱最小延迟时间（验收指标之一）：不超过 2msec

▲2.2.12 质谱 MRM 最小驻留时间（Dwell Time）：不超过<2msec

2.2.13 质量稳定性：＜0.1amu /24hr

▲2.2.14MRM 通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测 30000 个 MRM 离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失

2.2.15 MRM 通道速度：>510MRM/s

2.2.16 MRM 同步扫描：同步检查扫描在 MRM 或其它事件的同时，可触发 Q3 扫描，同时实现定性定量；能自动按照离子对数目自动优化 loop 事件

2.2.17 离子源接口：离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统即可更换 ESI、APCI 或 DUIS 离子源

2.2.18 离子源流速范围：正/负 ESI 接口和正/负 APCI 接口：1uL/min～2mL/min

2.2.19 ESI 离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，针对不同化合物可设定不同的分析温度，保证获得最优的离子化效果

★2.2.20 质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆

★2.2.21 Q1 四极杆设计：Q1 带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。具备 Q1 扫描或 Q1 选择离子监测 SIM 功能，可任意设置

▲2.2.22 Q2 碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速 MRM 性能，能有效消除记忆效应和交叉污染；碰撞池采取先进的马蹄型加速电势场（曲线型）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染

▲2.2.23 Q2 碰撞室高压加速技术：在超高速扫描 30000Da/s 的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄

★2.2.24 Q3 四极杆设计：Q3 前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声

2.2.25 高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×10^6，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值

2.2.26 检测器寿命：光电倍增管保用 10 年或者电子倍增管保用 3 年；

2.2.27 质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。

▲2.2.28 全中文质谱工作站软件：软件界面（方法编辑、数据后处理等）、帮助菜单全部为中文显示，可实现液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，包括碰撞气压力和碰撞能量的自动优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、

数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

▲2.2.29 质谱软件还可以自动 MRM 参数生成优化功能，不需要手动逐条输入 MRM 参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可 MRM 自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。同时如需要，也可以采用手动模式修改 MRM 参数及其它定量批处理方法

▲2.2.30 提供中国农业部登记在册的 440 种农药质谱数据库及数百种兽药数据库，包括 MRM 参数，Q1 电压设置、Q2 碰撞能量及电压设置、Q3 电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。（提供应用光碟证明）

▲2.2.31 质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

2.2.32 扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan)、母离子扫描：(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan)、多反应监测扫描（MRM)、混合扫描（Mixed Scan Mode)、正/负离子快速切换扫描。

2.2.33 自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正

3.仪器安装使用环境

▲3.1 温度：18℃-28℃

3.2 湿度：20%-70%（不结露）

4. 技术资料

4.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

二、气相色谱质谱联用仪（三重四极杆型）

1 工作条件

1.1. 电源电压：220V±10%

1.2. 温度：18℃～28℃

1.3. 湿度：40%～70%

2 气相色谱仪部分

2.1. 柱箱

2.1.1. 操作温度范围：室温以上2℃～450℃

2.1.2. 标配柱箱最高升温速率： ±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加

2.1.3. ▲程序升温的阶数：32阶33平台

2.1.4. 温度设定精度：0.1℃

2.1.5. 控温准确性：0.01℃

2.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

2.1.7. ▲冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

2.1.8. 最大运行时间：9999.99分钟

2.1.9. 面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.1.10. 可依据不同色谱柱类型自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供此技术的证明材料。

2.1.11. ▲气相色谱与质谱须相同品牌。

2.2. 流路系统

2.2.1. 支持双柱双流路系统

2.2.2. 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

2.2.3. 具有室温补偿和自动环境补偿功能

2.2.4. ▲具有恒线速度控制功能。

2.2.5. 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。。

2.3. 分流/不分流毛细管进样口

2.3.1. 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定

2.3.2. 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

2.3.3. ▲支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和应用文章证明。

2.3.4. 最高温度：450℃

2.3.5. 压力设定范围：0 ～ 1010kPa

2.3.6. 升温速率：±220℃/min ，以0.01℃/min增加

2.3.7. 速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

2.3.8. 压力程序的阶数：7

2.3.9. 分流比设定范围：0 ～ 9000

2.3.10. 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

2.3.11. 隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 200ml/min

2.4. 自动进样器单元

2.4.1. 样品位：≥150位样品盘

2.4.2. 进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；（需提供证明文件）

2.4.3. 交叉污染：小于10-4（使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1% 联苯）

2.4.4. 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时，可对某样品进行优先进样设定，而后继续完成批处理设定。

2.4.5. 可升级双塔双柱进样系统。

2.4.6. 可升级样品架冷却和加热功能。

2.4.7. 保留时间重复性：<0.001min

2.4.8. 峰面积重复性：<1% RSD

2.5. 冷柱头/程序升温进样口(农残分析推荐配置)

2.5.1. 最高温度：440℃

2.5.2. 两位一体的设计，通过更换衬管即可实现两种功能的转换

2.5.3. ▲升温速率：≤ 240℃/min，从50℃升到450℃≤3分钟

2.5.4. 降温速率：从450℃降到50℃，约为8分钟（柱温50℃时）

2.5.5. PTV方式最大进样体积：≤ 900μl

2.5.6. PTV方式升温程序的阶数：7阶

2.5.7. 冷柱头/程序升温两种方式均可采用自动进样器进样

3 质谱部分

3.1. 基本性能

3.1.1. 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

3.1.2. ▲质谱与气相色谱须相同品牌。

3.1.3. ▲涡轮分子泵抽力＞380L/s。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

3.1.4. ★质量数范围: 2 ～ 1080 或者更宽。

3.1.5. 灵敏度：

3.1.5.1. ▲ EI Scan（m/z 50～300， 提取272离子） : 1pg OFN, S/N ≥ 3000（RMS值，氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收;（验收指标，需提供权威计量文件辅助评标）

3.1.5.2. ▲EI SIM（m/z 272） : 25fg OFN, S/N ≥ 1200（RMS值，氦气做载气，30米毛细柱）（验收指标，需提供权威计量文件辅助评标）;

3.1.5.3. ▲EI MRM（m/z 272，提取222离子） : 100fg OFN, S/N ≥ 90000 （RMS值，氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收;（验收指标，需提供权威计量文件辅助评标）

3.1.5.4. ▲IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤6fg。（需提供权威计量文件辅助评标）

3.1.1 分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调

3.1.2 碰撞能：0～55eV，可调

3.1.3 质量稳定性：±0.1u/48h

3.1.4 ▲最大扫描速度：大于18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。

3.1.5 ▲软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明

3.1.6 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

3.1.7 最小Event time：3ms

3.1.8 最大Event数：2000 events

3.1.9 最大MRM速度：850通道/sec

3.1.10 最大离子监测通道数：15ch/1 event

3.1.11 一次进样能够设置的通道数不少于30000个。

3.2 离子源

3.2.1 EI（标配）

3.2.2 离子化能量：10 ～ 180eV

3.2.3 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

3.2.4 灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）

3.2.5 ▲双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。

3.2.6 GCMS 接口温度：50 ～ 320℃

3.2.7 ▲离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

3.2.8 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

3.3 质量分析器

3.3.1 ★配备预四极的高精度全金属钼四极杆；无须控温更优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

3.3.2 ▲预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。

3.3.3 ▲四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。

3.3.4 Q2采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术)，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。

3.3.5 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

3.3.6 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

3.4 扫描功能

3.4.1 扫描功能:

全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM)，以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如 Scan/MRM 同时扫描、Scan/Product Ion Scan 同时扫描等等。

3.4.2 ▲支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题)。

3.5 检测系统

3.5.1 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。

3.5.2 离轴连续打拿电子倍增器

3.5.3 动态范围：5×10的6次方

3.6 真空系统

3.6.1 ▲高真空：＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。。

3.6.2 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

3.6.3 低真空可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。

3.6.4 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。

3.7 其他

3.8.1 ▲配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行，需提供Eco模式的说明样本和软件截图证明。

3.8.2 多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器。

4 数据处理系统

4.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

4.2 Smart MRM数据库：包含2000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。

4.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

4.4 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

4.5 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。

4.6 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

4.7 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。

4.8 ▲同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

4.9 *支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图。

4.10 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。

5 主要配置清单：

序号	品 名	数 量	
1	三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机 含：EI离子源；含气相色谱仪（带AFC或EPC），SPL进样口（含智能锁），双进口涡轮分子泵 200L/sec + 200L/sec	1	套
2	智能灯	1	pc
4	机械泵，CE标志	1	set
5	GCMS-TQSeries，中文工作站	1	set
6	NIST 谱库和 MRM数据库	1	set
7	扳手等工具包	1	pkg
8	GCMS Entry Kit，含进样垫、石墨压环、O型圈、惰性化衬管、微量进样针等一年消耗品	1	pkg
9	Maintenance Kit for GC，含AFC或EPC分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔等一年消耗品	1	pkg
10	He Purification Filter Kit , He专用过滤器（除氧，除湿，除烃）	1	set
11	尾气装置（GC用）	1	pc
12	载气管，5m	2	pc
13	-5Sil MS Cap. Column,30m×0.25mm×0.25um	2	pc
14	1L 装泵油	2	btl
15	自动进样器主机	1	set
16	150 位自动取样器，含 6 块 1.5mL样品盘架	1	set
17	150 位样品盘安装包	1	set
18	1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫（100 个/包）	1	pkg
19	4mL 溶剂/废液瓶套装,带盖和隔垫（50 个/包）	1	pkg
国内采购标品	正构烷烃标准品（1ml）	2	瓶
国内采购	UPS电源，高纯氦气（瓶和减压阀），高纯氩气（瓶和减压阀）；电脑和	1	套

辅助装置	打印机等		

三、全能型薄层色谱扫描仪

仪器指标：

★1、测量方式：反射吸收法，反射荧光法、透射吸收法、透射荧光法、；

2、光谱范围：190nm~900nm（连续可调）；

★3、光源：卤钨灯、氘灯、汞灯（自动切换）；

★4、单色器：全息光栅（1200 线/mm），

★5、光谱带宽：5nm、10nm、20nm 可选标配（10nm）；

6、波长准确度：±1nm；波长重现性：优于 0.1nm；

7、最小位移分辨率为：25~50μm；

8、成像波长：254nm、365nm 、白光（全自动控制）；

9、测量平台：可放 200mm×200mm 色谱板（可定制 300×200mm 色谱板）；

10、扫描速度：0~120mm/s；

11、数模转换：24 位 A/D，八通道，20μs、2 次转换；

★12、测量室照明：标配 254、365nm×8W，白光均为标配；

13、荧光滤光片：K320、K360、K400、K450、K510、K550 为标配，8 个滤光片位置，其他滤光片波长可定制；

14、狭缝尺寸：长 0-8mm、宽度 0-4mm、连续可变、任意组合，电脑自动控制；

15、检测器：光电倍增管；

16、数据采集：数据采集速度 30000DPS，数据传输：2000000baud；

17、扫描方式：线性扫描；

18、操作系统：WIN7/8/10；

19、电源接口：USB 接口 220V 300W；

点样指标：

1、点样长度：0~220mm；

2、点样方式：接触点样、非接触点样、加热点样、变速点样；

3、点样方式：圆点点样、条带点样；

4、点样宽度：最小可达 0.2mm；

5、点样准确度：优于 0.2%；

6、点样重现性：优于 0.5%；

7、点样针规格：10μl、25μl、50μl、100μl 或 500μl(标配 25ul)；

8、点样平台：最大可放 240*300mm 薄层板；

配置：

1、薄层色谱扫描仪主机（含光源、光栅单色仪、移动平台、USB 串口）1 台；

2、全自动薄层色谱成像系统 1 套；

3、专业薄层中药指纹图谱工作站 1 套；

4、自动薄层色谱点样仪 1 台；

5、双喷超细电动薄层喷雾器1台；

6、数控薄层显色加热器 1 台；

7、电脑3台（WIN 32位或者64位 建议旗舰版；酷睿i3以上 500G以上内存，带光驱和USB接口）

第三部分 供应商须知

A 说 明

1 适用范围和资金来源

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所叙述的采购招标项目。

1.2 本项目的采购人已分别获得一笔资金用于支付本次招标项下的所有合同款项。

1.3 本招标文件由采购代理机构负责解释。

2 定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的广东鸿诚工程咨询招标有限公司 。

2.2 “供应商”系指符合招标文件合格供应商资格要求，并按招标文件规定提交投标文件的供应商。

2.3 “采购人”系指阳江市检测检验中心，即项目采购用户方。

2.4 “货物”系指供应商根据招标文件规定，须向采购人提供的设备、材料、备品备件、工具、使用手册、软件及有关技术资料等。

2.5 “服务”系指招标文件规定卖方须承担与实施本项目有关的伴随服务，包括但不限于运输、安装、调试、技术支持、培训、售后服务等义务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

2.6 “日”系指日历天。

2.7 “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

3 合格的供应商

3.1 国内有能力提供采购项目相关的工程、货物和服务且符合本项目合格供应商资格条件的供应商为合格供应商。

3.2 供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

3.3 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何偏离，如果出现偏离则将被视为无效投标。

4 投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

B 招标文件说明

5 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序、合同条款及相关附件。招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标邀请函

第二部分 采购项目要求

第三部分 供应商须知

第四部分 参考合同

第五部分 投标文件格式（含附件）

5.2 招标文件以中文编印。

6 招标文件的澄清、修改

6.1 招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间 15 日前，以书面形式通知所有登记备案领取招标文件的供应商。供应商收到澄清修改文件后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或修改时间距投标截止时间不足 15 日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

C 投标文件的编制

7 要求

7.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，否则，其投标将作无效投标处理。

8 投标语言及计量单位

8.1 供应商提交的投标文件（包括资格证明文件）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言打印的资料，但有关段落必须译成中文。

8.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9 投标文件的构成

9.1 投标文件包括：

第一章 资格审查文件（含附件）

第二章 商务和技术部分

1、投标函；

2、投标一览表；

3、投标分项报价表；

4、商务条款偏离一览表；

5、技术条款偏离一览表；

6、货物技术参数及配置一览表

7、供应商推荐的选择清单；

8、售后服务方案；

9、声明函；

10、同类业绩一览表；

11、供应商提交的其它商务和技术资料；

12、中标服务费承诺；

13、投标保证金退付书。

10 投标文件格式

10.1 供应商应按照招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件（详见第五部分），投标文件内统一用白色 A4 复印纸黑色字体打印，并胶装书装成册。

10.2 供应商应完整地填写招标文件提供的投标函、投标一览表等表格，表明所提供的货物、货物简介（含技术参数）、数量和价格；若招标为工程类或服务类项目的，投标文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

11 资格证明文件

11.1 供应商应按招标文件的要求，提交其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1) 供应商满足招标文件中列出的资格标准；

(2) 供应商已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

11.2 招标文件允许联合体投标时，供应商才能组建联合体。联合体投标时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。违反上述规定的联合体投标将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

11.3 资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的供应商的投标将作无效投标处理。

12 货物和服务的证明文件

12.1 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

12.3 供应商在阐述上述第12.2（3）时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且得到评标委员会的认可。

12.4 评标委员会对供应商所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将作为无效投标处理。

13 投标报价与投标货币

13.1 投运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、税费、安装调试费和验收等一切费用。

13.2 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

13.3 供应商对货物只允许有一个报价，任何有选择报价的投标将被拒绝。

13.4 供应商所报出的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 投标价格一律用人民币填报。

13.6 供应商在投标文件中如有任何遗漏，影响到招标文件中规定的范围、质量、性能和项目的实施或限制了采购人的权利和供应商的义务，由此产生的费用由供应商负责。

14 投标保证金

14.1 投标保证金作为投标文件的重要组成部分之一，未按规定提交投标保证金的将被视为无效投标。

14.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因供应商的行为受到损害时可以没收供应商的投标保证金。

14.3 投标保证金以银行划账方式提交，应同时满足下列规定：

a. 开户单位：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

开户银行：广东阳东农村商业银行股份有限公司

开户帐号：8002 0000 0105 24999

b. 注明项目名称。

注：已递交了投标保证金的供应商因故不能参与本项目投标的，则必须在投标截止时间 3 个工作日前以书面形式向采购代理机构确认，并说明不能参与投标的原因，否则其投标保证金将不予退还。

（1） 凡没有根据供应商须知的规定随附投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

（2） 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后或在发出《中标通知书》之日起 5 个工作日内原额退还（保证金不计利息）。

（3） 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

a. 中标人按《供应商须知》规定签订合同。

b. 中标人按《供应商须知》规定支付了中标服务费。

c. 如果中标人拒绝支付规定的中标服务费，采购代理机构/采购人有权在供应商所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

（4） 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

a. 供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

b. 中标人未能按招标文件的规定签订合同；

c. 中标人未能按招标文件的有关规定交纳中标服务费；

d. 供应商提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

15 投标有效期

15.1 从开标之日起，本项目的投标有效期为 90 个日历日。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可于原投标有效期截止之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金将予退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16 投标文件的签署及规定

16.1 供应商应按所投项目准备 1 份正本和 4 份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准。电子文件接受 PDF 格式或 WORD/EXCEL 2003 或以上简体中文版制作的电子文件，电子文件名称为：“公司名称”；电子文件以 U 盘形式递交（电子文件须单独密封，在封皮上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章）。

16.2 投标文件正本须打印或复印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。供应商须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

16.3 除供应商对差错处做必要修改外，投标文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件的签署人签字，以示确认。

D 投标文件的递交

17 投标文件的密封和标记

17.1 供应商应在每一份投标文件上明确标明 “正本”或“副本”。供应商应将 1 份正本密封在一个不透明的外层封装中，将 4 份副本密封在另一个不透明的外层封装中。电子文件一份（内有整套投标文件资料，电子文件要求 U 盘介质，接受 PDF 格式或 WORD/EXCEL 2003 或以上简体中文版制作的电子文件，不留密码，无病毒，不压缩）

17.2 供应商在递交投标文件的同时，向采购代理机构单独密封提交“投标一览表”和“投标保证金”：

（1） 供应商应将投标文件正本中的“投标一览表”复制一份（加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字）单独密封于一信封内，并在该信封上标明“投标一览表”字样。

（2） 供应商应将“投标保证金凭证”及“投标保证金退付书”密封于一信封内，并在该信封上标明“投标保证金”字样（不要装入投标文件的密封袋中），于递交投标文件时送交采购代理机构。

17.3 每一密封信封上均应注明“于_____（投标截止时间）____之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

17.4 如果供应商未按上述规定对投标文件进行密封和加写标记，则采购代理机构有权予以拒收，并退回给供应商。

17.5 电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。

18 递交投标文件的时间、地点及截止时间

18.1 递交投标文件的地点与开标仪式的地点为同一地点；投标截止时间与开标时间为同一时间。

18.2 投标文件需由专人送交。供应商须将密封和标记后的投标文件，按照招标文件中注明的开标地址于投标截止时间之前送交采购代理机构。

18.3 采购代理机构于投标截止时间前 30 分钟开始接收投标文件，并于招标文件“第一部分投标邀请函”规定的开标时间、开标地点公开开标。

19 迟交的投标文件

19.1 采购代理机构将拒绝在投标截止时间后递交的任何投标文件。

20 投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到采购代理机构，该通知须有供应商法定代表人或其授权代表签字。

20.2 供应商对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

20.4 从投标截止时间至投标文件有效期期满之前，供应商不得撤回其投标，否则采购代理机构将按规定不予退还投标保证金。

E 开标和评标

21 开标

21.1 采购代理机构在招标文件中规定的时间和地点公开开标。开标会由采购代理机构主持。供应商代表均需按时参加开标会。参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由政府采购监督员和供应商签到顺序的前三名代表检查投标文件的密封情况，并宣布检查结果，经确认无误后，由工作人员当众拆封唱标。唱标主要内容为（详见 17.2）投标文件正本中的“投标一览表”的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容。

21.3 在投标截止之前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封并宣读。在开标时没有当众拆封和宣读的投标文件在评标时将不予考虑。提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予拆封。

21.4 唱标结束后，采购代理机构将做唱标记录，并由采购代理机构代表、监督员等在唱标记录上签字。

21.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的供应商，不进入符合性审查。

22 评标委员会

22.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

（一） 采购预算金额在 1000 万以上；

（二） 技术复杂

（三） 社会影响较大。

22.2 评标专家由政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生。

23 对投标文件的初审和响应性的确定

23.1 开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，文件签署是否合格，证明文件是否齐全等。

23.2 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

23.3 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

23.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

23.5 如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作无效投标处理：

1） 资格审查结果为不合格的；

2） 供应商未提交投标保证金或投标保证金金额不足或无效的；

3） 投标函未加盖供应商公章或未有法定代表人或者被授权人签名的；

4） 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清或未胶装成册的；

5） 投标报价超出最高投标报价（预算价）上限的；

6） 投标文件载明的招标项目交货期超过招标文件规定的期限，或服务期不满足招标文件规定要求的；

7） 投标有效期不足的；

8） 投标文件附有采购人或采购代理机构不能接受的条件的；

9） 招标文件规定的其他实质性要求的；

10） 法律、法规规定的其他废标条款。

24 投标报价的审核

24.1 供应商的报价应是真实、合理和全面的报价。供应商应该公平竞争，合理报价。评标委员会有权对供应商的任何报价进行单项分析与澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将导致供应商的投标保证金不予退及供应商作无效投标处理。

24.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投

标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

24.3 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

（1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予 X1 的价格扣除（X1 的取值范围为 6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×X1；

（2）投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额 30%以上的，对联合体报价给予 X2 的价格扣除（X2 的取值范围为 2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－X2)；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（5）本条款中（1）（2）两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8） 供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

25 询标及投标文件的澄清

25.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

25.3 除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何供应商均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果供应商希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，则应以书面形式提交。

26 评标原则

26.1 依据有关法律法规，确定评标标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

26.2 坚持公平、公正、科学和择优原则。

26.3 实行科学评估、集体决策。

27 评标标准和办法

27.1 评标委员会将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.2 采用计分法（综合评价法）来确定各供应商的排名。其操作程序为：

（1） 根据招标文件和评标原则，按下表（评价指标和权重表）所列评价指标和各评价指标的权重进行评标。

（2） 经济价格得分评审办法：以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。经济价格标得分＝(评标基准价/投标报价)×价格指标权重×100。

（3） 由评委独立地根据各项指标的评价标准，结合每个供应商的实际情况，分别就投标报价以外的各项指标对每个供应商独立打分。

（4） 技术部分和商务部分得分结果为全部评委评价指标评分算术平均值。

（5） 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该供应商的综合得分。

（6） 评标委员会将推荐综合得分最高的供应商为该项目的中标候选人。

（7） 综合得分由高到低的顺序排名(综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列,综合得分和投标报价均相同的,按技术得分由高到低顺序排列，如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定),推荐两名中标候选人：综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人,排名第二的供应商为第二中标候选人。

评价指标及权重

评分方法	价格得分	商务得分	技术得分
综合评分法	30%	20%	50%

商务评审表：

评审内容	分值(20)	评分细则
商务响应程度	5 分	优于招标文件要求得 5 分； 满足招标文件要求得 3 分； 基本满足招标文件要求得 1 分。

履约能力	5 分	经营财务状况良好，履约能力强得 5 分； 经营财务状况中，履约能力一般得 3 分； 经营财务状况差，履约能力较差得 1 分； 注：提供 2017 年以来的审计报告作为评分依据。
同类业绩	3 分	投标人提供 2017 年至今完成同类项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得 3 分。 注：须提供中标通知书和合同复印件加盖公章，不提供不得分。
实施计划及售后服务方案	3 分	拟投入的技术人员安排、时间进度安排、安装调试、计划实施的合理性，各实施环节明确、重点突出、技术阐述详细，售后服务响应时间及售后服务方案的合理性等因素满足得 3 分；基本满足得 2 分；不提供实施计划及售后服务方案不得分。
产品授权及售后服务承诺	4 分	1.提供采购货物制造商出具的正式授权书复印件加盖投标人公章，得 3 分，不提供不得分。 2.投标人须承诺所提供货物均为原厂正品，并承诺供货时提供厂家出具的相关证明（承诺函格式自拟），有得 1 分，不提供不得分。

技术评审表：

评审内容	分值（50）	评分细则及分值范围
设备技术响应	35 分	1.根据投标人对标示“▲”的技术参数进行评分。每负偏离一项扣 2 分，最高扣至该项得 0 分。 2.根据投标人对非标示“▲”的技术参数进行评分。每负偏离一项扣 1 分，最高扣至该项得 0 分。
设备技术先进性	5 分	技术先进性高得 5 分； 技术先进性较高得 3 分； 技术先进性一般得 1 分；
设备可靠性	5 分	可靠性、安全性高得 5 分； 可靠性、安全性较高得 3 分； 可靠性、安全性一般得 1 分；
技术力量	5 分	技术力量雄厚，技术服务优良得 5 分； 技术力量一般，技术服务较好得 3 分； 技术力量较差，技术服务一般得 1 分；

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分；当进口设备的中文资料上的指标参数有疑问时，以厂家公开网页上的英文版资料为准。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

28 评标注意事项

28.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有供应商。

28.2 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.3 在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露与评标有关的情况。

29 接受和拒绝投标的权利

29.1 评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标报价均超过预算价且采购人无法支付的，有权否决所有投标。

29.2 如果招标时出现供应商不足三家或者没有合格供应商的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，采购代理机构将重新组织招标或采用政府采购管理部门依法批准的其他政府采购方式进行采购。

30 发布中标结果公告和发放中标通知书

30.1 采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标人。

30.2 中标人确认后，中标结果将于“广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）和**中国招标投标公共服务平台**（http://www.cebpubservice.com/）和中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）及采购代理机构网站（http://yjhczb.com/）”上公告。发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

30.3 未中标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

30.4 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31 供应商对中标结果的质疑、投诉

31.1 供应商对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

31.2 采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

31.3 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

31.4 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.5 供应商须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

31.6 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

31.7 质疑函应当应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章；留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。同时与采购代理机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或采购代理机构可不予作答。

F 授予合同

32 合同授予标准

32.1 除第 31 条规定之外，采购人将把合同授予此次招标的中标人。

33 签订合同

33.1 采购人应当按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

33.2 采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和采购代理机构备案。

33.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34 招标代理服务费

34.1 中标人在领取《中标通知书》前须向采购代理机构交纳招标代理服务费。

注：招标代理服务费发票：只开具广东增值税普通发票。

34.2 根据发改价格[2011]543 号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列：

成交金额（万元）	货物招标收费费率	服务招标收费费率	工程招标收费费率
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.10%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%

例如：某项目货物类招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 = 4.8万元

（1）本项目均以货物收费标准收取中标服务费，中标服务费按中标金额计取。

开户单位：广东鸿诚工程咨询招标有限公司

开户银行：广东阳东农村商业银行股份有限公司漠江分行

开户帐号：80020000010556987

（2）中标服务费的货币为人民币。

（3）中标服务费支付方式：一次性以银行转账形式支付。

（4）中标服务费不在投标报价中单列。

G、政府采购政策

35 采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

36 若采购产品属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单供应商可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请供应商提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

37 根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

38 根据《政府采购促进中小企业发展暂行方法》（财库[2011]181号）的规定，供应商投标时需注意：

38.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

38.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

38.3 根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

38.4 对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例（编制文件时由采购人确定）	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%(不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价=总投标报价×（1-2%）

第四部分　参考合同

甲方（采　购　人）：_____

乙方（中标供应商）：_____

甲乙双方根据 2019 年____月____日 采购项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）（项目编号：YJSHCZB-2019007）招标结果和有关招、报价文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条　项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）；
2. 货物清单：（另附）_____；
3. 项目总价：（小写）_____

（大写）_____

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条　货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

_____。

第三条　交货和验收

1.交货期：

2.交货地点：采购人指定地点。

3.验收时间：_____。

4.交货验收方式：

5.验收标准：

1）单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

2）质量符合招标文件和投标文件的要求；

3）双方约定的其他验收标准。

第四条　价款的结算、付款时间

全部货物到达交货地点，安装、调试并验收合格后，三个月内付 90%，余款在验收合格满 1 年后一个月内付清。

因招标人使用的是财政资金，招标人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付。

第五条 对产品异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在 2 日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条 乙方的违约责任

1. 乙方所提供的设备（系统）质量、售后、培训等不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目相关硬件设备和服务内容。
2. 乙方逾期交货的，每推迟一天应向甲方偿付合同总额的 3%作为违约金。

第七条 甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。
2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 不可抗力

1. 不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 10 个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
2. 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交阳江市仲裁委员会裁决或向阳江市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条 监督和管理

1. 本项目合同订立后，应提供一式两份至广东鸿诚工程咨询招标有限公司、当地政府采购管理办公室备案；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先行征得广东鸿诚工程咨询招标有限公司同意，并送当地政府采购管理办公室备案。
2. 甲乙双方均应自觉配合广东鸿诚工程咨询招标有限公司对合同履行情况的监督检查，如实

反映情况，提供有关资料。

第十一条　无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被广东鸿诚工程咨询招标有限公司给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十二条　附则

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，一份送广东鸿诚工程咨询招标有限公司备案，一份送当地政府采购管理办公室备案。

甲方：	乙方：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
地址：	地址：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号
电话：	电话：
日期:	日期:

第五部分　投标文件格式

封面格式

投标内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并胶装书状成册；一切未胶装书状成册的投标文件作为无效投标文件处理。文件的封面格式由供应商自似，并应注明“投标文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

投标文件（□正本、□副本）

项目编号：YJSHCZB-2019007

项目名称：采购项目名称，由供应商填写

供应商名称（公章）：_____

供应商地址：_____

法定代表人或授权代理人（签字）：_____

联系电话：_____　　传真：_____

邮编：_____

编制日期：_____年_____月_____日

自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项）	证明资料
资格性审查	1.	见投标文件第（ ）页
	2.	见投标文件第（ ）页
	3.	见投标文件第（ ）页
	4.	见投标文件第（ ）页
	5.	见投标文件第（ ）页
	6.	见投标文件第（ ）页
符合性审查	1.	见投标文件第（ ）页
	2.	见投标文件第（ ）页
	3.	见投标文件第（ ）页
	4.	见投标文件第（ ）页
	5.	见投标文件第（ ）页
	6.	见投标文件第（ ）页
	7.	见投标文件第（ ）页
	8.	见投标文件第（ ）页
	9.	见投标文件第（ ）页
	10.	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
……		见投标文件（）页

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2 技术评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.3 商务评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

第一章　资格性及符合性审查文件

资格审查表

项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）
项目编号：YJSHCZB-2019007

供应商名称	供应商须是具备《政府采购法》第二十二条规定条件；	投标人为中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织并具有相关的经营范围	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的投标人	供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（供应商提供声明函。）	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加采购项目的其他采购活动。（提供《承诺函》）	非联合体投标	结论
供应商填写	要求：按《政府采购法》第二十二条规定条件提供	要求：提交合法有效的法人营业执照复印件加盖公章（现场提供营业执照原件核查）	要求：须提供相关的截图证明	要求：须提供声明函	要求：须提供承诺函		采购人填写

附件：上表要求提交的相关证件资料附于本表后。

重要提醒：

1.本表作为合格供应商资格要求评审，资格审查表由采购人负责评定，本表中要求提交的各项资料无效、或未提交、或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的，则资格审查结果为“不合格”，作无效投标处理，不能继续参与后续评标，有效供应商少于 3 家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

符合性审查表

项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）
项目编号：YJSHCZB-2019007

供应商名称	须满足带“★”的实质性参数	交货期须满足要求	投标报价未超出报价上限	保证金须满足要求	法定代表人证明书	法定代表人授权书	法定代表人及代理人身份证	无招标文件规定的无效投标条款	结论
供应商填写			要求:投标报价不得超出招标文件规定的报价上限	要求：转帐或汇款，凭证按招标文件规定单独密封提交	要求:提交身份证正反面复印件	要求:提交身份证正反面复印件	要求：提交复印件加盖公章		评标委员会填写

附件：上表要求提交的相关证件资料附于本表后。

重要提醒：

1. 供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。
2. 本表作为合格供应商资格要求评审，符合性审查表由全体评标委员会负责评定，本表中要求提交的各项资料无效、或未提交、或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的，则符合性审查结果为“不合格”，作无效投标处理，不能继续参与后续评标，有效供应商少于 3 家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（一）缴税证明、社会保险登记证明

项目编号: YJSHCZB-2019007

项目名称：阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）

提供财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险登记证明复印件加盖公章。

（二）无重大违法记录声明函

致广东鸿诚工程咨询招标有限公司 ：

针对贵中心组织的 阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）（项目编号：YJSHCZB-2019007），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（三）法定代表人证明书

_____单位法定代表人姓名_____同志，现任_____供应商名称_____的___职务____，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）_____

签发日期：_____ 有效日期至：_____年_____月_____日

附：代表人性别：_____ 年龄：_____岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证正反面复印件

（四）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____（单位法定代表人姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（供应商名称）的_____（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东鸿诚工程咨询招标有限公司 组织的 阳江市检测检验中心药品（化妆品）检验设备采购项目（二次招标）招标项目（项目编号：YJSHCZB-2019007）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

供应商：_____（名称并加盖公章）_____

法定代表人：_____（签字）_____

签发日期：_____ 有效日期至：_____年_____月_____日

（注：供应商的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证正反面复印件

（五）投标保证金交纳凭证

致广东鸿诚工程咨询招标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为_____的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等代理机构认可的）形式交纳人民币__元整（ ___ 元）的投标保证金。

供应商名称：_____

供应商开户银行：_____

供应商银行帐号：_____

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东鸿诚工程咨询招标有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“投标一览表”封套中。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）： _____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____ 年_____月 ____日

（六）资格声明函

致采购人名称_____：

关于广东鸿诚工程咨询招标有限公司组织的（项目名称：_____）（项目编号：_____），本签字人愿意参加投标，提供公开招标文件技术要求中供货范围规定的（货物名称），并作出如下资格声明，本签字人确认资格声明的准确性和真实的。

1. 本供应商声明：向贵方提供的本项目货物由本供应商生产、制造。本供应商是本项目（货物名称）的制造商。

2. 本供应商声明：向贵方提供的本项目货物非本供应商生产、制造。本供应商是本项目（货物名称）的合法代理商，并提交由制造商（制造商名称）出具的《制造商出具的授权书》。

备注：若供应商是“制造商”时应选择填写第 1 条，若供应商是“代理商”时应选择填写第 2 条并出具制造商授权书。

制造商（或代理商）名称（盖公章）：_____

制造商（或代理商）法定代表人或授权代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

（七）制造商资格声明

1. 制造商名称及概况：

1.1 制造商名称：_____

1.2 总部地址 ： _____

传真/电话 ： _____ 邮编：_____

1.3 成立日期或注册日期：_____

1.4 单位性质：_____

1.5 主要负责人姓名： _____

1.6 注册资本：_____

2. 与投标提供货物有关情况：

2.1 关于制造商所提供货物的生产措施及其它情况：

2.1.1 工厂名称和地址：_____

2.1.2 正在生产的货物：_____

2.1.3 年生产能力：_____

2.1.4 职工(雇员)人数：_____

2.2 制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

外协、外购零、部件名称	型号	生产厂国别、名称	联系方法

2.3 制造商生产投标货物的经历（最近六个月内）

年限	采购人	产品规格	验收日期	备注

3. 近三年的年营业额：

年度	国内（万元）	出口（万元）	总额（万元）

4. 易损件供应商的名称和联系办法：

易损件名称	供应商名称和联系办法

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称（公章）：_____

制造商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

（八）制造商出具的授权书

致采购人名称_____：

我们_____（制造商名称）是按_____国（制造商所在国家或地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹指派主要营业地点设在_____（贸易公司地址）的_____（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方第_____号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予_____（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年_____月_____日签署本文件，_____（贸易公司名称）于_____年_____月_____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：_____

出具授权书的制造商名称（公章）：_____

出具授权书的制造商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

注：贸易公司与制造商的经销协议，符合法律手续且在其有效期内的，可代替此授权函。

（九）贸易公司（作为代理）资格声明

1.供应商名称及概况：

1.1 供应商名称：_____

1.2 成立日期或注册日期：_____

1.3 公司性质：_____

1.4 主要负责人姓名：_____

1.5 注册资本：_____

1.6 职工（雇员）人数：_____

2.近三年的年营业额：

年度	国内（万元）	出口（万元）	总额（万元）

3.最近一年内该类投标货物主要销售给国内、外用户的名称和地址

用户名称	签约日期	货物名称	数量	备注

4.同意为供应商制造投标货物的制造商并附有制造商的资格声明

制造商名称地址	制造项目和数量

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

贸易公司名称（公章）：_____

贸易公司法定代表人或授权代理人姓名、职务（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

第二章 投标文件商务及技术部分

附件一：投标函

致（采购人名称）：

根据贵方就 项目名称，由供应商填写 的投标邀请（项目编号: YJSHCZB-2019007），我方完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份及电子文件 1 份。

具体包括：

1、投标函；
2、投标一览表；
3、投标分项报价表；
4、商务条款偏离一览表；
5、技术条款偏离一览表
6、货物技术参数及配置一览表；
7、供应商推荐的选择清单；
8、售后服务方案；
9、中小微企业声明函；
10、同类业绩一览表；
11、供应商提交的其它商务和技术资料；
12、中标服务费承诺；
13、投标保证金退付书。

以_____形式提交的投标保证金，金额为大写人民币_____（￥_____）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币：（用文字和数字表示的投标总价）。
2. 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
3. 供应商将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。
4. 供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5. 本次投标自开标日起有效期为 90 天。
6. 如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵中心不予退还。
7. 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____ 年_____月 ____日

注：本投标函为供应商响应本次招标项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

附件二：投标一览表

项目编号:_____

项目名称：_____

项目编号	项目名称	投标总价	交货期	备注
		大写： 小写：		

注：1、供应商填写此表时不得改变表格的形式。

2、如供应商报价低于采购项目预算金额60%的，必须作出书面说明，说明报价理由。

3、如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

4、此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“投标一览表”封套中。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）： _____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____ 年_____月 ____日

附件三：投标分项报价表

项目编号:_____

项目名称：_____

（单位：元）

序号	内容	1	2	3	4	5
1	设备名称					
2	型号及规格					
3	原产地					
4	设备单价					
5	数量					
6	设备总价					
7	备品备件价					
8	附件价					
9	专用工具价					
10	运输费、人工费					
11	保险费					
12	安装调试费					
13	技术服务费					
14	税金					
15	培训费					
16	质量保证期内的服务费用					
17	其他费用					
18	投标总价	（大写）人民币		（小写）￥		
19	备注					

注：1、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“投标一览表”封套中。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目	招标文件规格	投标规格	偏离情况	说明

说明：1、对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2、对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件五：技术条款偏离一览表

项目编号:_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目	招标文件规格	投标规格	偏离情况	说明

说明：1、对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2、对招标文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件六：货物技术参数及配置一览表

项目编号:_____

项目名称：_____

货物名称	型号规格及 主要技术参数	配置	备注

注：必须附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料。

2、供应商必须提供投标的所有货物详细的供货配置清单，包括备品备件、专用工具和附机软件（如果有的话）。

3、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件七：供应商推荐的选择清单

项目编号:_____ □无推荐，此页空白

项目名称：_____

序号	货物名称	规格型号	制造厂商	单价	数量	推荐理由

注：如供应商有推荐使用的，请填写本表，有提供样本或介绍的请在“推荐理由”栏帮说明。若无，请在表头“□无推荐，此页空白”处打“√”。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件八：售后服务方案

项目编号:_____

项目名称：_____

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件九：供应商声明函

中小企业声明函（如适用）

（供应商认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____(采购人单位名称)_____的___(项目名称)_____ 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人单位名称)_的__(项目名称)__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件十：同类业绩一览表

项目编号:_____

项目名称：_____

序号	项目名称	货物名称	销售数（套）	中标额（元）	完成日期	用户单位	联系电话	备注

注：1、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、应提供上述项目中标通知书和合同（复印件加盖公章）不提供不得分。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件十一：供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号:_____

项目名称：_____

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

附件十二：中标服务费承诺

致广东鸿诚工程咨询招标有限公司 ：

针对贵方组织的_____招标项目（项目编号:_____），我方承诺：

1. 若我方中标，将严格遵照本项目招标文件的规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

2. 若我方中标后拒绝如数缴纳或未按本项目招标文件规定的期限缴纳中标服务费，则视为我方自动放弃该中标结果，贵中心有权不予退还我方的投标保证金并重新确定中标结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件十三：投标保证金退付书

致：广东鸿诚工程咨询招标有限公司：

我方为（项目名称）（项目编号为：_____）的投标所提交的投标保证金，请贵公司退还时划到以下帐户：

<table>
<tr><td rowspan="7">收款单位</td><td>收款单位名称</td><td colspan="3">（供应商名称）</td></tr>
<tr><td>收款单位地址</td><td colspan="3">（供应商地址）</td></tr>
<tr><td>开户银行（含汇入地点）</td><td colspan="3">省 市（县） 银行 支行（分理处）</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td colspan="3">（供应商对公银行账号）</td></tr>
<tr><td>总金额（投标保证金）</td><td colspan="3">¥ 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财务联系人</td><td rowspan="2"></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td></td></tr>
</table>

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件
（请投标供应商在此处贴上）

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“投标保证金”封套中。