广东省政府采购

招标文件

委托编号：BJD912017214

项目编号：M4400000707000020001

项目名称：暨南大学中枢神经再生研究院国产设备采购项目

委托单位：暨南大学

招标机构：广东省机电设备招标有限公司

2017 年 12 月

温馨提示

一、报名：

1、对于**政府采购项目**，潜在投标人须按招标文件及公告要求报名（招标文件可在**招标公告发布的网站（中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东省机电设备招标有限公司网站（http://www.chinaguangdongbidding.com/index）**）上**自行下载**）。

2、对于**国际招标及自筹资金项目**，潜在投标人可按公告要求报名及购买招标文件。

3、潜在投标人报名及购买招标文件时间：公告期间的**上午 9:00－11:45，下午 2:00－5:00（北京时间，节假日除外）**。

4、报名及购买招标文件地点：广东省机电设备招标有限公司 11 楼前台（详细地址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼）。

5、**公告期间，供应商必须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成用户注册（供应商）。**

6、网上报名方式：

本项目接受网上报名，投标供应商在购买招标文件之前，须登陆广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）进行注册，注册材料审核（2 个工作日）通过后才可以进行网上报名登记、购买招标文件，招标文件购买采用微信支付、支付宝两种支付方式。

有关网上报名及注册联系方式：热线电话：400-150-3001 网站客服(QQ)：3151435402。

7、其他报名方式：现场购买。

注：我司只开具对应金额电子增值税普通发票（电子发票将直接推送在本网站所登记的联系人手机，或者现场报名所登记的联系人手机）

二、投标/报价：

1、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请投标人/报价人**适当提前到达开标现场**。

2、投标/报价文件应按顺序**编制页码**。

3、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求**盖章、签字、签署日期**。

4、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

5、单独提交的**开标信封**内容至少应包括：**开标一览表**、**投标保证金凭证**（对于**支票、汇票等**必须原件才能兑现的凭证，**必须提供原件**；对于**电汇、银行进帐等**不须原件就能兑现的凭证，必须提供银行支付凭证**复印件**）、**退投标保证金说明函原件**。

三、投标/报价保证金及中标/成交服务费：

1、投标/报价供应商请**注意区分**投标保证金及中标/成交服务费**收款帐号**的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的**保证金专用账户**，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的**服务费账户**。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户（相关要求见招标文件）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议**至少提前 2 个工作日转账**。

3、未中标投标人的投标保证金退款程序：在**中标通知书发出后的五个工作日内**按规定程序无息退还。

4、中标人的投标保证金退款程序：在**收到**中标供应商提交的**合同原件或复印件后五个工作日内**无息退还。

5、采用**支票方式**递交投标保证金的投标人，须凭**保证金收据原件**到广东省机电设备招标有限公司办理退款手续。

6、本项目接受子账号方式缴纳保证金（**推荐**）以及其他方式：

本项目接受子账号方式缴纳保证金，投标供应商网上报名成功后，可在系统获取缴纳保证金的子账号，投标保证金应从投标供应商应在本平台注册的基本户中支付，以到达该子账号的时间为准。如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。以其他方式缴纳的投标保证金，请根据招标文件中所要求的方式缴纳。

四、其他：

1、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并**以电子邮件的形式**通知所有报名及购买招标文件的供应商。

2、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

3、如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

4、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

5、投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

6、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

7、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目录

第一章　投标邀请 5
第二章 投标人须知 7
一、 定义 7
二、 一般要求 7
三、 质疑与投诉 9
四、 投标文件 9
第三章　采购人需求 14
一、 项目概况 14
二、 总体要求 14
三、 招标范围及规格要求 14
四、 商务要求 23
五、 其它要求 25
第四章 开标、评标和定标 26
一、 开标 26
二、 评标 26
三、 评标程序 27
四、 项目废标处理 31
五、 定标 31
六、 签约 32
第五章 合同格式 33
第六章 投标文件格式 39

第一章　投标邀请

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受暨南大学(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、　招标项目简介

（一）　项目名称：暨南大学中枢神经再生研究院国产设备采购项目

（二）　项目编号：M4400000707000020001

（三）　项目类别：货物类

（四）　最高限价：见第三章采购人需求。

（五）　采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

（六）交货期：见第三章采购人需求。

二、　投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人必须是中华人民共和国注册的具有独立民事责任能力的法人(包括企、事业法人)。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3、已登记报名并获取本项目采购文件。

4、本项目不接受联合体投标。

三、　单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标

四、　报名及购买招标文件的时间、方式及招标文件售价

（一）　报名及购买招标文件时间：2017 年 12 月 15 日至 2018 年 1 月 4 日上午 9:00－11:45，下午 2:00－5:00(北京时间，节假日除外)。

（二）　报名及购买招标文件方式：

（1）网上报名：投标供应商在购买招标文件之前，须登陆广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）进行注册，注册材料审核（2 个工作日）通过后才可以进行网上报名登记、购买招标文件，招标文件购买采用微信、支付宝两种支付方式。（有关网上报名及注册联系方式：热线电话：400-150-3001，网站客服(QQ)：3151435402）

（2）现场报名：

报名地点：广东省机电设备招标有限公司 11 楼前台（详细地址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼）

现场购买招标文件只接受 POS 机刷卡（不接受现金）

注：我司只开具对应金额电子增值税普通发票（电子发票将直接推送在本网站所登记的联系人手机，或者现场报名所登记的联系人手机）

（三） 招标文件售价：人民币 150 元/套，标书售后不退，国内邮购招标文件纸质版须另加 50 元人民币。

五、 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

（一） 递交投标文件时间：2018 年 1 月 5 日上午 09:00～09:30

（二） 投标截止及开标时间：2018 年 1 月 5 日上午 09:30

（三） 开标地点：广东省机电设备招标有限公司 10 楼会议室（广州市环市中路 316 号金鹰大厦 10 楼）

六、 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东省机电设备招标有限公司网站（http://www.chinaguangdongbidding.com/index）及其他相关媒体。

七、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一） 采购人

采购人名称：暨南大学

（二） 采购代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 10-11 楼 邮编：510060

采购项目联系人：赵工、邵工、罗小姐

电话：(020)83541837、83547060、83542319

E-mail：gmetb3@163.com

广东省机电设备招标有限公司

2017 年 12 月 15 日

第二章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、 定义

（一） 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二） 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

（三） 投标人：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

（四） 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

二、 一般要求

（一） 投标的费用

1. 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2. 采购代理机构按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率的80%向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下：

费率类别 中标金额（万元人民币）	招标费率
100 以下部分	1.5%×80%
100-500 部分	1.1%×80%
500-1000 部分	0.8%×80%
1000-5000 部分	0.5%×80%
5000-10000 部分	0.25%×80%
10000-100000 部分	0.05%×80%
1000000 以上部分	0.01%×80%

（二） 招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；已报名购买招标文件的供应商如有异议，必须于投标截止时间三日前书面向采购代理机构提出。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

2. 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三） 知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（四） 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（五） 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（六） 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

三、 质疑与投诉

（一） 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（二） 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

（三） 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

（四） 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

四、 投标文件

（一） 投标文件的构成

1. 投标文件须按照第六章的要求装订成册。

2. 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3. 投标文件数量：**正本 1 份，副本 5 份，WORD 格式电子文档 1 份（电子文档要求 U 盘或刻录光盘， WORD 格式，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。**

4. 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按 A4 规格制作。

（二） 投标文件的编写

1. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

2. 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

3. 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

4. 投标文件报价的编写要求

（1）投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

（2）投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

（3）投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

（4）根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若投标人所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。投标人可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

（5）中标供应商不得以本项目中标通知书办理进口批文。

（6）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

（7）开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

（8）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本

为准。

6. 投标文件须编页码。

（三） 投标文件的签署形式

1. 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

2. 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

（四） 投标文件的装订、标记和密封

1. 投标人编制的投标文件应按招标文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

2. 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省机电设备招标有限公司
项目名称：暨南大学中枢神经再生研究院国产设备采购项目
项目编号：M4400000707000020001
投标人名称：
投标人地址、联系人、电话及传真号码
在规定的开标时间 2017 年　　月　　日　　午　:30 之前不得启封

3. 投标保证金、退投标保证金说明函放入投标保证金信封内，在信封上应标明项目编号、投标人名称。

4. 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5. 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

（五） 投标文件的递交

1. 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

2. 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

3. 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

（六） 投标文件的修改与撤回

1. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 投标人补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

3. 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

4. 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

（七） 投标有效期

自投标截止之日后 90 天。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（八） 投标保证金

1. 投标人应交纳投标保证金：**人民币12,000.00元**。

2. 投标保证金缴纳方式：

（1）**子账号方式缴纳保证金（推荐方式）**：投标供应商网上报名成功后，可在系统获取缴纳保证金的子账号，投标保证金应从投标供应商在本平台注册的基本户中支付，以到达该子账号的时间为准。如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

（2）**银行转账方式**缴纳保证金：

应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户：

户名：广东省机电设备招标有限公司

银行：中国建设银行股份有限公司广东省分行

账号：44001863201053050240

用　途：M4400000707000020001 投标保证金

（注：以上账户仅用于接收投标人缴纳的投标保证金。未注明项目编号的会影响保证金的退还。）

（3）**银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式**缴纳保证金：

应符合下列规定：

①采用采购文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

②由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或本机构约定的担保机构出具的政府采购投标担保函；

③有效期超过投标（报价）有效期 30 天。

推荐担保机构及联系方式：

担保机构一：东莞市金鼎融资担保有限公司 联系方式：谭彪（13729920608）朱建明（13712393608/0769-2332688-8013）传真：0769-23326788。

担保机构二：广东盈腾融资担保有限公司　联系方式：吴梓锷（手机：13922380992）、区畅（手机：13822117060）、欧阳洪（手机：13380217168）传真：0757-22662211。

3. 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

4. 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未中标投标人的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其投标保证金。

5. 采用支票方式交投标保证金的投标人，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

6. 若有下列情况之一，投标人或中标供应商的投标保证金不予退还：

（1）截标后至投标文件有效期内，投标人撤回投标的；

（2）投标人提供虚假材料的；

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（4）中标供应商未按规定交付履约保证金或被通知签约后拒绝签约；

（5）中标供应商未按规定与采购人签订采购合同的；

（6）中标供应商未按招标文件要求向招标代理机构交纳招标代理服务费的。

（九） 招标文件的解释权

本招标文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

第三章　采购人需求

一、项目概况

本项目是对暨南大学中枢神经再生研究院国产设备进行国内公开招标。采购内容为：

小动物头戴式微型荧光显微镜、独立通风笼盒小鼠笼系统等设备一批。

本项目总财政预算为人民币 61.1323 万元。

二、总体要求

1、投标人必须对所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标，并提交投标分项报价表。

2、投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

3、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

4、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

5、凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

★6、本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

三、招标范围及规格要求

（一）　招标范围

序号	产品名称	数量	备注
1	**小动物头戴式微型荧光显微镜**	**1 台**	**核心设备**
2	独立通风笼盒小鼠笼系统	1 套	
3	独立通风笼盒大鼠笼系统	1 套	
4	小动物麻醉机	1 台	
5	手动微推进器	1 台	
6	大动物脑立体定位仪	1 台	
7	医用冷藏冰箱	1 台	
8	液氮罐	1 台	

序号	产品名称	数量	备注
9	废液抽吸系统	1 台	
10	加热磁力搅拌器	1 台	
11	超净台	1 台	
12	摇床	1 台	
13	脱色摇床	1 台	
14	玻璃珠灭菌器	1 台	
15	数据处理工作站	1 套	
16	注射泵	1 台	

（二） 技术参数要求

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
1	小动物头戴式微型荧光显微镜	1 台	1、可视范围不小于 700μm×450μm。 2、镜头放大倍数不小于 6x。 **★3、精度高，能看到单个细胞，每像素 1μm 及以下。** **★4、可调节垂直工作距离为 300μm。** **★5、要求能够监测深部脑区，可达到 7mm 的深度。** 6、重量为不超过 2g，不能对小鼠活动造成负担。 7、至少 60Hz 拍摄速率。 8、图像精度不小于 752 像素×480 像素。 9、USB 传输速率高。 10、兼容各类转向器，避免线缆缠绕。 11、可与行为学系统同步。 12、单根同轴线传输，最大限度避免对老鼠自由活动的干扰。 13、数据采集器内置输入和输出接口，可由其他设备触发和被触发。 14、配备适配定位仪的专用手术夹杆，精度在 0.5mm 或以下。 15、硬件部分配备 BNC 转接头及镜体螺丝以及替换镜头等部件，并配置专用数据采集软件。 16、数据线为 USB3.0。 **▲17、提供仪器制造商对本次应标产品的授权书及完备的售后服务计划书。**	**核心设备**

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
2	独立通风笼盒小鼠笼系统	1 套	**▲1、配置要求：** **一套，智能中央排气通风笼盒系统（每套小鼠笼系统含 100 个独立饲养单元），30 套鼠笼和配套的食盒及饮水瓶。** 2、笼架要求： （1）系统框架材质为优质 304 不锈钢并配备聚苯醚材质的笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥100mm 的通风软管。 （2）系统框架占地面积≤1×0.9(m)，通过脚轮系统可从实验室门进出自如，方便整体消毒。（提供面积数据的相关证明材料）。系统整体高度≤2(m)方便实验人员的饲养和实验操作。 （3）系统标配 10 个笼盒旋转架，旋转架 10 层叠加排布，两相邻旋转架单元多边形空腔结合处的配合间隙应≤0.5mm。 （4）每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成 10 等分，每一等分可放置 1 只配套饲养笼盒。笼盒和笼盒旋转架的摆放方式为八字型轨道的插入式，确保每个笼盒对接系统时操作的方便性，任意角度均方便插入。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性。 **▲（5）系统顶置智能机箱内配超静音直流调幅风机，机箱正面配≥5 寸触摸屏式控制系统。** （6）机箱中风机的自动调速运行功能确保了在笼盒过滤器堵塞的不同程度下系统排风量的恒定，进而保证了笼盒内换气次数的恒定。触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等方便监测环境数据，有利于减少环境对实验的影响；可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验的需求。 3、笼盒要求： （1）笼盒材质为聚醚酰亚胺材料，确保笼盒可满足目前实验上的所有消毒方式，包括：高压灭菌温度可达 160℃，放射线照射，	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			消毒与灭菌气体消毒，干热灭菌，化学消毒。同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥5 年。 （2）笼盒饲养面积优于国标要求，即底面积群养（窝）时＞0.042 ㎡，高度＞0.13m，可供 5 只 25g 的小鼠长期生活。 （3）笼盒标配内置式 1 个≥400ml 水瓶和 1 个≥510g 不锈钢食盒，同时内置一个备用水笼卡座供特殊实验选择，盒内无多余网盖障碍，增加有效活动空间，有利于动物的繁殖实验。 （4）笼盒密封性强，盒盖上配左右两侧密封扣和和盒盖内侧硅胶密封条，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏源向室内泄漏。 （5）笼盒进排气口结构低进高排，进一步确保笼盒内空气为均衡单向流。进、排气口分别配一个高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用；过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的 304 不锈钢 40 目滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。 （6）过滤面积≥20 ㎠，四角 R=2.5mm，厚 16mm。整体材质可同时高温高压消毒。 （7）为了笼盒的叠加方便，笼盖上要设计叠加卡槽，确保笼盒叠放的安全不易滑落。 （8）笼盒进气口的上方设计突出卡槽，可与配套可拆卸式大实验内容的 ID 卡片架无缝对接，卡片架采用 PPO 材质，可耐受反复高温高压灭菌，容纳卡片尺寸≥13 cm×6.5 cm。 4、性能参数要求： （1）笼盒换气次数可调范围在 15-100 次/小时。 （2）笼盒气流速度≤0.2 米/秒。 （3）笼盒内噪音≤60 分贝。 （4）动物照度在 15-20 lx。 （5）笼盒内压差，≤0 帕。	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			5、辅助功能要求： 系统有可配套升级的辅助器件，如：笼盒贯通辅助器件（包含连通笼盒，U 型连接管等），小鼠藏匿辅助器件，小鼠运动辅助器件。 **▲6、提供仪器制造商对本次应标产品的授权书及完备的售后服务计划书。**	
3	独立通风笼盒大鼠笼系统	1 套	1、配置笼位数：标准 42 笼/架，加配 11 笼/架。 **▲2、笼架规格：≤108cm×108cm×210cm，方便设备从实验室门的进出消毒。** 3、框架配置及材质：顶置机箱（机箱内配超静音直流调幅风机、机箱正面配 5 寸触摸屏式控制系统。触摸屏上可显示压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等；可调节换气次数、光照度、光照周期等。），整体框架为优质 304 不锈钢，坚固耐用。 4、笼盒材质：聚醚酰亚胺(PEI),耐受超高温的琥珀色透明塑料,高压灭菌温度可达 160℃，使用寿命≥5 年。 5、笼盒底面积满足国标要求：群养（窝）时≥0.1 ㎡，高度≥0.22m。 6、进出风口过滤器：滤膜高效低阻，结构可拆卸式。过滤器可用高温消毒，反复使用，节约成本。过滤器一侧有防止鼠咬和保护功能的 304 不锈钢 40 目滤网。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落。 **▲7、结构及形状：圆柱形可 360 度自由旋转，7 层，每层 6 个笼位。** 8、盒盖带密封条和密封扣件。 9、内壁配置一食盒(≥500g)和一饮水瓶(≥400ml)。 10、换气次数，15-100 次/h。 11、气流速度，≤0.2 m/s。 12、笼盒压差，≤0 帕。 13、动物照度，15-20 lx。	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			▲14、提供仪器制造商对本次应标产品的授权书及完备的售后服务计划书。	
4	小动物麻醉机	1 台	1、适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物 **▲2、内部采取临床应用的蛇形管路设计，保证气体输出不受压力变化影响，无再循环呼吸回路系统。** 3、可选择氧气或空气作为供气气源 4、配备精确的氧气流量计，流量可控范围 0-1000ml/min 5、倒药式麻醉剂蒸发器，内部容量不低于 160ml，浓度范围 0-5%，精度小于±0.1% 6、具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构，保证安全 7、蒸发器内部可承受 50kPa 压力无泄漏 8、气体回收系统采用真空抽取麻醉废气的设计原理，回收气体流量低的情况下可产生连续报警音，高效地防止麻醉气体溢出 9、活性碳罐吸收废气饱和增量不低于 250g 10、诱导盒采用有机玻璃材质，小鼠尺寸 15cm×10cm×10cm，大鼠尺寸：24cm×12cm×18cm 11、麻醉空气泵可供流量不低于 18L/min，可承受压力不低于 18Kpa 12、锥形面罩可直接固定于手术麻醉操作台，并且动物四肢可固定 **▲13、小动物手术麻醉操作台采用旋钮方式调节面罩的升降，提供固定锥形面罩的半封闭空间，并且动物四肢可固定与操作台** **★14、配置：空气泵一台，麻醉机主机一台，诱导盒一个，大鼠面罩 1 个，小鼠 1 个，回收器装置一套，异氟烷一瓶，大回收盒 1 个，小的 1 个。** **▲15、提供仪器制造商对本次应标产品的授权书及完备的售后服务计划书。**	
5	手动微推进器	1 台	1、适配各种型号的注射器。 2、手动移动精度为 0.01 毫米。	
6	大动物脑立体定位	1 台	**▲1、可选用不同的动物适配器，适用于大部分的狗、猴、猪等大**	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
	仪		**动物 。** 2、平行轨道式框架具有良好的性能和灵活性，可固定在底板上或直接固定到实验桌上 。 3、适配器上颚板方便不同体重的大动物头部固定。 4、采用旋转固定支架结构，轨道可以进行 360 度旋转，适合各种角度的应用。 5、两个平行的轨道可以方便的安装六个操作臂，同时对一只动物进行多个独立操作。 6、轨道量程：200mm（-100mm ～ +100mm），精确度 1mm 。 7、配合使用标准的二维操作臂,可垂直方向 180 度旋转、水平方向 360 度旋转。 8、操作臂上下、左右以及平行时轨道均采用游标卡尺读数方式，移动精度均为 100um 。 9、可以配合使用微推进器，推进精度为 10um 。 **▲10、提供仪器制造商对本次应标产品的授权书及完备的售后服务计划书。**	
7	医用冷藏冰箱	1 台	1、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，调整增量为 0.1℃；风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2～8℃； 2、安全系统：完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时。 3、制冷系统：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 4、人性化设计：多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；安全门锁设计，防止随意开启；大屏幕数字温度显示；宽电压带，适合电压不稳定地区；发泡箱体，电加热真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用；内设照明灯。	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			5、温度传感器采用双感温包设计。 6、容积：≥890L 7、温度范围：2～8℃ 8、电源功率电压：220V/50Hz/850W 9、内部尺寸≥1030×590×1425mm	
8	液氮罐	1 台	1、采用高强度铝合金制造； 2、高真空多层绝热设计； 3、可灵活转动的铰链式提手； 4、可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全； 5、配有保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。	
9	废液抽吸系统	1 台	1、双重溢满保护装置 2、废液瓶中装有浮球装置，且在废液瓶与泵之间装有一片 0.2μm 的碟形滤片，防止废液溢满而被吸入泵腔内 3、可高温高压杀菌 4、废液瓶及碟形滤片均可用高压蒸气灭菌 5、抽气方式：活塞式 6、最低真空度 (mbar)：80 ，最大流量 (l/min)：40 7、具有脚踏开关，标配废液瓶 3000cc X 1 8、配置：单道吸头 1 个；真空管 3 根；转接头(红色)1 个；脚踏板 1 个；0.2μm 蝶形膜片 3 个；3L 抽滤瓶 1 个；抽滤瓶盖 1 个。	
10	加热磁力搅拌器	1 台	1、采用耐腐蚀耐热冲击陶瓷玻璃表面，采用新型红外增强加热单元，为高温型的加热磁力搅拌器，加热效率高。 2、微电脑控制技术。 3、加热温度，搅拌速度，工作时间及过温保护，数字化设定和显示温度计转速。 4、自动记忆最后一次设定的工作参数，方便固定实验条件使用。 5、防腐蚀搪瓷搅拌台面，耐高温（450℃），防腐蚀，易清洁。	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			6、控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备， 密封式外壳设计，关键部件隔离安装；适合实验室环境相对苛刻的条件，当板面温度超过 70℃时，高温指示灯开始闪烁，提示使用者注意安全。 7、显示模式四位 LED，加热盘温度（℃）：50～500。 8、控温精度(配备 Pt-100 传感器)（℃）：40～300。 9、控温范围(配备 Pt-100 传感器)（℃）：±2。 10、搅拌速度(rpm)：100～1200。 11、盘面尺寸不小于：150×190（mm）。 12、配置：主机一台，配套支架一套、温度探头一个、搅拌子一个。	
11	超净台	1 台	1、表面静电喷涂,准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。 2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速处于理想状态。 3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。 4、洁净等级：ISO 5 级 100 级（美联邦 209E）。 5、菌落数：≤0.5 个/皿•时（φ90mm 培养平皿）。 6、平均风速：≥0.3m/s。 7、高效过滤器规格及数量：820×600×50×①。 8、荧光灯/紫外灯规格及数量：15W×①/15W×①。 9、外形尺寸：不大于 1100×730×1600mm。 10、工作尺寸：不大于 870×690×520mm。	
12	摇床	1 台	1、功率：不大于 40W。 2、频率：40～240 转/分。 3、旋幅：回转半径 15mm；速度：无极调速、数字显示。 4、托盘：不小于 320×265mm×2 层。	
13	脱色摇床	1 台	1、功率：30W。 2、频率：0～80 转/分。	

序号	设备名称	数量	项目技术规格、参数及要求	备注
			3、旋幅：上下 20mm。 4、速度：无极调速、数字显示。 5、托盘：不小于 280×260mm。	
14	玻璃珠灭菌器	1 台	1、外观设计小巧紧凑，数码实时显示温度，可以放置在超净工作台内使用。 2、不锈钢内胆容器，内置高性能的加热元件，高精度的温度控制器及超温保护。 3、装有高温灭菌珠的容器内温度可加热至 300℃左右。 4、随机配置一份玻璃珠，玻璃珠直径在 1.5~2.0 mm。 5、温度调整范围 100℃~300℃，控温精度≤±5℃。 6、加热至最高温度用时≤25min。 7、器内尺寸（直径×深度）不小于：Φ40mm×150mm。 8、玻璃珠容量 150g。 9、金属盖：不锈钢。 10、绝缘材料：环保矿棉。 11、外形尺寸不小于：130×150×240mm。	
15	数据处理工作站	1 套	1、塔式工作站主机搭配宽屏显示器。 2、主机配置不低于：i7-6700K 处理器搭配专业级显卡 GTX 1080Ti，32G 内存，240G 固态+2T 硬盘。 3、双宽屏显示器以及多显示器支架。	
16	注射泵	1 台	1、注射量：pl-nl 级。 2、需要氮气瓶供气体。 3、给药玻璃电极可以固定在手动微操纵器上。 4、压力范围：10-100psi。 5、最小注射时间：2ms。 6、具备外触发接口。	

四、商务要求

（一）交货方式

1、交货时间：签定合同后 30 天内完成交货。

2、交货地点：广州暨南大学校内用户指定地点。

★（二）履约保证金

1、中标人须在合同签订前 5 个工作日内以支票或电汇形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的 5%。

2、货物验收合格后，中标人凭经采购人使用单位盖章确认的《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》申请退还履约保证金，采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

3、履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐　号：3602015819100000858

用　途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼 227 室

★（三）付款条件

1、全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票，甲方于十个工作日内一次性支付合同货款。

2、若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

（三）售后服务

1、中标方须提供一年或一年以上的原厂免费上门全质保服务，软件终身免费升级，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，招标方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

2、质保期内，中标人在接到招标人系统故障或问题告知后，4 小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24 小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得招标人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3、质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，招标人根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。

4、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。保修期满后，中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。维修响应时间为接到报修后 24 小时内。

五、其它要求

1、本项目为包运送、包安装、包验收的总包服务，投标人所投货物必须达到有关技术指标、技术要求，投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。卖方提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞并且是符合中华人民共和国国家行业标准。

2、中标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉，否则由中标人承担一切责任。

3、货物的安装、调试、验收等工作应按照有关国际、国家有关标准和规范及投标人中标时所提供的技术要求进行，同时提供设备的出厂检验报告和质量合格证书。

4、货到并开箱验收合格后，中标人应及时派出具有丰富工作经验的技术人员到现场对货物按照招标人指定的安装位置进行规范安装。

5、招标人为中标人的技术人员进场安装设备提供便利，如免费提供安装水电。

6、在货物安装完毕后，由招标人和中标人双方依据国家和行业的有关规定和承诺，共同对安装、组装、调试正常的货物进行验收，并出具验收报告。

7、违约责任：因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由买方承担：物品不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。卖方未能交付产品或产品不符合合同规定的则向买方支付合同总价 5%的违约金。买方无正当理由拒收物品，拒付货款的，买方向卖方偿付合同总价 5%的违约金。另外卖方逾期交付物品或工期延长，则每日按合同总价 3‰向买方偿付违约金，但如果超期 15 天以上则买方有权终止合同。如买方逾期付款则每日按合同总价 3‰向卖方支付违约金。如双方发生争议协商不成则在合同签订所在地人民法院起诉。

第四章 开标、评标和定标

一、 开标

（一） 采购代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会成员不参加开标大会。

（二） 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

（三） 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（四） 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

二、 评标

（一） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二） 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1. 本人、配偶或直系亲属 3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
2. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
3. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
4. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；
5. 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；
6. 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；
7. 其他可能影响评审工作公正性情形。

（三） 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
权重	45%	20%	35%

（四） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

三、 评标程序

（一） 投标文件资格性审查

1. 采购人或采购代理机构将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查。

审查项目	要求
资格性审查	与投标邀请中“二、投标人资格要求”一致

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对通过资格性审核的投标文件进行符合性审查。

审查项目	要求
符合性审查	1. 投标人按招标文件要求交纳投标保证金。
	2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
	4. 投标有效期满足招标文件要求。
	5. 投标文件符合招标文件带“★”要求的内容；
	6. 投标总价未超过本项目采购预算。
	7. 投标方案或投标报价唯一
	8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。
	9. 投标人没有以低于成本报价投标

审查项目	要求
	10. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形

3. 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，投标无效。

4. 进行资格、符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，由采购代理机构工作人员现场电话告知该供应商并说明理由。

5. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不参与技术、商务和价格的评审。

（二） 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三） 技术评定

1. 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。技术评分满分 100 分，考虑下列因素：

号	评审内容	分值（分）	评分参考及分值
1	设备的技术参数对招标文件的响应	40 分	考查有效投标人投标产品的技术参数响应程度。 完全满足用户需求技术参数要求，得 40 分。 “▲”号参数每负偏离一项扣 5 分，一般参数每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。
2	技术、服务及货物运输方案	30 分	根据方案的可行性、细致程度、具体程度等综合评价 优：30 分； 良：15 分； 中：10 分； 差：5 分

号	评审内容	分值（分）	评分参考及分值
3	质量及安全保证	20 分	投标人产品质量及安全有保证承诺、服务保障措施完整、可行、合理，投标产品可提供厂家售后服务承诺函，综合评比优：20 分； 产品质量及安全有保证承诺，服务保障措施可行、较为合理，无厂家售后服务承诺函，综合评价良：15 分； 产品质量及安全有保证承诺，服务保障措施一般：10 分； 投标人没有质量及安全保证承诺，服务保障措施不可行、不合理，综合评价差：5 分。
4	安装、调试及检验验收方案	10 分	横向对比各投标人安装、调试及检验验收方案，详细具体、具有针对性、可操作性强. 综合评比优的得 10 分，综合评价一般的得 5 分，综合评价较差的得 1 分。
合计		100 分	

2. 将每一个评委的评分汇总，并进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

（四） 商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分满分 100 分，考虑下列因素：

序号	评审项目	分值（分）	评分参考及分值
1	商务响应程度	25 分	根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： （1）优于招标文件要求，得 25 分； （2）完全满足招标文件要求，得 20 分； （3）部分偏离招标文件要求，得 15 分； （3）严重偏离招标文件要求，得 5 分。 **（标有“▲”号的为比较重要的商务条款，未达到这些条款要求的将被视为<u>严重偏离</u>）**
2	投标人同类项目业绩	20 分	根据投标人自 2014 年至今同类项目业绩情况进行评审，以中标通知书或合同或验收报告复印件为准。 每提供一个得 4 分，满分为 20 分； 没有提供：0 分。
3	投标人针对本项目的售后服务承诺（质保期、响应时间、维护方案等）及售后服务体系	20 分	各阶段售后服务计划详尽，服务便利，质保期、维护保养服务（包括费用）等承诺可靠、具体，优于招标文件要求 20 分； 售后服务计划详细，售后服务便利，满足招标文件要求 15 分； 售后服务计划一般，满足招标文件要求 10 分； 售后服务计划较差，低于招标文件要求 5 分。

序号	评审项目	分值（分）	评分参考及分值
4	投标人资质和信誉	10 分	根据投标人资质和信誉情况进行综合评审，提供质量管理体系认证证书、守合同重信用证书、银行资信证明、各类荣誉证书等证明材料 （1）综合评价优秀：10 分， （2）综合评价中等：5 分， （4）综合评价差：1 分。
5	财务状况及履约能力	10 分	提供 2016 年度经第三方审计的财务报告和财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表） 经营财务状况良好，履约能力强，得 10 分； 经营财务状况中等，履约能力一般，得 5 分； 经营财务状况不良，履约能力较差，得 1 分。
6	投标人技术力量	15 分	根据各投标人的企业技术资质情况、拟投入本项目人员情况，横向比较（需提供相关证明材料，包括证明企业技术资质的材料及拟投入本项目人员近三个月的社保证明及人员资质证书）。 优得 15 分，良得 10 分，中得 5 分，差得 2 分
合计		100 分	

2. 将每一个评委的评分汇总，并进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（五） 价格评定

1. 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（四）点。

2. 小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予 6%的价格扣除。小型和微型企业（投标人）提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除；中型企业（投标人）提供小型和微型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除；小型和微型企业投标的货物，只有部分是小型和微型企业制造的（本企业制造，或者其他小型、微型企业制造），只有小型和微型企业制造的货物才享受价格扣除。无法认定的，不享受价格扣除。

3. 价格评分：满分为 100 分。价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

$$投标人价格得分=\frac{评标基准价}{投标总价}\times满分$$

（六） 综合评分的计算和中标供应商推荐

1. 综合评分=技术评分×45%＋商务评分×20%＋价格评分×35%；

加分情况：投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予技术分 3%*B 的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予技术分 3%*C 的加分（其中 B 为节能产品报价占总报价比重，C 为环境标志产品占总报价比重）。

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标候选供应商，其余依次替补。

四、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（一） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，核心设备为相同品牌产品的，按上款执行）；

（二） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四） 因重大变故，采购任务取消的。

五、 定标

（一） 计分结束后，评标委员会按各有效投标人的综合总得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。由招标代理机构负责整理《评标报告》,全体评委审核《评标报告》并签字确认。

（二） 采购人根据评标委员会的推荐意见和有关法规确定中标供应商。

（三） 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（四） 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。不在中标名单之列

者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（五） 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《通知函》。

（六） 中标供应商到采购代理机构领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（七） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

六、 签约

（一） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起五个工作日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二） 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第五章 合同格式（国产设备）

暨南大学政府采购项目

货物采购合同书

项目名称：**********采购

采购编号：**********（请填招标项目编号）

合同编号：**********（请填招标项目-子项目编号）

签约地点：　　广州市，暨南大学

根据**********公司**********采购项目（编号：*********）包**的招标结果及招、投标文件，经暨南大学（以下简称甲方）与中标人*********公司（以下简称乙方）双方协商一致，就甲方向乙方购买*********及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1. 本合同标的为*******1 套。
2. 货物名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件 1，技术参数及售后服务详见附件 2。

序号	货物名称	品牌/制造商	型号	产地	数量	单位	单价（￥）	总价（￥）	备注
1	**********	**********	*********	广州	1	台	*0.00	*0.00	
合计：人民币*元整(￥*0.00 元)									

二、合同金额

1. **合同总价为人民币*元整(￥*0.00 元)。**
2. 合同金额包含但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
3. 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

1. 制造商对其产品应具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。
2. 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。
3. 合同货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。
4. 乙方提供的货物必须符合投标文件的技术指标、中华人民共和国国家相关标准及行业标准。
5. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。
6. 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

四、交货

1. 交货时间：合同签订后*天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。
2. 交货及安装地点：暨南大学校内甲方指定地点。
3. 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

五、安装调试和培训

1. 安装调试：由乙方负责免费现场安装、调试、正常启动。
2. 培训：乙方负责免费对甲方至少 2 名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。
3. 乙方按投标文件中的培训方案提供免费培训。

六、验收

1. 乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，甲方使用单位或货物管理部门组织验收。

2. 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

3. 验收未能通过的，乙方负责 3 日内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

4. 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

七、付款

1. 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票，甲方于十个工作日内一次性付清合同货款。

2. 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

八、售后服务

1. 本合同货物乙方提供**原厂免费上门全质保*年**，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

2. 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4 小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24 小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3. 保修期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

九、履约保证金/质量保证金

1. 乙方在本合同签订前须向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的 5%，即人民币*元整（￥*.00 元）。

2. 履约保证金在货到验收合格后自动转为质量保证金。

3. 质量保证金在货物验收合格满一年后，乙方提交经甲方使用单位签章确认无质量问题的退款申请，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

4. 履约保证金（质量保证金）提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐　号：3602015819100000858

用　途：（填招标编号及包组号）履约保证金（质量保证金）

办理地址：暨南大学行政办公楼 227 室

十、保密

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

十一、知识产权

1. 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十二、产权与风险转移

1. 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

2. 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3. 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

十三、违约责任

1. 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额 5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。

2. 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置。

3. 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。

4. 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额 3‰向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期交付超过 15 天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置。

5. 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额 3‰向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的 5%。逾期付款超过 15 天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额 5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

十四、争端的解决

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决或提交相关财政部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2. 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

十五、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

十六、其它

1. 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

2. 本项目招标文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1）合同书（协议书）及其附件；2）中标通知书；3）投标文件；4）招标文件；5）其它相关文件。

3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

4. 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

5. 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

6. 本合同合计**页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

7. 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

8. 未详尽之处双方协商解决。

甲方：暨南大学	**乙方：********公司**
甲方使用单位：（××学院/系/所）	
代表人：	代表人：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日
地址：广州市黄埔大道西 601 号	地址：**********
邮政编码：510632	邮政编码：
电话：020-8522****	电话：
传真：020-8522****	传真：
开户行：广州工行暨南大学支行	开户行：*******
帐号：3602015819100000858	账号：*******

附件 1：配置清单

序号	货物名称	制造商	型号规格	详细配置	数量	备注
1						
2						

附件 2：技术参数及售后服务（合同书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

货物名称	技术规格及售后服务
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
…	

附件 3：中标通知书复印件

附件 4：履约/质量保证金转账凭证复印件

第六章 投标文件格式

目 录

1. 自查表 41
2. 报价表 44
3. 投标函 46
4. 资格证明文件 47
5. 财务报表 55
6. 同类项目业绩介绍 55
7. 采购需求实质性响应条款一览表 56
8. 一般商务条款偏离表 57
9. 实施计划 58
10. 投标人认为有必要说明的其他资料 60
11. 投标产品资料 60
12. 产品适用政府采购政策情况表 61
13. 中标服务费支付承诺书格式 62
14. 投标保证金信封 63
15. 退投标保证金说明 63
16. 声明函 64

广 东 省 政 府 采 购

投 标 文 件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人名称：

日　　期：　　年　　月　　日

1. 自查表

1.1 资格性自查表

评审内容	采购文件要求 （详见《资格性审查表》各项）	自查结论	证明资料
资格性审查	投标人资格符合招标文件要求。	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2 符合性自查表

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
符合性审查	1. 投标人按招标文件要求交纳投标保证金；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	4. 投标有效期满足招标文件要求；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	5. 投标文件符合招标文件带“★”要求的内容；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	6. 投标总价未超过本项目采购预算；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	7. 投标方案或投标报价唯一；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件；	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页

评审内容	采购文件要求	自查结论	证明资料
	9. 投标人没有以低于成本报价投标	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页
	10. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。	□通过 □不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1	本项目不接受联合体投标	见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请投标人自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.4 技术评审自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
…			

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.5　商务评审自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
…			

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

2. 报价表

2.1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

［货币单位：人民币元］

序号	投标内容	投标保证金	投标总价	交货时间	备注
1			小写： 大写：		

投 标 人（单位公章）：

日期：2017 年 月 日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2.2　投标分项报价表

项目编号：

投标产品名称	品牌	规格	产地/生产厂家	数量	单价（元）	分项价格（元）	备注
投标总价	小写： 大写：						
保修期内的服务项目							
其他							
备注							

说明：投标人在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，招标人无须再向投标人支付投标总价之外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：　　年　　月　　日

注：1、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

2、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致。

3、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

5、属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

3. 投标函

投 标 函

致：**广东省机电设备招标有限公司**

我方审阅了贵方的*（项目名称）*项目编号：*（项目编号）*的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方*（投标人全称）*授权*（授权代表姓名）（职务、职称）*为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并对进行投标。

签字代表在此声明并同意

1. 我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币_____元。
2. 我方同意本投标自投标截止日起 90 天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。
3. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
4. 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
5. 我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。
6. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。
7. 我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
8. 我方在近 3 年在招标代理的经营活动中没有违法行为
9. 所有有关本次投标的函电请寄：

地　址：　　邮政编码：

电　话：　　电子邮箱：

投标人（法人公章）：　　授权代表姓名（签字）：

日　　期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

4. 资格证明文件

4.1

（1）营业执照副本（复印件）

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“投标人资格要求”）

（3）最近三个月的社保缴纳证明

（4）最近三个月的纳税证明

（5）最近三个月的财务报表（资产负债表、利润表及现金流量表）

4.2 法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____ 企业类型：_____

经营范围：_____。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

投标人（盖章）：

地　　址：

法定代表人（签字或签章）：

职　　务：

4.3　　法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：**广东省机电设备招标有限公司**

本授权书声明：_____是注册于*（国家或地区）*____的*（投标人名称）*_____的法定代表人，现任职务_____，有效证件号码：_____。现授权*（姓名、职务）*____作为我公司的全权代理人，就_____项目采购（项目编号：_____）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

投标人（盖章）：

地　　址：

法定代表人（签字或签章）：

职　　务：

被授权人（签字）：

职　　务：

说明：

1. 法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。
2. “投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。
4. 非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

4.4　　对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在□上打“√”）

□ 合同条款全部满足

□ 1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　年　月　日

4.5 联合体共同投标协议书（资格要求为“**本项目不接受联合体投标**”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目　　部分，（乙公司全称）负责本项目　　部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容**（联合体成员中有小型、微型企业时适用）**。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）
年　　月　　日	年　　月　　日	年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

4.7　名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

4.8　中小企业声明函（投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

4.9　中小企业声明函（制造商为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型）

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第_____项_____行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为__（请填写：中型、小型、微型）__企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：2017 年　　月　　日

4.10 投标人获得认证或企业信誉证书一览表

序号	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	证明文件
1					见投标文件（）页
2					见投标文件（）页
3					见投标文件（）页
4					见投标文件（）页
5					见投标文件（）页
6					见投标文件（）页
7					见投标文件（）页
…					

要求：请提供本表所列的证书资料。

5. 财务报表

投标人根据评审表的要求提供经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

6. 同类项目业绩介绍

序号	项目名称	项目地址	合同总价	完成时间	项目单位联系人电话	证明文件
1						见投标文件（）页
2						见投标文件（）页
3						见投标文件（）页
4						见投标文件（）页
5						见投标文件（）页
…						

注：根据评审表的要求提交相应资料。

7. 采购需求实质性响应条款一览表

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离	偏离简述	证明文件（如有）
1					见投标文件（）页
2					见投标文件（）页
3					见投标文件（）页
4					见投标文件（）页
5					见投标文件（）页
6					见投标文件（）页
7					见投标文件（）页
8					见投标文件（）页
…					

注：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“**投标文件响应**”一栏应**填写具体的响应内容，有差异的**要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
3. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请投标人自行填写。

8. 一般商务条款偏离表

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
…					

注：1、投标人必须将全部非“★”商务条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

9. 实施计划

9.1 技术方案

9.1.1 一般技术参数响应表

序号	招标文件条目号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
…					

注：1、投标人必须将全部非“★”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

9.1.2 设备技术特点说明及详细方案（如有）

9.1.3 项目整体验收计划（如有）

9.1.4 投标人认为必要说明的其他内容（如有）

9.2 服务承诺

序号	主要内容(包括但不限于以下内容)	投标文件响应	证明文件（如有）
1	质保期限长短		见投标文件（）页
2	服务响应时间		见投标文件（）页
3	技术保障能力		见投标文件（）页
4	维护运行的技术指导能力		见投标文件（）页
5	提供服务的便利性		见投标文件（）页
…			

注：投标人自行编制

9.3 项目人员安排

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	…					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

9.4 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定　年　月　日	签定合同并生效	
2	月　日—　月　日		
3	月　日—　月　日		
4	月　日—　月　日		

9.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

9.6 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

10. 投标人认为有必要说明的其他资料

11. 投标产品资料

序号	主要内容(包括但不限于以下内容)	投标文件响应	证明文件（如有）
1	投标产品技术说明（如有）		见投标文件（）页
2	投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有）		见投标文件（）页
3	投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有）		见投标文件（）页
4	投标产品用户一览表（如有）		见投标文件（）页
5	其他须提交文件（如有）		见投标文件（）页
…			

12. 产品适用政府采购政策情况表

<table>
<tr><td rowspan="5">中小企业扶持政策</td><td colspan="4">如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：</td></tr>
<tr><td>产品名称（品牌、型号）</td><td>制造商</td><td>制造商
企业类型</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">小型、微型企业产品金额合计</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">环境标志产品</td><td>主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）</td><td>制造商/开发商</td><td>认证证书编号</td><td>使用价值量占总金额比重
（累计 %）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">节能产品</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。
4. “环境标志产品、节能产品”是属于国家行业主管颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，节能产品提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页及认证证书，环境标志产品提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页及认证证书，上述文件均加盖投标人公章。

13. 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

我们在贵司组织的_____项目招标中获中标（标书编号：_____）。我们保证在招标文件规定时间内，以支票、汇票、电汇或现金形式向贵司，即广东省机电设备招标有限公司(地址：中国广州市环市中路 316 号金鹰大厦 10-11 楼，开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行，账号：3602000109000326441，**收款单位：广东省机电设备招标有限公司**)缴交中标服务费人民币_____元(金额)。

我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按上述承诺金额的 200%在买方付给卖方的中标金额中扣缴。

特此承诺！

投标人名称和地址：

电话： 传真：

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

注：投标人请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

14. 投标保证金信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“单独信封”。

14.1 退投标保证金说明（原件）

14.2 交付投标保证金的银行回单复印件

15. 退投标保证金说明

（以电汇、银行汇票的方式交保证金的，为使投标保证金得以顺利退还，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）

◆按照要求填写及签章，提交原件一式两份（一份放入投标保证金信封，一份装订在投标文件正本中）。

致：广东省机电设备招标有限公司

我方参与贵公司_____项目[项目编号：_____]的投标。所提交的投标保证金为人民币_____元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	邮　　编			
	联 系 人		联系电话	
	开 户 银 行			
	帐　　号			

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：　　年　　月　　日

注:

1. 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。
2. 如投标人的投标保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交投标保证金的同时应提交盖有代缴单位公章的证明(原件)。

16. 声 明 函

广东省机电设备招标有限公司：

关于贵公司___年___月___日发布的_____项目（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：