


中科院物理研究所采购申请表 (50万元以下)

申请编号: 2022XJGS01

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------|---|
| 申请采购产品名称 | (1)VSM 振动样品磁强计;(2) 样品水平旋转杆;(3) 比热测量系统 | | |
| 采购预算(万元) | USD14.1575 (人民币90.6万元) | | |
| 采购数量(台/套) | 1 | 拟是否进口 | 是 |
| 所属项目类别及名称 | 先导项目 Y8VX032/N42 | | |
| 拟支付采购款经费帐号 | | | |
| 采购需求(列出主要技术指标、产品用途、功能等): 1.VSM 振动样品磁强计 测量温度范围: 1.9K-400K 灵敏度(1秒数据平均): <10e-6 emu; 噪音基: 2×10e-7 emu rms 精确度: <5×10e-6 emu/Tesla; 振动频率: 5Hz - 80 Hz, 典型值: 40Hz 振动幅值: 0.5mm - 10mm; 最大可测磁矩: 40 emu/振动峰值; 线圈内径: 6mm 2. 样品水平旋转杆 转角范围: -10° - 370°; 转动步长: 0.013°; 转动速度: 最大 10°/s 转动回差: < 5.0° 3. 比热测量系统: 测量温度范围: 1.9K-400K, 测量精度: <5% @ 2K - 300K (典型值<2%) ; 测量灵敏度: 10 nJ/K @ 2 K, 可测比热大小范围: 1 μJ/K - 100 mJ/K | | | |
| 拟申请采购组织形式: <input type="checkbox"/> 政府集中采购 <input type="checkbox"/> 部门集中采购 <input checked="" type="checkbox"/> 单位分散采购 | | | |
| 拟申请采购方式: <input type="checkbox"/> 公开招标 <input type="checkbox"/> 邀请招标 <input type="checkbox"/> 竞争性谈判 <input type="checkbox"/> 竞争性磋商 <input type="checkbox"/> 询价 <input type="checkbox"/> 单一来源 <input type="checkbox"/> 国际招标 <input type="checkbox"/> 批量集中采购 <input type="checkbox"/> 协议供货 <input type="checkbox"/> 其他 | | | |
| 申请部门: N04 经办人: 申承民 联系电话: 9817 | | | |
| 申请部门审核意见 | | | |
|  部门负责人签字:  | | | |

采购管理部门审核意见

限额标准以上的采购申请是否有批复的政府采购预算: 是 / 否
涉及进口产品的, 进口申请是否已报院及财政部备案: 是 / 否
200 万以上申请采用非公开招标采购方式的, 是否已申报变更政府采购方式且获财政部批复: 是 / 否 批复的采购方式:
100-200 万申请采用单一来源采购方式的是否完成内部会商及公示:
是 / 否

采购组织形式:

政府集中采购 部门集中采购 单位分散采购

采购方式:

公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商 询价 单一来源

国际招标

批量集中采购 协议供货

50万至100万 拍价十所网站公示

其他 _____

业务主管审核签字: 谢国华

部门负责人签字:

强振宏

2022 年 2 月 7 日

主管所领导或被授权人意见

强振宏

主管所领导或被授权人签字:

2022 年 2 月 7 日

填表说明:

1. 采购单价或批量为 50 万元及以上的科研仪器设备等货物和服务时在采购前须填写本表。
2. 本表由采购人填写上半部分信息后, 提交部门负责人、采购管理部门(科技处)、主管所领导进行审批。其中, 所属采购项目为大科学装置或平台类项目的在提交采购管理部门前还须提交大科学装置处审核(表格模板由大科学处在此基础上单独提供)。
3. 采购申请表一式一份(双面打印), 原件交采购管理部门存档, 复印件采购人所属部门留存。